



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 700 fax 74/ 64 89 700

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 23.05.2017 r.

DZPZ-530- Zp/33/PN-31/17

*Wykonawcy – wszyscy*

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku: Pulsoksymetr, System chłodzenia preparatów ciekłym azotem, Cewnik Foleya z końcówką Tiemana, Dreny do laparoskopii, Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego, Kasetki histopatologiczne, Basen sanitarny, Kaczek męskich, Kubków z dziubkiem, Jednorazowej rękojeści staplera endoskopowego, Żelu do ultrasonografii, Nerki jednorazowego użytku, Przedłużaczy do pomp infuzyjnych bursztynowych, Ostrz chirurgicznych, Pojemników do badań histopatologicznych, Osłon jednorazowych, Uchwytów monopolarnych, Uchwytów elektrod, Klipsów polimerowych, Systemu do drenażu komorowego, Akcesoriów urologicznych, Drenów, drenaży pola i ran operacyjnych, Osłon na mikroskop, kieszeni, Foli przylepnej do obłożenia pola operacyjnego, Łyżek do laryngoskopu, Osłon aparatu Intrabeam” dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu .  
- Zp/33/PN-31/17*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

### **Pakiet nr 13**

#### **Poz. 1**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane ostrza, powinny być w pełni zgodne z PN-EN 27740 „Narzędzia chirurgiczne - skalpele z wymiennymi ostrzami”.

**Odp. Zamawiający wymaga aby oferowane ostrza zgodne były z PN-EN 27740.**

2. Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z wymogiem identyfikacji wyrobu medycznego określającym jego pochodzenie i rodzaj (po wyjęciu z opakowania jednostkowego i użyciu), a związanym z postępowaniem dotyczącym obowiązku zgłoszenia przez użytkownika wystąpienia incydentów medycznych (zgodnie z Art. 74 Ustawy o wyrobach medycznych) - oferowane ostrza chirurgiczne, powinny posiadać na samym wyrobie, minimum logo lub nazwę producenta lub nazwę własną lub numer identyfikacyjny (REF) lub inne równoważne dane identyfikacyjne wskazane przez Zamawiającego ?

**Odp. Zamawiający wymaga aby oferowane ostrza chirurgiczne powinny posiadać na samym wyrobie minimum logo lub nazwę producenta lub nazwę własną lub numer REF.**

## **Pakiet nr 21**

### **Poz. 1-6**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny Redona powinny być pakowane na wprost (bez zawijania), co zapobiega niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji, ze względu na utrzymującą się pamięć kształtu drenu wykonanego z PCV, jak również niekontrolowanym uciskom w miejscu ujścia drenu z rany pooperacyjnej, co może zapobiegać powikłaniom z tym związanym.

**Odp. Zamawiający dopuszcza dreny Redona pakowane na wprost.**

### **Poz. 7**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na pojemniki typu Redon o pojemności 200-250ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

**Odp. Zamawiający wymaga sterylnych, podwójnie pakowanych 200 ml. płaskich butelek.**

2. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane pojemniki typu Redon, powinny posiadać element konstrukcyjny umożliwiający wygodne i skuteczne wytworzenie podciśnienia np. w postaci specjalnego mieszka harmonijkowego oraz uniwersalne zakończenie w pełni kompatybilne z drenami Redona w rozmiarach CH 08-18, zapewniające oczekiwaną szczelność połączeń.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza mieszka harmonijkowego, tylko 200 ml. płaska butelka.**

3. Prosimy o doprecyzowanie, czy dokładność skali pomiarowej w oferowanych pojemnikach typu Redon, powinny wynosić minimum co 25ml, co zapewni precyzyjny pomiar odsysanej wydzieliny przez cały okres prowadzenia drenażu ?

**Odp. Zamawiający wymaga skali co 50 ml.**

### **Poz. 1-7**

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane pakiety 21, wyroby, ze względu na wymaganą kompatybilność, powinny pochodzić od jednego producenta ?

**Odp. Zamawiający wymaga kompatybilności drenu z butelką, nie wymaga aby pochodziły one od jednego producenta.**

## **Pakiet nr 9**

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 kubek bez uszek z dwoma pokrywkami (z dużym i małym otworem) o pojemności 200 ml?

**Odp. Zamawiający w pakiecie nr 9 nie dopuści kubka bez uszek.**

2. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania przez Wykonawcę, zaświadczeń z urzędu skarbowego i ZUS-u, przestając tylko na oświadczeniach?

**Odp. Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu posiadania przez Wykonawcę zaświadczeń z urzędu skarbowego i ZUS-u.**

#### **Pakiet nr 24**

1. Czy Zamawiający dopuści metalowe łyżki jednorazowe, pakowane w opakowanie folia papier, spełniające wszystkie pozostałe parametry?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia pozostałe parametry zawarte w SIWZ.**

#### **Pakiet nr 20, pozycja nr 2, 3**

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zgodzi się na wprowadzenie zakresu tolerancji dotyczącego długości cewnika 70cm +/- 1cm?

**Odp. Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zakresu tolerancji dotyczącej długości cennika 70 cm +/- 1 cm.**

#### **Pakiet nr 20, pozycja nr 2, 3, 25 i 26**

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wyodrębni do osobnego pakietu pozycje 2,3,25 i 26?

**Odp. Zamawiający nie wydziela do odrębnego pakietu wskazanych pozycji.**

#### **Pakiet nr 18**

1. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie znaczenia zapisu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia:

„pakowane w magazynki po 4 po 6 szt”

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów spełniających parametry techniczne podane w SIWZ pakowanych zarówno w magazynki po 4 sztuki jak i po 6 sztuk (wielkość magazynka do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia)?

**Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów spełniających parametry techniczne podane w SIWZ pakowanych zarówno w magazynki po 4 sztuki jak i po 6 sztuk**

2. Prosimy ponadto o określenie, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane klipsy będące wyrobem medycznym implantowanym były wyposażone w naklejki samoprzylepne z nazwą klipsa, numerem katalogowym, numerem serii i datą ważności do wklejania do kartoteki pacjenta.

**Odp. Zamawiający wymaga aby zaoferowane klipsy będące wyrobem medycznym implantowanym były wyposażone w naklejki samoprzylepne z nazwą klipsa, numerem katalogowym, numerem serii i datą ważności do wklejania do kartoteki pacjenta.**

#### **Pakiet nr 20 LP1:**

Czy zamawiający dopuści produkt, renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci cewnika z balonikiem do moczowodu UroMAX Ultra o średnicy balonu 5,0 mm (15 Fr), długości balonu 4 cm, rozmiarze cewnika 1,9 mm (5,8Fr) oraz długości roboczej 75 cm? W skład zestawu wchodzi drut prowadzący 0,97 mm średnicy, cewnik uroMax Ultra z balonem wysokociśnieniowym oraz pompka Encore 26 20 ml z manometrem.

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści takiego produktu.**

Prosimy również o informację, gdyż zamawiający nie uwzględnił tego w opisie SIWZ, mianowicie czy wymaga urządzenia do napełniania balonu?

**Odp. Zamawiający wymaga urządzenia do napełniania balonu.**

Czy z racji, iż opis w SIWZ jest „żywcem skopiowany” z katalogu firmy produkującej dany produkt, zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie i wyłączenie w pakiecie nr 20 LP1 do osobnego pakietu w celu stworzenia konkurencyjnej oferty ?

**Odp. Zamawiający nie wydzieli LP1 do osobnego pakietu.**

#### **Pakiet nr 20 LP5:**

Czy zamawiający dopuści produkt, renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci cewnika z balonikiem Occluder o zewnętrznej średnicy balonu 26 Fr lub 34 Fr oraz rozmiarze cewnika 5 Fr lub 7 Fr i długości roboczej 65 cm lub 100 cm (do wyboru przez zamawiającego) ? Zestaw uwzględnia cewnik Occluder z balonikiem, dwukierunkowy zawór oraz strzykawkę.

Produkt zawiera 2 porty: jeden port inflacyjny oraz jeden port do wprowadzania drutu prowadzącego / wstrzykiwania kontrastu. Konstrukcja balonu przeznaczona jest do zamykania moczowodu, produkt posiada elastyczny płaszcz radiocieniujący oraz niewielki profil balonowy ułatwiający jego umieszczenie.

Czy z racji, iż opis w SIWZ jest „żywcem skopiowany” z katalogu firmy produkującej dany produkt, zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie i wyłączenie w pakiecie nr 20 LP5 do osobnego pakietu w celu stworzenia konkurencyjnej oferty ?

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści takiego produktu.**

**Odp. Zamawiający nie wydzieli LP5 do osobnego pakietu.**

#### **Pakiet nr 20 LP8:**

Czy zamawiający dopuści produkt, renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci Zestawu igły z echoblastem widocznej w USG? Rozmiar 18G , długość igły 20 cm.

Czy z racji, iż opis w SIWZ jest „żywcem skopiowany” z katalogu firmy produkującej dany produkt, zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie i wyłączenie w pakiecie nr 20 LP8 do osobnego pakietu w celu stworzenia konkurencyjnej oferty ?

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści takiego produktu.**

**Odp. Zamawiający nie wydzieli LP8 do osobnego pakietu.**

#### **Pakiet nr 20 LP11:**

Czy zamawiający dopuści produkt, renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci dwukanałowego cewnika Dual lumen o średnicy 10 Fr , długości roboczej 50 cm o stożkowej końcówce ułatwiającej dostęp do dróg moczowych, radiocieniujący materiał w celu lepszej wizualizacji z dwoma zaworami – zielonym dla drutu prowadzącego 0,97 mm średnicy oraz żółtym dla iniekcji środka kontrastującego/ żelu do znieczulenia o średnicy 1,27 mm.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie i wyłączenie w pakiecie nr 20 LP11 do osobnego pakietu w celu stworzenia konkurencyjnej oferty ?

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści takiego produktu.**

**Odp. Zamawiający nie wydzieli LP11 do osobnego pakietu.**

#### **Pakiet nr 20 LP12:**

Czy zamawiający dopuści produkt, renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci drutu prowadzącego w pełni hydrofilowego o średnicy 0,035” oraz rdzeniu

nitinolowym, o atraumatycznej końcówce prostej bądź zakrzywionej. Pragniemy zauważyć, iż opisana w SIWZ „dwufunkcyjność”, która de facto wraz z całym opisem produktu została całkowicie skopiowana z katalogu firmy, z której zamawiający dotychczas dokonywał zakupów w rzeczywistości bardzo rzadko kiedy wykorzystuje tzw. „koniec zakrzywiony” (proporcje około 10:1 z przewagą dla końca prostego).

Prosimy zatem o dopuszczenie i wydzielenie do osobnego pakietu nr20 LP12 produktu w postaci drutu w pełni hydrofilnego , o rdzeniu nitinolowym, długości 150 cm , średnicy 0,035” oraz końcach prostym / zakrzywionym (wedle życzenia zamawiającego).

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści takiego produktu.**

**Odp. Zamawiający nie wydzieli LP12 do osobnego pakietu.**

#### **Pakiet nr 20 LP13 i LP14:**

Czy zamawiający dopuści produkt, renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci spiralnego, 4-przewodowego kosza Dormia Gemini z końcówką typu”0”, o średnicy kosza 14 mm, zewnętrznej średnicy płaszczu 3 mm oraz długości roboczej 120 cm? Koszyk posiada konfigurację połączonych przewodów w celu zapewnienia niezawodnego otwierania i utrzymywania spiralnego kształtu w moczowodzie.

Czy w celu stworzenia konkurencyjnej oferty zamawiający dopuści ww produkt do postępowania oraz wyłączy z pakietu nr 20 LP13 i LP14 do osobnego pakietu?

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści takiego produktu.**

**Odp. Zamawiający nie wydzieli LP13 i 14 do osobnego pakietu.**

#### **Pakiet nr 20 LP15, LP16:**

Czy zamawiający dopuści produkt, renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci koszulki navigator HD o rozmiarach 12/14 Fr i długościach 36 cm oraz 46 cm? Płaszcz w pełni hydrofilowy, odporny na zagięcia.

W celu stworzenia konkurencyjnej oferty prosimy o dopuszczenie ww produktu do postępowania oraz o wyłączenie go z pakietu nr 20 LP 15 oraz LP 16 do osobnego pakietu.

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści takiego produktu.**

**Odp. Zamawiający nie wydzieli LP15 i 16 do osobnego pakietu.**

#### **Pakiet nr 20 LP17**

Czy zamawiający dopuści produkt, renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci kosza Dormia Escape o średnicy zewnętrznej płaszczu 1,9 Fr oraz długości 120 cm? Kosz ten z 4 drutami z nitinolu z końcówką typu „O” jest odporny na zagięcia, może przyjmować średnicę zarówno 11 mm w standardzie oraz w pełnym otwarciu 15 mm. Rączka w pełni odczepiana.

W celu stworzenia konkurencyjnej oferty prosimy o dopuszczenie ww produktu do postępowania oraz o wyłączenie go z pakietu nr 20 LP 17 do osobnego pakietu.

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści takiego produktu.**

**Odp. Zamawiający nie wydzieli LP17 do osobnego pakietu.**

#### **Pakiet nr 20 LP18**

Czy zamawiający dopuści produkt, renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci kosza Dakota o rozmiarach 1,9 Fr x 8 mm x 120 cm bądź 1,9 Fr x 11mm x 120 cm o dużo wyższej wytrzymałości zmęczeniowej umożliwiającej uzyskanie większej liczby cykli otwierania i zamykania koszyka w stosunku do opisanego w SIWZ i zamawianego do tej pory koszyka NGage przez zamawiającego.

Koszyk dakota będący koszem hybrydowym umożliwia przemieszczanie oraz wychwytywanie kamieni do 1 mm.

Prosimy o wyłączenie do osobnego pakietu pakiet nr 20 LP 18 w celu stworzenia konkurencyjnej oferty.

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści takiego produktu.**

**Odp. Zamawiający nie wydzieli LP18 do osobnego pakietu.**

#### **Pakiet nr 20 LP20**

Czy zamawiający dopuści produkt, renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci sprężyny Stone COne o zewnętrznej średnicy płaszczka 3 Fr, długości 115 cm oraz zewnętrznej średnicy spirali 7 mm bądź 10 mm ( do wyboru przez zamawiającego). Drut nitinolowy odporny na działanie lasera ze specjalnym mechanizmem powodującym wytworzenie spirali na końcówce umożliwia ruch kamieni podczas litotrypsji oraz usuwanie wielu kamieni jednocześnie. Stone Cone posiada odczepiany ergonomiczny uchwyt.

Czy w celu stworzenia konkurencyjnej oferty zamawiający dopuści oraz wydzieli do osobnego pakietu ww produkt ?

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści takiego produktu.**

**Odp. Zamawiający nie wydzieli LP20 do osobnego pakietu.**

#### **Pakiet nr 20 LP21**

Czy zamawiający dopuści produkt, renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci 4-przewodowego nitinolowego kosza Dormia Zero tip o średnicy zewnętrznej płaszczka 1,9 Fr oraz długości roboczej 120 cm? Średnica kosza 12 mm, materiał płaszczka PTFE.

Czy z racji, iż opis w SIWZ jest „żywem skopiowany” z katalogu firmy produkującej dany produkt, zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie i wyłączenie w pakiecie nr 20 LP21 do osobnego pakietu w celu stworzenia konkurencyjnej oferty ?

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści takiego produktu.**

**Odp. Zamawiający nie wydzieli LP21 do osobnego pakietu.**

#### **Pakiet nr 20 LP22**

Czy zamawiający dopuści produkt, renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci w pełni hydrofilowego, o rdzeniu nitinolowym drutu ZipWire prowadzącego o sztywnej konstrukcji 0,035” i długości 150 cm ?

Czy z racji, iż opis w SIWZ jest „żywem skopiowany” z katalogu firmy produkującej dany produkt, zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie i wyłączenie w pakiecie nr 20 LP22 do osobnego pakietu w celu stworzenia konkurencyjnej oferty ?

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści takiego produktu.**

**Odp. Zamawiający nie wydzieli LP22 do osobnego pakietu.**

#### **Pakiet nr 20 LP23**

Czy zamawiający dopuści produkt, w postaci Stentu firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym, obustronnie otwartego, zbudowanego z innowacyjnego materiału percuflex Plus z dodatkową powłoką hydrofilową, mogącego przebywać w ciele pacjenta do 12 miesięcy, o rozmiarach 4,8 char, 6 char, 7 char oraz 8 char i długościach do wyboru odpowiednio 10-30 cm? W skład zestawu wchodzi stent, jego pozycjoner długości 45 cm, oraz drut prowadzący PTFE długości 150 cm z elastyczną końcówką 3cm ?

Czy zamawiający wymaga, aby stent posiadał powłokę hydrofilową?

Czy zamawiający wymaga, aby stent posiadał możliwość przebywania w ciele pacjenta do 12 miesięcy?

Czy z racji, iż opis w SIWZ jest „żywcem skopiowany” z katalogu firmy produkującej dany produkt, zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie i wyłączenie w pakiecie nr 20 LP23 do osobnego pakietu w celu stworzenia konkurencyjnej oferty ?

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści takiego produktu.**

**Odp. Zamawiający nie wydzieli LP23 do osobnego pakietu.**

#### **Pakiet nr 20 LP24**

Czy zamawiający dopuści produkt, renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci przewodnika 0,035” sensor Dual-Flex z hydrofilową, nitinolową końcówką i rdzeniem nitinolowym ? Oba końce przewodnika są delikatne i umożliwiają prowadzenie giętkiego endoskopu „po drucie”(koniec proksymalny – 10 cm elastyczna końcówka). Końcówka drutu prowadzącego z wolfraniem widoczna w x-ray.

Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie i wydzielenie ww produktu pakietu nr 20 LP 24 do osobnego pakietu w celu stworzenia konkurencyjnej oferty?

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści takiego produktu.**

**Odp. Zamawiający nie wydzieli LP24 do osobnego pakietu.**

#### **Pakiet nr 20 LP25, LP 26**

Czy zamawiający dopuści produkt, renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci stentu Polaris Loop obustronnie otwartego, od strony nerki złożonego z materiału percuflex będącego odpowiednikiem poliuretanu oraz od strony pęcherza z materiału tzw. Percuflex miękkiego będącego odpowiednikiem silikonu? Pragniemy nadmienić, iż stent ten posiada zredukowaną ilość materiału od strony pęcherza, co w ogromnym stopniu wpływa na zmniejszoną traumatyzację tkanek i zmniejszoną inkrustację. Stent ten posiada zmniejszoną ilość materiału o 69% w stosunku do tradycyjnej pętli znajdującej się w pęcherzu moczowym. Posiada on ponadto powłokę hydrofilową oraz możliwość przebywania w ciele pacjenta do 12 miesięcy. W wyniku innowacyjnej konstrukcji jest on doskonałym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób młodych. Dostępne rozmiary : 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, długości 10-30 cm.

W skład zestawu wchodzi: stent, drut prowadzący oraz popychacz.

Czy zamawiający dopuści ww produkt oraz wydzieli go do osobnego pakietu z pakietu nr 20 LP 25,LP26?

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści takiego produktu.**

**Odp. Zamawiający nie wydzieli LP25 i 26 do osobnego pakietu.**

**Pakiet 14, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 20ml?

**Odp. Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 20ml.**

**Pakiet 14, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 35ml?

**Odp. Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 35ml.**

**Pakiet 14, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 120ml?

**Odp. Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 120ml.**

**Pakiet 14, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 250ml?

**Odp. Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 250ml.**

**Pakiet 14, pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 2300ml?

**Odp. Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 2300ml.**

**Pakiet 14, pozycja 9** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 2300ml?

**Odp. Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 2300ml.**

**Brak pojemników o pojemności: 3000 ml. i 5000 ml, są one niezbędne do dużych preparatów histopatologicznych.**

**Pakiet 15 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o następujących parametrach:

-1 x serweta o "m. 263 cm x 406 cm z otworem samouszczelniającym się o wym. 13 cm x 14 cm, zintegrowana ze zbiornikiem na płyny

Serweta wykonana z 2 warstwowego laminatu, gramatura 57g/m<sup>2</sup>, zbiornik wykonany z folii PE, wyposażony w otwór samouszczelniający się, sztywnik oraz port do podłączenia drenu.

-1 x serweta na stół o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta bez przylepca wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m<sup>2</sup>.

**Odp. Zamawiający dopuści zaoferowane serwety o podanych wymiarach.**

**Pakiet 15 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kieszeni przylepnej do przechwytywania płynów o wym. 30cm x 40cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuści zaoferowanej kieszeni, wymagana 60 cm x 60 cm.**

**Pakiet 15 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca na aparaturę o średnicy 65cm?

**Odp. Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca na aparaturę o średnicy 65cm.**

**Pakiet 15 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca na aparaturę o średnicy 85cm?

**Odp. Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca na aparaturę o średnicy 85cm.**

**Pakiet 17 poz. 1**

Prosimy o doprecyzowanie, z jakim generatorem ma być kompatybilny oferowany uchwyt?

**Odp. Zamawiający wymaga kompatybilności z generatorem Vallejlab.**

**Pakiet 23 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii o wym. całkowitym 20cm x 30cm oraz powierzchni klejącej 20cm x 26cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza folię o wym. całkowitym 20cm x 30cm oraz powierzchni klejącej 20cm x 26cm.**

**Pakiet 23 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii o wym. całkowitym 45cm x 55cm oraz powierzchni klejącej 45cm x 49cm?

**Odp. Zamawiający dopuści folię o wym. całkowitym 45cm x 55cm oraz powierzchni klejącej 45cm x 49cm.**

**Pakiet 23 poz. 3,4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii o wym. całkowitym 56cm x 84cm oraz powierzchni klejącej 56cm x 78cm?



**Odp. Zamawiający dopuści folię folii o wym. całkowitym 56cm x 84cm oraz powierzchni klejącej 56cm x 78cm.**

**Pakiet nr 17**

Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami, elektrodą i kablem o dł. 3m zakończony wtykiem 3-pinowym.

**Odp. Zamawiający nie dopuści uchwytu elektrod z dwoma przyciskami, wymagany z 3 przyciskami.**

**Pakiet 24 Poz. 1**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastikowej łyżki jednorazowe do laryngoskopu typ Miller, kompatybilnej z rękojeściami w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja (okrągłe oznaczenie koloru zielonego na mocowaniu łyżki). Wykonana z PCV niezawierającego ftalanów, sztywna, odporna na zagięcia i skręcanie. Światłowod akrylowy, o szerokim, owalnym przekroju od strony źródła światła, nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Oznaczenie CE, oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu. Wytrzymałe zatrzaski kulkowe zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści. Zakończenie łyżki atraumatyczne, pogrubione. Opakowanie foliowe. Na opakowaniu numer serii i data produkcji, symbol „jednorazowego użytku”, instrukcja użycia w języku angielskim. Termin przydatności do użycia - 5 lat od daty produkcji. Rozmiary Miller: 0/ 1 / 2 / 3. Wymiary łyżek ( +/- 2mm ) odpowiednio (długość całkowita/długość robocza/szerokość końcówki dystalnej /wysokość) dla: roz 0 (76mm/52mm/10mm/10mm), dla roz 1 (99mm/75mm/13mm/10mm), dla roz 2 ( 130mm/ 105mm/ 15mm/ 10mm), dla roz 3 ( 170mm/ 145mm/ 15mm/ 10mm).

**Odp. Zamawiający podtrzymuje warunki specyfikacji .Wymagamy łyżek kompatybilnych z rękojeściami, które współpracują z łyżkami typu Shucman 2.**

**Poz. 2 i 3**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej łyżki plastikowej do laryngoskopu typ Macintosh: kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja (okrągłe oznaczenie koloru zielonego na mocowaniu łyżki). Wykonana z PCV niezawierającego ftalanów, sztywna, odporna na zagięcia i skręcanie. Światłowod akrylowy, o szerokim, owalnym przekroju od strony źródła światła, nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użycia” oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu. Wytrzymałe zatrzaski kulkowe zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści. Zakończenie łyżki atraumatyczne, wyraźnie zaokrąglone, pogrubione. Opakowanie foliowe. Na opakowaniu numer serii i data produkcji. Termin przydatności do użycia - 5 lat od daty produkcji. Rozmiary Macintosh: 2 / 3 / 4 /. Wymiary łyżek ( +/- 2mm ) odpowiednio (długość całkowita/długość robocza/szerokość końcówki dystalnej) dla: roz 2 (115 mm/97mm/10,5mm), dla roz 3 (133mm/117mm/10,5mm), dla roz 4 (163mm/147mm/10,5mm).

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga łyżek kompatybilnych z rękojeściami, które współpracują z łyżkami typu Shucman 2.**

**Pakiet nr 6**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 kasetki histopatologicznej standardowej z plastikową pokrywką bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem 80 kwadratowych otworów 1,6 x 1,6 mm w obu częściach kasetki, przednie pole przystosowane do opisu.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na kasetki histopatologiczne z plastikową pokrywką bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem, 80 kwadratowych otworów 1,6x1,6 w obu częściach kasetki, podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ gdyż kasetki histopatologiczne z plastikową pokrywką bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem, 62 kwadratowe otwory 2x2mm zapewniają odpowiednią sztywność kasetek w stosowanych w pracowni imadłach mocujących.**

#### **Pakiet nr 6**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 kasetki histopatologicznej standardowej z plastikową pokrywką bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem posiadającą 56 prostokątnych otworów o wym 1x5mm w podstawie kasetki oraz 62 prostokątnych otworów o wym 1x5mm w przykrywce kasetki, przednie pole przystosowane do opisu.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na kasetki histopatologiczne z plastikową pokrywką bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem posiadającą 56 prostokątnych otworów o wymiarach 1x5mm w podstawie kasetki oraz 62 prostokątne otwory o wymiarach 1x5mm w pokrywie, podtrzymuje zapis z SIWZ ze względu na rodzaj przeprowadzanego materiału histopatologicznego.**

#### **Pakiet nr 6**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 kasetki histopatologicznej do bardzo drobnych wycinków z plastikową pokrywką na zawiasie ze sprężystym zamknięciem, posiadającą 1 oddzielną od pozostałej części kasetki komorę, której wielkość otworów wynosi 0,35 mm przednie pole przystosowane do opisu.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza w pozycji nr 2 kasetek histopatologicznych do bardzo drobnych wycinków z plastikową pokrywką na zawiasie ze sprężystym zamknięciem posiadającą 1 oddzielną pod pozostałej części komorę, której wielkość otworów wynosi 0,35mm. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w którym określony jest wymóg kostki bez zawiasów.**

#### **Pakiet nr 14**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 14 w pozycji 1 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy dotyczące formaliny i miejscem na dane pacjenta o pojemności 20 ml

**Odp. Zamawiający dopuszcza w pakiecie 14 w pozycji 1 pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy dotyczące formaliny i miejscem na dane pacjenta o pojemności 20 ml.**

#### **Pakiet nr 14**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 14 w pozycji 3 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy dotyczące formaliny i miejscem na dane pacjenta o pojemności 120 ml.

**Odp. Zamawiający dopuszcza w pakiecie 14 w pozycji 3 pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy dotyczące formaliny i miejscem na dane pacjenta o pojemności 120 ml.**

#### **Pakiet nr 14**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 14 w pozycji 5 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta o pojemności 366 ml.

**Odp. Zamawiający dopuszcza w pakiecie 14 w pozycji 5 pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty**

**bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta o pojemności 366 ml.**

**Pakiet nr 14**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 14 w pozycji 6 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, 520 ml.

**Odp. Zamawiający dopuszcza w pakiecie 14 w pozycji 6 pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, 520 ml.**

**Pakiet nr 14**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 14 w pozycji 7 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim, o pojemności 1200 ml

**Odp. Zamawiający dopuszcza w pakiecie 14 w pozycji 7 pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim, o pojemności 1200 ml.**

**Pakiet nr 14**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 14 w pozycji 8 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, o pojemności 2300 ml

**Odp. Zamawiający dopuszcza w pakiecie 14 w pozycji 8 pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, o pojemności 2300 ml.**

**Pakiet nr 14**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 14 w pozycji 9 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, o pojemności 2300 ml

**Odp. Zamawiający dopuszcza w pakiecie 14 w pozycji 9 pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, o pojemności 2300 ml.**

#### **Pakiet nr 14**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 14 w pozycji 10 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, o pojemności 3400 ml

**Odp. Zamawiający dopuszcza w pakiecie 14 w pozycji 10 pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, o pojemności 3400 ml.**

#### **Pakiet nr 14**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 14 w pozycji 11 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, o pojemności 5600 ml

**Odp. Zamawiający dopuszcza w pakiecie 14 w pozycji 11 pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, o pojemności 5600 ml.**

#### **Pytanie nr 13**

C

zy Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby Wykonawca zaraz po wystawieniu faktury VAT przesłał ją na adres poczty elektronicznej Zamawiającego? Usprawni to proces zarówno Zamawiającemu jak i Wykonawcy, a ponadto pozwoli Zamawiającemu na wcześniejszym etapie zweryfikować poprawność jej zestawienia.

**Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby Wykonawca zaraz po wystawieniu faktury VAT przesłał ją na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.**

#### **Pytanie nr 14**

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego o wprowadzenie w umowie dodatkowego korzystnego dla Zamawiającego zapisu w brzmieniu: „Zamawiający po podpisaniu umowy zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień”. Zapis ten pozwoli Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie zmieni projektu umowy.**

#### **Pytanie nr 15**

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

**Odp. Zamawiający nie zmieni projektu umowy.**

### **Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

**Odp. Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej zgodnie z art.2, ust,1 Ustawy PZP, tj, w złotych i groszach (dwa miejsca po przecinku).**

### **Pytanie nr 17**

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, oprócz wymaganej „producenta” wymogu wskazania również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.

**Odp. Zamawiające nie wymaga podania numeru katalogowego. Zamawiający wymaga aby podany towar odpowiadał parametrom określonym w SIWZ.**

### **Pakiet nr 13**

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 23, dopuści złożenie oferty z foliami operacyjnymi o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 9x15cm dla poz. 1, 40x50cm dla poz. 2, 68x40cm dla poz. 3 oraz 68x80cm dla poz. 4?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty z foliami o innych wymiarach. Wymaga wymiarów podanych w SIWZ.**

### **Pakiet nr 13, poz. 1:**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ostrzy z logiem oraz nazwą producenta wygrawerowanymi na ostrzu w celu lepszej identyfikacji produktu?

**Odp. Zamawiający oczekuje zaoferowania ostrzy z logiem oraz nazwą producenta wygrawerowanymi na ostrzu w celu lepszej identyfikacji produktu.**

### **Pakiet nr 13, poz. 1:**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ostrzy od producenta europejskiego, gwarantującego wysoką jakość i ostrość oferowanego wyrobu?

**Odp. Zamawiający oczekuje zaoferowania ostrzy od dowolnego producenta.**

### **Pakiet nr 15, poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji serwety chirurgicznej do artroskopii kolana w rozmiarze 150 x 190 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza w w/w pozycji serwety chirurgicznej do artroskopii kolana w rozmiarze 150 x 190 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

### **Pakiet nr 15, poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji samoprzylepnej taśmy włókninowej w rozmiarze 10 cm x 50 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza w w/w pozycji samoprzylepnej taśmy włókninowej w rozmiarze 10 cm x 50 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet nr 15, poz. 3:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji samoprzylepnej kieszeni w rozmiarze 30 x 40 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza w w/w pozycji samoprzylepnej kieszeni w rozmiarze 30 x 40 cm. Wymaga kieszeni o wymiarach przedstawionych w SIWZ.**

**Pakiet nr 15, poz. 5, 6:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w w/w pozycjach oczekuje sterylnych pokrowców na aparaturę.

**Odp. Zamawiający w w/w pozycjach oczekuje sterylnych pokrowców na aparaturę.**

**Pakiet nr 22, poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji mocnej, sterylnej osłony na mikroskop, o wymiarach 117 x 267 cm, do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Soczewka płaska, o średnicy 65mm o dużej przezierności, odporna na zarysowania, z materiału nie odbijającego światła i nie tłukącego. Soczewka łatwa do usunięcia w razie konieczności. Produkt posiada trzy pasy ściągające – umożliwiające mocowanie na mikroskopie. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza osłony o podanych wymiar. Wymaga tak jak w SIWZ.**

**Pakiet nr 22, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 22. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.

**Odp. Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu. Wymaga tak jak w SIWZ.**

**Pakiet nr 10, poz. 1.**

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie rękojeści z jedną dźwignią. Długość szafu endostaplera bez ładunku 60, 160 i 260mm. Pozostałe wymagania zgodnie z opisem.

**Odp. Zamawiający nie dopuści zaoferowanie rękojeści z jedną dźwignią. Zamawiający wymaga dwóch dźwigni zamykającej i spustowej.**