



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 700 fax 74/ 64 89 700

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 24.05.2017 r.

DZPZ-530- Zp/33/PN-31/17

Wykonawcy – wszyscy

### **SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI dotyczy Pakietu nr 17**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku: Pulsoksymetr, System chłodzenia preparatów ciekłym azotem, Cewnik Foleya z końcówką Tiemana, Dreny do laparoskopii, Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego, Kasetki histopatologiczne, Basen sanitarny, Kaczek męskich, Kubków z dziubkiem, Jednorazowej rękojeści staplera endoskopowego, Żelu do ultrasonografii, Nerki jednorazowego użytku, Przedłużaczy do pomp infuzyjnych bursztynowych, Ostrz chirurgicznych, Pojemników do badań histopatologicznych, Osłon jednorazowych, Uchwytów monopolarnych, Uchwytów elektrod, Klipsów polimerowych, Systemu do drenażu komorowego, Akcesoriów urologicznych, Drenów, drenaży pola i ran operacyjnych, Osłon na mikroskop, kieszeni, Foli przyklepnej do obłożenia pola operacyjnego, Łyżek do laryngoskopu, Osłon aparatu Intrabeam” dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu .*  
*- Zp/33/PN-31/17*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pakiet nr 17**

Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami, elektrodą i kablem o dł. 3m zakończony wtykiem 3-pinowym.

**Odp. Zamawiający dopuści uchwyt elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami, elektrodą i kablem o dł. 3m zakończony wtykiem 3-pinowym.**