

ZO /05/2023

Wałbrzych, 16.03.2023 r.

Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych

## ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na:

**Myjnia dezynfektor do kaczek, basenów, misek, wiader- 2 szt**

### 1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

Zapytanie ofertowe jest prowadzone w formie elektronicznej. Link do zapytania dostępny jest na Profilu Nabywcy Zamawiającego: [https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie\\_walbrzych](https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych) oraz na stronie internetowej Zamawiającego: [bip.zdrowie.walbrzych.pl](http://bip.zdrowie.walbrzych.pl)

Ofertę wraz z załącznikiem nr 1 prosimy kierować na: [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl)

## 2. Opis przedmiotu zamówienia :

<b>Myjnia dezynfektor do kaczek, basenów misek, wiader- 2 szt</b>	
1	Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji pojemników na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny).
2.	Możliwość mycia i dezynfekcji wiader, misek nerkowatych, mis, słoików- wielofunkcyjne uchwyty umożliwiające załadunek różnorodnych naczyń.
3.	Otwieranie pokrywy poprzez przycisk nożny, zamykanie pokrywy ręcznie
4.	Ładowność podczas 1 cyklu mycia i dezynfekcji do: 3 baseny + 3 kaczki.
5.	Proces mycia odbywa się przy użyciu wody ciepłej oraz zimnej, po fazie mycia następuje dezynfekcja termiczna przy użyciu pary a w ostatnim etapie cyklu natrysk ciepłą wodą oraz dodatkowe płukanie przed rozpoczęciem dezynfekcji.
6.	Proces mycia odbywa się przy użyciu wysokociśnieniowych dysz obrotowych oraz dysz stałych, minimum 6.
7.	Wysokiej jakości obudowa ze stali klasa 304 wg AS, odporna na korozję, wytrzymała i łatwa w czyszczeniu.
8.	Wymiary urządzenia przy zamkniętej pokrywie: szerokość 600mm wysokość 900mm głębokość 600mm (+/- 5%) .
9.	Wymiary urządzenia przy otwartej pokrywie: szerokość 600mm wysokość 1500mm głębokość 600mm (+/- 5%).
10.	Załadunek od góry, zapewniający ergonomiczną i wygodną pracę.
11.	Waga netto maksimum 83kg.
12.	Moc generatora minimum 2,5kW.
13.	Moc pompy wody: minimum 0.,75 kW.
14.	Moc całkowita urządzenia maksimum 2,55 kW.
15.	Zużycie energii na cykl maksimum 0,373 kW.
16.	Zasilanie 230V 50/60 Hz bezpiecznik 13A.
17.	Głośność urządzenia maksimum 58,1 dBA
18	1 pompa dozująca.
19.	Rodzaj dezynfekcji: dezynfekcja termiczna.
20.	Potwierdzone deklaracją zgodności 93/42 urządzenie medyczne.
21.	Potwierdzone zgodność z normami EN:15883-1 i EN:15883-3 (dokument okazywany na wezwanie).
22.	Blokada bezpieczeństwa- brak możliwości otwarcia komory czujnikiem nożnym dopóki urządzenie nie zakończy cyklu mycia i dezynfekcji.
23.	Czas cyklu do 10 minut- zapewniający proces mycia i dezynfekcji przyjazny środowisku i ekonomiczny.
24.	Przyłącze odpływu 100mm adaptacyjne.
25.	Minimalny przepływ wody: 10 litrów/minutę- 1 bar.
26.	Pojemność zbiornika wody minimum 27 litrów.
27.	Przyłącze wody: kranik ¾ typ męski zarówno do ciepłej jak i zimnej wody.
28.	Poziom odpływu na wysokości 10-30cm od podłogi lub w podłodze, 5 cm od ściany.

29.	Myjnia wyposażona w czujnik blokady odpływu, na wypadek zablokowania, urządzenie zatrzymuje cykl i komunikuje użytkownikowi błąd na panelu sterowania.
30.	Wyświetlacz LED, diody LED na panelu sterowania.
31.	Diodowa sygnalizacja o usterkach/ błędach: brak napełnienia wodą, brak działania grzałki, zablokowana pokrywa, zablokowany odpływ
32.	Gwarancja na 24 miesiące.

**Zamawiający wymaga pełnej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.**

### **3. Kryterium oceny ofert: cena 100%**

Prosimy o podanie ceny netto oraz brutto.

### **4. Termin i miejsce złożenia ofert:**

27.03.2023 r. do godziny 12:00 na: platformazakupowa.pl

Oferta winna być złożona w formie załączonego pliku (preferowany plik PDF).  
Oferta przedłożona jedynie w tabelach na Platformie Zakupowej będzie podlegała odrzuceniu.

### **5. Pytania**

Wykonawca ma możliwość zadawania pytań do 22.03.2023 r. Po 22.03.2023 Zamawiający nie ma obowiązku udzielić odpowiedzi na pytania.

### **6. Warunki płatności – przelew w ciągu 60 dni.**

### **7. Termin realizacji zamówienia:**

do 14 dni od złożenia zamówienia

### **8. Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniodawcami jest :**

Referent administracyjny – Adrian Styrkacz , tel. 74/64-89-710

---

**9. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie sporządzona i podpisana umowa.**

Bardzo prosimy o podanie w ofercie:

- numer oferty
- data oferty
- płatność (forma płatności – preferujemy przelew 60 dni)
- termin realizacji zamówienia
- ważność oferty
- warunki dostawy
- okres gwarancji

Prosimy o dołączenie do oferty katalogu.

**Oferta winna zawierać wszystkie w/w punkty. Ich brak będzie skutkować odrzuceniem oferty.**

**Załączniki:**

Załącznik nr 1- Oświadczenie związane z agresją Rosji na Ukrainę. Należy dołączyć do oferty.

Załącznik nr 2- Informacja Administratora