

Wałbrzych, dnia 17.03.2023r.

DZPZ-530- Zp/11/PN/23

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki - Zp/11/PN/23

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 39

pytanie nr 1 – do pak.39:

Czy Zamawiający dopuści długość przewodnika roboczego tylko 185 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Dorota Piekarz
nr tel.: 74/6489700*

