

Wałbrzych, dnia 23.03.2023r.

DZPZ-530-Zp/3/PN/23

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych dla Chirurgii Onkologicznej, Neurochirurgii oraz OAiIT- Zp/3/PN/23

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dot. pakietu nr 7 poz.1

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 7 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr wysokoprzepływowo (High Flow), ramiona proste lub zagięte o długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia przewodnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - nasadki iniekcyjne Luer Lock - rozszerzadło - wyprodukowany w Niemczech.

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odp. Zamawiając nie dopuszcza. Zamawiający wymaga innych parametrów cewnika.

Pytanie nr 2, dot. pakietów 1-19

Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga dla pakietów 1-19 dla każdej pozycji po 1 szt. asortymentu jako próbki?

Odp. Tak, oprócz pakietu nr 6. W pakiecie nr 6 próbka dla poz.2 i 5.

Pytanie nr 3, dot. pakietu 3, poz.1-2

Proszę o dopuszczenie ramp bez nazwy producenta bezpośrednio na wyrobie.

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 4, dot. pakietu 3, poz.1-2

Proszę o dopuszczenie ramp o wytrzymałości na ciśnienie do 2,5 barów.

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wytrzymałości do 4 barów.

Pytanie nr 5, dot. pakietu 3, poz.1

Proszę o dopuszczenie ramp o objętości wypełnienia 0,3 ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełniają wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 6, dot. pakietu 3, poz.2

Proszę o dopuszczenie ramp o objętości wypełnienia 0,5 ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełniają wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 7, dot. pakietu 3, poz.1-2

Proszę o dopuszczenie ramp wykonanych z poliwęglanu.

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli są dostosowane do toczenia chemioterapeutyków.

Pytanie nr 8, dot. pakietu 6, poz.1-9

Proszę o dopuszczenie cewników w opakowaniu bez otworu umożliwiającego zawieszenie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na organizację pracy.

Pytanie nr 9, dot. pakietu 6, poz.1-2

Proszę o dopuszczenie cewników Ch 06 oraz Ch 08 o długości 50 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 10, dot. pakietu 6, poz.3

Proszę o dopuszczenie cewników Ch 10 o długości 60 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 11, dot. pakietu 6, poz.9

Proszę o dopuszczenie cewników Ch 04 o długości 50 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 12, dot. pakietu 6, poz.9

Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga kranika z wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty?

Odp. Nie dotyczy. W w/w pakiecie Zamawiający wymaga cewników do odsysania.

Pytanie nr 13, dot. pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie miski o wymiarach: dł. 315 mm x szer. 255 mm x wys. 110 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Poniżej zdjęcie proponowanego produktu.



Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 14, dot. SWZ rozdz. VII. Wymagania od Wykonawców ppkt. 4)

Czy Zamawiający na spełnienie warunku dopuści również referencje na dostawy sprzętu medycznego bądź sprzętu/artykułów do sterylizacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15, dot. pakietu 17

Czy Zamawiający dopuści cewniki centralne piecioświatłowe, wykonane z poliuretanu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich w rozmiarze 8,5F/ 1 x 12Ga, 1x16Ga, 3 x 18Ga o długości 15 i 20cm, w skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz, przewodnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórnego 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga cewnika 9,5 Fr.

Pytanie nr 16, dot. pakietu 18

Czy Zamawiający dopuści cewniki centralne czteroświatłowe, wykonane z poliuretanu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich w rozmiarze 8,5F/ 1 x 14Ga, 1x16Ga, 2 x 18Ga o długości 15, 20 i 30 cm, w skład zestawu wchodzi: igła echnogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echnogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz, przewodnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórnego 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp.

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 17, dot. pakietu 16 poz.1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnego zestawu do badania USG zawierającego w składzie:

- Bezlatelyksową osłonę na głowicę 15x122 cm
- Taśmy i gumki do mocowania osłony na głowicy
- Sterylny żel USG
- Zestaw owinięty w serwetę umożliwiającą sterylne wyjęcie elementów o wymiarach 40cm x 40 cm. Zestaw posiadający informacje o serii i dacie ważności na opakowaniu jednostkowym. Produkt dostarczany do Państwa jednostki w ramach aktualnie obowiązującej umowy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18, dot. projektu umowy załącznik 3b, §3 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.7 §3 na następujący:

„7. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z Umową poszczególnych zamówień w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub nie dokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie od podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z dokonania przez Zamawiającego zakupu Przedmiotu Zamówienia od podmiotu trzeciego, co nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej. Jednak różnica w cenie nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu z umowy.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 19, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamówienie, które wpłynie od dostawcy po godz. 14.00 było traktowane jako wysłane następnego dnia roboczego o 8.00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.



Pytanie nr 20, dot. pakietu 3 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej rampy trójdrożnej wielokranikowej (kraniki w kolorach niebieski, biały, czerwony), wykonana z poliwęglanu, materiału odpornego na działanie tłuszczu i chemioterapeutyków. Pokrętła z optycznym wskaźnikiem położenia otwarte/zamknięte co 45 stopni, trójramienne, o jednakowej długości, obracane co 360 stopni, oznaczone strzałkami. Wyposażona w niezależnie obracającą się nakrętkę, gwarantującą bezpieczne podłączenie bez konieczności obracania łączonych elementów. Jałowa, o wytrzymałości na ciśnienie do 4 barów, objętości wypełnienia 0,78 ml, bez podania parametru przestrzeni martwej długości 11cm, do podaży grawitacyjnej i przy użyciu pompy, nietoksycznej, niepirogennej, niezawierającej DEHP, taleksu, bishenolu A, PCV. Seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym oraz jednostkowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21, dot. pakietu 3 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej rampy pięćdrożnej wielokranikowej, (kraniki w kolorach niebieski, biały, czerwony, żółty, zielony) wykonanej z poliwęglanu, materiału odpornego na działanie tłuszczu i chemioterapeutyków. Pokrętła z optycznym wskaźnikiem położenia otwarte/zamknięte co 45 stopni, trójramienne, o jednakowej długości, obracane co 360 stopni, oznaczone strzałkami, wyposażonej w niezależnie obracającą się nakrętkę, gwarantującą bezpieczne podłączenie bez konieczności obracania łączonych elementów. Jałowa, o wytrzymałości na ciśnienie do 4 barów, objętości wypełnienia 1,20 ml, bez podania parametru przestrzeni martwej długości 17cm, do podaży grawitacyjnej i przy użyciu pompy, nietoksycznej, niepirogennej, nie zawierającej DEHP, taleksu, bishenolu A, PCV. Seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym oraz jednostkowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22, dot. pakietu 8

Prosimy o dopuszczenie kranika z poliwęglanu, odporny na ciśnienie 3 barów, o objętości wypełnienia 22ml bez oznaczenia parametru przestrzeni martwej, sterylny z wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty, zamknięty, z bez PCV, DEHP, latexu; seria i data ważności na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga malej objętości wypełnienia.

Pytanie nr 23, dot. pakietu 10, poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści dren przedłużający 150 cm biały z zakończeniem Luer Lock stałym; średnica wew/zewn 3mm, obj. wypełnienia 10,75ml (+/-2,5 ml); opakowanie 200szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga malej objętości wypełnienia, aby nie generować straty leku pozostającego w przedłużaczu.



Pytanie nr 24, dot. pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne ?

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełniają wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 25, dot. pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuczęściową o rozmiarze 45cm x 75cm, z centralnym regulowanym otworem przyklepnym 6cm x 8cm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga dwuczęściową serwetę min. 50cm x 75cm z regulowanym otworem przyklepnym 10x15cm,

Pytanie nr 26, dot. pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75cm x 90cm, z centralnym otworem przyklepnym 10cm x 15cm oraz przyklepcami na rogach ?

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 27, dot. pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie :

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2 warstwowa

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2 warstwowa, z centralnym regulowanym otworem przyklepnym o śr.7cm

4 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 x Chwytnik plastikowy 18cm

1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm

1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml luer

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Igła iniekcyjna (0,5 x 25)

1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml

1 x Opatrunek foliowy z ramką 10cm x 25cm

10 x Kompres z gazy 17N 12W 7,5cmx7,5cm ?

Odp. Zamawiając nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 28, dot. pakietu 6 poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z wewnętrzną częścią lejka gładką?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga karbowanej wewnętrznej części lejka.

Pytanie nr 29, dot. pakietu 6 poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania, Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 30, dot. pakietu 6 poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w opakowaniu papier-folia bez otworu umożliwiającego podwieszanie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na organizację pracy.

Pytanie nr 31, dot. pakietu 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę kranika za opak a'50 szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę kranika za opak a'50 szt przy zachowaniu odpowiedniej ilości.

Pytanie nr 32, dot. pakietu 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści miskę o wymiarach 315x255x110?

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 33, dot. pakietu 10 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp o objętości wypełnienia 1,9ml?

**Odp. W pozycji 1 Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.
W pozycji 2 Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga małej objętości wypełnienia do 1,5 ml.**

Pytanie nr 34, dot. pakietu 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia o opisie:

Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę

Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej).

Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radioceniującym zapobiegającym uszkodzeniu naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.

Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu

Płaski filtr epiduralny 0,2µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem

Łącznik do cewnika epiduralnego

Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała

Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta

Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

Odp. Zamawiając nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 35, dot. pakietu 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę bursztynową 50/60ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga strzykawki żółtej do podawania leków do przestrzeni zewnątrzoponowej.

Pytanie nr 36, dot. pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu miskę jednorazowego użytku do mycia pacjentów o wymiarach 362 x 255 x 110 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 37, dot. pakietu 2 poz.1

Prosimy o dopuszczenie strzygarki innej niż opisanej przez Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie strzygarki z funkcjonalnością obracania głowicy o 45° w lewo i w prawo jako rozwiązana równoważnego - jest to parametr lepszy (ułatwia usuwanie owłosienia w trudnodostępnych miejscach).

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 38, dot. pakietu 2 poz.1

Prosimy o dopuszczenie strzygarki z 2 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych, w przypadku gdy strzygarka posiada w/w trzyczakresową, obrotową głowicę ułatwiającą usuwanie owłosienia z trudno dostępnych okolic ciała.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 39, dot. pakietu 2 poz.1

Prosimy o dopuszczenie strzygarki ładowanej kontaktowo.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 40, dot. pakietu 2 poz.2

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych pasujących do zaproponowanej powyżej strzygarki (w poz. 1). Szerokość cięcia ostrza 36mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu i ftalanów; pakowane: 1szt / blister; 50 blisterów/ pudełko.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 41, dot. pakietu 2 poz.3

Prosimy o dopuszczenie ostrzy neuro pasujących do zaproponowanej powyżej strzygarki (w poz. 1). Szerokość cięcia ostrza 36mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu i ftalanów; pakowane: 1szt / blister; 25 blisterów/ pudełko.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 42, dot. pakietu 10 poz.1-2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużaczy do pomp o następującym opisie:

- wykonany z PVC bez zawartości ftalanów
- oba końce zabezpieczone zatyczkami
- wyposażony w opaskę stabilizującą dren
- informacja o pojemności resztkowej 1,6ml nadrukowana na opakowaniu jednostkowym
- średnica wewnętrzna 1,24 mm, średnica zewnętrzna 2,4 mm
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku
- długość 150 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 43, dot. pakietu 19 poz.1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki bursztynowej do pomp infuzyjnych o poniższych parametrach:

- wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany EO.
- cylinder i tłok wykonany z polipropylenu PP
- końcówka Luer Lock
- gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, bez lateksu
- łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki
- czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna (biała skala w strzykawkach bursztynowych)
- skala co 1 ml wyskalowane do 60 ml
- na cylindrze oznaczenie o braku lateksu

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga żółtej strzykawki do podawania leków do przestrzeni zewnątrzoponowej.

Pytanie nr 44, dot. pakietu 14 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny produkt:



Maske Krtaniową

- Zgodna z budową anatomiczną gardła wygięcie (kąąt około 70°), pozwalające na łatwe zakładanie
- Wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku
- Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa
- Specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie
- Wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę
- Balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz określenie stopnia wypełnienia mankietu
- Rurka o specjalnym przekroju zapewniającym mocny i ergonomiczny uchwyt podczas zakładania
- Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję maski
- Kodowana kolorem torebka ochronna z instrukcją użycia
- Bezpieczeństwo w środowisku MR
- Materiał nie zawiera ftalanów

Materiał:

- Rurka/mankiet PCV
- Złącze rurki PCTG
- Balonik kontrolny PCV
- Korpus zaworu PCV
- Nie Polipropylen (PP)
- Rdzeń zaworu Silikon

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 45, dot. pakietu 14 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny produkt:

Maske Krtaniową

- Zintegrowany kanał zapewniający dostęp gastryczny
- Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie (kąąt około 90°) pozwalające na szybkie i łatwe zakładanie
- Możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej
- Zintegrowane usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki
- Balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową
- Znaczniki ułatwiające prowadzenie elastycznego endoskopu
- Sterylność opakowania oraz gotowość do użycia
- Nie zawiera ftalanów (w tym DEHP)

-Bezpieczeństwo stosowania w środowisku MRI (brak metalowych elementów)

Materiały:

Rurka/mankiet PCV

Złącze rurki PCTG

Balonik kontrolny PCV

Korpus zaworu PCV

Nie Polipropylen (PP)

Rdzeń zaworu Silikon

Kanał gastryczny PCV

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 46, dot. pakietu 14 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny produkt:

Maske Krtaniową

-Zintegrowany kanał zapewniający dostęp gastryczny

-Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie (kąąt około 90°) pozwalające na szybkie i łatwe zakładanie

-Możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej

-Zintegrowane usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki

-Balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankieta metodą dotykową

-Znaczniki ułatwiające prowadzenie elastycznego endoskopu

-Sterylność opakowania oraz gotowość do użycia

-Nie zawiera ftalanów (w tym DEHP)

-Bezpieczeństwo stosowania w środowisku MRI (brak metalowych elementów)

Materiały:

Rurka/mankiet PCV

Złącze rurki PCTG

Balonik kontrolny PCV

Korpus zaworu PCV

Nie Polipropylen (PP)

Rdzeń zaworu Silikon

Kanał gastryczny PCV

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 47, dot. pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
- Igła Touhy 18G x 80mm

- Cewnik epiduralny 0,8mm o długości 90cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm
- Zatraskowy łącznik do cewnika epiduralnego
- Mocowanie cewnika
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga m.in. strzykawki do metody spadku oporu (LOR).

Pytanie nr 48, dot. pakietu 15

Czy Zamawiający dopuści opakowanie ok. 20 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49, dot. pakietu 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 pozycji 1 rampy trójkraniowej bez przedłużacza, wykonana z polisulfonu z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów.

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 50, dot. pakietu 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 pozycji 2 rampy pięciokraniowej bez przedłużacza, wykonana z polisulfonu z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów.

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 51, dot. pakietu 8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kraniki trójdrożne miały podwójne zabezpieczenie pozycji otwarty-zamknięty, tj. – optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia. co gwarantuje precyzyjne i lekkie ustawianie wartości przepływów oraz minimalizuje ryzyko niezamierzonego wlewu czy przypadkowego dostania się powietrza do systemu.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 52, dot. pakietu 10 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy do pomp objętość wypełnienia max 1,7 ml

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga objętości max do 1,5 ml ze względu na specyfikę podawanych objętości.

Pytanie nr 53, dot. pakietu 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki w kolorze bursztynowym do podaży leków światłoczułych 50/60 ml

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga strzykawki żółtej do podawania leków do przestrzeni zewnątrzoponowej.

Pytanie nr 54, dot. pakietu 18

Prosimy o dopuszczenie zestawów z cewnikiem czteroświatłowym wg opisu:

Zestaw z cewnikiem czteroświatłowym:

- Cewnik 8,5Fr/16,14,18,18G /16cm lub 20cm lub 30cm do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb
- Cewnik z poliuretanu
- Prowadnica 0,032x60cm ze znacznikami dla cewnika 16 i 20cm prowadnica 0,032x68cm dla cewnika 30cm
- Igła punkcyjna 18G/6,35 cm
- Rozszerzadło
- Strzykawka 5 ml

Zestaw umieszczony na tacy uniemożliwiającej wypadanie elementów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Agnieszka Dziadkiewicz
nr tel.: 74/6489700