

Wałbrzych, dnia 24.03.2023r.

DZPZ-530- Zp/16/TP/23

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa 2 zestawów do dozymetrii in vivo z detektorami dla energii fotonowej X6MV i X15MV dla Zakładu Radioterapii - Zp/16/TP/23

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Dotyczy Rozdziału VI (Termin wykonania zamówienia) w SWZ oraz §4 ust. 1, Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt umowy): Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody, aby dostawa, instalacja i przeszkolenie pracowników odbyło się w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, Zamawiający dokona zmiany SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia): Prosimy o wyjaśnienie z ilu detektorów dla energii fotonowych X6MV i X15MV składa się 1 zestaw do dozymetrii in-vivo? Czy na 1 zestaw do dozymetrii in-vivo przypada po 2 detektory dla X6MV i 2 detektory X15MV, czy po 1 detektorze dla X6MV i 1 detektorze dla X15MV?

Odp. 1 zestaw zawiera 1 detektor dla X6MV i 1 detektor dla X15MV.

Pytanie nr 3

Dotyczy Rozdziału VIII oraz Rozdziału XV w SWZ: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody, aby foldery, opisy, katalogi i/lub inne materiały producenta oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia mogły być sporządzone w języku polskim lub w języku angielskim.

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga foldery, opisy, katalogi i/lub inne materiały producenta oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w języku polskim.

Pytanie nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody, aby instrukcje obsługi przedmiotu zamówienia mogły być dostarczone w języku polskim lub języku angielskim

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga dokumentów w języku polskim.

Pytanie nr 5

Pytanie 5: Dotyczy §6 ust. 1, Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt umowy).

Prosimy o modyfikację dotychczasowej treści tego punktu na następującą:
„Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:
1) za zwłokę w dostarczeniu Przedmiotu Zamówienia lub jego montażu i uruchomienia lub przeszkolenia personelu w wysokości 0,2% wartości netto Przedmiotu Zamówienia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad, usterek lub awarii Przedmiot Zamówienia w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wartości netto Przedmiot Zamówienia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego do ich usunięcia,
3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1), w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek,
4) w wysokości 20% wartości netto Przedmiotu Zamówienia określonego w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przy czyn leżących po stronie Wykonawcy.”
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 6

Dotyczy §8 ust. 4, Załącznika nr 3 do SWZ (Projekt umowy).

Prosimy o modyfikację dotychczasowej treści tego punktu na następującą: „W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania na własny koszt i ryzyko wszelkich wad dotyczących Przedmiotu Zamówienia lub wymiany wadliwych elementów na wolne od wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wadzie. W przypadku konieczności importu części lub wysyłki aparatury (sprzętu) za granicę do serwisu producenta – maksymalnie do 30 dni roboczych od dnia powiadomienia o wadzie.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Dorota Piekarz
nr telefonu: 74/6489700*