

Wałbrzych, dnia 18.04.2023r.

DZPZ-530 - Zp/20/PN/23

**Wykonawcy – wszyscy**

***Dotyczy: Dostawa implantów i asortymentu do osteosyntezy - Zp/20/PN/23***

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 9**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 „Substytut kostny” wymaga zaoferowania biokompatybilnego i biozgodnego produktu o zawartości siarczanu wapnia i hydroksyapatytu występującego w wersji bez lub z antybiotykiem (wankomycyna lub gentamycyna) o przewidywalnym procesie uwalniania antybiotyku przez min. 28 dni powyżej minimalnej dawki terapeutycznej, posiadającego wszelkie certyfikaty do zastosowania miejscowego w leczeniu infekcji kości i zapewniającego równoczesną pełną przebudowę kostną substytutu, pakowanego w sterylnych opakowaniach o objętości od 5-18ml?

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 2, dotyczy pakietu nr 9**

Pytanie nr 1 do pakietu nr 9 substytut kostny. Czy Zamawiający może doprecyzować ile sztuk poszczególnych wielkości będzie wymagał? wyrób występuje w wielkościach 5cc, 10cc, 20cc. Wyszczególnienie jest niezbędne do rzetelnej wyceny, ze względu na duże zróżnicowanie cenowe poszczególnych wielkości.

**Odp. Zamawiający wymaga następujących ilości: 5cc - 5 szt., 10cc – 10szt., 20cc – 5szt.**

**Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
Dominik Łoziński**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządziła: Dorota Piekarcz  
nr tel.: 74/6489700*