

Wałbrzych, dnia 28.04.2023r.

DZPZ-530 - Zp/20/PN/23

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa implantów i asortymentu do osteosyntezy - Zp/20/PN/23

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Sprostowanie odpowiedzi udzielonych w dniu 19.04.2023r., dot. pytania nr 1 w zakresie pakietu nr 9.

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 „Substytut kostny” wymaga zaoferowania biokompatybilnego i biozgodnego produktu o zawartości siarczanu wapnia i hydroksyapatytu występującego w wersji bez lub z antybiotykiem (wankomycyna lub gentamycyna) o przewidywalnym procesie uwalniania antybiotyku przez min. 28 dni powyżej minimalnej dawki terapeutycznej, posiadającego wszelkie certyfikaty do zastosowania miejscowego w leczeniu infekcji kości i zapewniającego równoczesną pełną przebudowę kostną substytutu, pakowanego w sterylnych opakowaniach o objętości od 5-18ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
Małgorzata Słomiana**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Dorota Piekarz
nr tel.: 74/6489700*