

Wałbrzych, dnia 17.05.2023r.

DZPZ-530- Zp/33/PN/23

Wykonawcy – wszyscy

**Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych na Oddział Kardiologii, Urologii i inne Oddziały-
Zp/33/TP/23**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycja 3 pojemnik o wysokości 30 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza pojemnika wyższego niż 23 cm.

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne były wykonane z polipropylenu? Tylko taki materiał zapewnia odporność na przebicie i elastyczność pojemnika a także pozwala na efektywne spalanie zebranego materiału.

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga wykonania pojemników z polipropylenu. Pojemniki mają spełniać wymogi zgodnie z SWZ.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1-5

Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga po 1 sztuce próbek (modelu fizycznego) z każdej pozycji pakietu 11?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga po jednej sztuce próbek (pojemników) z każdego rodzaju, czyli 5 sztuk.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr 12 poz.1

Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz. 1 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,3x12mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Dotyczy pakietu nr 8 poz.2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę igłową, prostą, o długości 140mm, trzonek Ø2,4mm, długość igły 13mm, Ø igły 0,8mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji i zaferowanie 2 szt?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Dotyczy pakietu nr 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści basen o pojemności 2,5L?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. Dotyczy pakietu nr 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści cewnik sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 8. Dotyczy pakietu nr 5



Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem o wymiarach 6 cm x 8 cm
 - 2 x osłona na kończyne o wymiarach 70 cm x 120 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na mały rozmiar serwety.

Pytanie 9. Dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x osłona na kończyne o wymiarach 70 cm x 120 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1-2,4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z etykieta z miejscem do opisania: siedziba wytwórcy odpadów, rodzaj(kod) odpadów, data i godzina otwarcia pojemnika, data i godzina zamknięcia pojemnika, osoba zamykająca pojemnik? Dodatkowo informacja „Materiał zakaźny”.

Odp. Zamawiający dopuszcza, reszta parametrów zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 11. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 245cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga pojemnika o wysokości do 23cm.

Pytanie 12. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z etykieta:



Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga tak wyglądającej etykiety. Reszta parametrów zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 13. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z otworem położonym centrycznie?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 14. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe elektrody igłowe, sterylne do koagulacji o rozmiarze całkowitym 15,2cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, reszta parametrów zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 15. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe elektrody nożowe, sterylne do koagulacji o rozmiarze całkowitym 15,3cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, reszta parametrów zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 16. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie, powierzchnia 105cm², wymiary 117x163mm? podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie, powierzchnia 105cm², wymiary 117x163mm? podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt dużą różnicę w rozmiarach.

Pytanie 18. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie, powierzchnia 31cm², wymiary 160 x74 mm? podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci o wadze do 5kg / opakowanie 100 szt?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt dużą różnicę w rozmiarach.

Pytanie 19. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych, długość 5m, od strony elektrody zakończony klipssem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM)?

Odp. Zamawiający dopuszcza, reszta parametrów zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 20. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych, długość 5m, od strony elektrody zakończony klipssem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa Ø6,3mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, reszta parametrów zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 21. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny do pęset, długość 5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa?

Odp. Zamawiający dopuszcza, reszta parametrów zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 22. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny do pęset, długość 3m lub 5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu żeńska Ø4mm (Erbe)?

Odp. Zamawiający dopuszcza kabel o długości 5m. Nie dopuszcza kabla o długości 3m.

Pytanie 23. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość 5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø5mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24. Dotyczy pakietu nr 4 poz 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 pozycji 1 przewodnicy typu Lunderquist z miękkim bezpiecznym końcem typu J 0.035" 85cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25. Dotyczy pakietu nr 4 poz 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 pozycji 2 Łącznik o długości ok. 25 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26. Dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonym składzie:

- pokrowiec na kończynę 43 g/m² 120x60cm – 2 szt.
 - serweta 43 g/m² 180x75cm z otworem w kształcie rombu 10x20 cm i przylepcem – 1 szt.
 - serwetka włókninowa 20 x 40 cm - 2 szt.
 - serweta na stół instrumentariuszki 190x150cm
- Opakowanie: blister.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §6 w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

- 1) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia
 - w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej, a niedostarczonej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki,
- 2) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad
 - w wysokości 0,3% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki,
- 3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 i 5), w wysokości 50 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek,
- 4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto pozostałej do realizacji wartości umowy

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 28. Dotyczy zapisów SWZ, rozdział XV, pkt. 8, poz. 3, pakiet nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek na wezwanie (a nie wraz z ofertą) w przypadku

braku możliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania z załącznika nr 1 do SWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.

Pytanie 29. Dotyczy pakietu nr 10 poz 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 10, poz. 8 jednorazowej igły aspiracyjnej z wymaganą minimalną średnicą kanału roboczego endoskopu 2,0mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30. Dotyczy pakietu nr 9

Prosimy o dopuszczenie noża typu Bevel up - ostrzonego jednostronnie od góry. Na trzonku noża nazwa rodzaju noża. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga noża obustronnie ostrzonego.

**Zatwierdził :
Zastępca Dyrektora
Ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Małgorzata Kuczyńska
nr tel.: 74/6489941

