

Wałbrzych, dnia 17.05.2023 r.

DZPZ-530- Zp/30/PN/23

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy sprzętu do zabiegów endoskopowych - Zp/30/PN/23

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1. dotyczy Pak. 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną, owalną, jednorazową, dzieloną o powierzchni aktywnej 105cm²?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści elektrody biernej, owalnej jednorazowej dzielonej o powierzchni aktywnej 105cm². Jest to inna elektroda niż wymagana.

Pytanie nr 2. dotyczy Pak. 8 poz. 2

Do jakiego typu gniazda sonda ma być przeznaczona: okrągłego czy płaskiego?

Odp. Sonda jest przeznaczona do gniazda płaskiego.

Pytanie nr 3. dotyczy Pak. 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sondy argonowe giętkie o średn. 2,3mm i długości 2,2m?

Odp. Zamawiający dopuści sondy argonowe giętkie o średnicy 2.3.mm, i długości 2,2m.

Pytanie nr 4. dotyczy projektu umowy

W związku z zakończeniem z dniem 30.09.2024 r. Europejskiej umowy dystrybucyjnej, uprawniającej firmę Olympus do sprzedaży metalowych samorozprężalnych protez Hanaro firmy M.I.Tech na terenie Polski, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrealizowanie dostaw dotyczących pakietu 10 obejmującego ww. protezy samorozprężalne do dnia 30.09.2024?

Mając na uwadze powyższe prosimy również o modyfikację zapisu we wzorze umowy (załącznik 3b do SWZ, § 4, pkt 1) na: Umowę zawiera się na okres od r. do 30.09.2024r.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 5. dotyczy zapisów SWZ

dot. zapisów SWZ, rozdział XXVIII, pkt. 9 (dla pakietu 10)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uzupełnienia składu konsygnacyjnego dla pakietu nr 10, liczonego od momentu przyjęcia zamówienia do 72 godzin w dni robocze?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 6. dotyczy Pak. 10 poz.1

W celu zwiększenia możliwości terapeutycznych prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 10, poz. 1 (poza wymienionymi) protez o długości całkowitej 20mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7. dotyczy zapisów SWZ

dot. zapisów SWZ, rozdział VIII, pkt. A.II.1

Czy w przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet, Zamawiający dopuści sumowanie kwot podanych dla poszczególnych pakietów w pkt. A.II.1 w celu spełnienia wymagań: przedstawienia co najmniej dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8. dotyczy Pak.4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 5, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomów obrotowych o średnicy cewnika 7.5 Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9. dotyczy Pak.4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 6, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomów obrotowych z zagiętą końcówką o średnicy cewnika 7.5 Fr? Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10. dotyczy Pak.4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 8, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów czterostopniowych do ekstrakcji o średnicy cewnika 6.6 Fr? Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11. dotyczy Pak.4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 13, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzań do dróg żółciowych z całkowitą długością zwężenia na odcinku 5 cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12. dotyczy Pak.4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 14, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzań do dróg żółciowych sztywnych temperowanych na dł. 4 cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13. dotyczy Pak.4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 15, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzań do dróg żółciowych z temperowaną końcówką na odcinku 5 cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14. dotyczy Pak.4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 22, w miejsce pierwotnych parametrów, cewników popychających z cewnikiem popychającym w rozmiarze: 5, 7, 8.5, 10, 11Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15. dotyczy Pak.4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 40, w miejsce pierwotnych parametrów, szczotek cytologicznych do dróg żółciowych 2.5 cm na cewnik 6.6 i 8 Fr o długości odpowiednio 185 i 200 cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16. dotyczy Pak.4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 41, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł do biopsji cytologicznej EUS o średnicy 5.4-4.3 Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17. dotyczy Pak. 2 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści:

Średnicę nakładki dystylnej 11,5-13,2mm? Pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18. dotyczy Pak. 2 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści:

Zestaw w składzie 5 fiolek po 20 ml, 5 igieł do podawania roztworu, 10 strzykawkę do podawania roztworu? Pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19. dotyczy Pak. 2 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści:

Dostępne długości protez: 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20 cm dla protez o średnicy 18 i 20 mm oraz 8, 10, 12, 14, 15 cm dla protezy o średnicy 22 mm oraz 6, 8, 10, 12, 14, 15 cm dla protez o średnicy 24 mm. Pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20. dotyczy Pak. 2 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści:

Średnice 16, 18, 20, 22, 24, 28mm? Pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21. dotyczy Pak. 2 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści:

Średnice protez 22, 24, 26 mm, długości protezy 14, 15, 16, 18, 20? Pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22. dotyczy Pak. 2 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści:

Długość protezy do wyboru 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12? Pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23. dotyczy Pak. 2 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści:

Długość w zakresie 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12? Pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24. dotyczy Pak. 2 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści:

Długość protezy 6, 8, 10, 12, 14, 15? Pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25. dotyczy Pak. 2

Dotyczy pakietu nr 2 Specyfikacja warunków zamówienia, pkt. V. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu, ppkt. 1. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Czy Zamawiający dopuści:

Na potwierdzenie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – na podstawie wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oświadczenie wykonawcy na wykonanie co najmniej jednej dostawy w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia na kwotę: dla pakietu nr 2 – 500 000,00 zł.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**