

Wałbrzych, dnia 26.05.2023r.

DZPZ-530-Zp/23/PN/23

Wykonawcy – wszyscy

Sprostowanie udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 38 w dniu 25.05.2023r.

Dotyczy: Dopuszczenie Oddziału Hematologii w ramach realizacji projektu „Wzrost dostępności infrastruktury i usług szpitala w Wałbrzychu dla osób niepełnosprawnych i szczególnie potrzebujących zgodnie ze standardami Dostępności Ministerstwa Zdrowia –poprzez program inwestycyjny” - Zp/23/PN/23

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 38 dot. pakietu nr 9

Zwracamy się z prośbą o informację, czy centrala monitorująca ma zostać podpięta pod konkretne kardiomonitory, jakiego producenta albo modele monitorów Zamawiający posiada. Powyższa informacja jest istotna, ponieważ monitory muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego centralą.

Odp. Monitor centralny i kardiomonitor mają być kompatybilne ze sobą oraz z posiadanymi przez Oddział Hematologii kardiomonitorami marki Philips. Nie wymaga się kompatybilności z nadajnikami telemetrycznymi.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**