

Wałbrzych, dnia 20.06.2023 r.

DZPZ-530- Zp/41/PN/23

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa tlenu azotu wraz z dzierżawą butli oraz ciekłego azotu dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na okres 24 miesięcy - Zp/41/PN/23

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza. Wykonawca może podpisać umowę bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego bądź na wniosek Wykonawcy umowa może zostać przesłana do podpisu drogą pocztową.

Pytanie nr 2. Dotyczy Pakietu nr 1

Miejsce dostawy: Bezpośrednio na Oddział Neonatologii przy ul. Batorego 4 w Wałbrzychu
Wnosimy do Zamawiającego o zmianę miejsca dostawy, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami przewozu substancji niebezpiecznych ADR oraz z ogólnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, kierowcy przekazują odbiorcy produkty butlowe wyłącznie w specjalnie do tego przeznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw. Ta sama zasada dotyczy również odbioru pustych butli. Wykluczone jest dostarczanie produktów butlowych bezpośrednio do oddziałów szpitalnych, szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć, gabinetów lekarskich i zabiegowych. Czy Zamawiający dopuszcza dostawy butli z gazami medycznymi do Apteki Szpitalnej?

Odp. Tlenek azotu może być dostarczany do DOS przy ul. Batorego.

Dyżurny pracownik DOS / tel. 785051405 / będzie odbierał butlę z gazem i przekazywał na oddział.

Pytanie nr 3. Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 1 pkt. 3

Ze względu na długość planowanego kontraktu tj. 24 m-ce w przedmiotowym postępowaniu, pragniemy zwrócić uwagę na niestabilność na rynku cen energii elektrycznej, w szczególności cen nośników energii elektrycznej, w związku z tym wnosimy do Zamawiającego o obniżenie granicy wartości punktów procentowych (do 5 %) upoważniających wykonawcę (i Zamawiającego) do waloryzacji wartości wynagrodzenia, co pozwoli wykonawcom przygotować ważne oraz konkurencyjnej oferty przy jednoczesnym braku ryzyka utraty części lub całości zysku w trakcie realizacji umowy.

Proponowana wartość punktowa (10 %) wydaje się być zawyżona w stosunku do realnie mogącej wystąpić zmiany wskaźnika cen towarów i usług, upoważniającej wykonawcę do waloryzacji wartości wynagrodzenia, co czyni ten zapis martwym w stosunku do intencji ustawodawcy, a jednocześnie można go utożsamiać z rażącym uprzywilejowaniem w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współżycia społecznego i właściwości stosunku prawnego.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Andrzej Nowiński
nr telefonu: 74/6489941

