

Wałbrzych, dnia 25.07.2023r.

DZPZ-530 - Zp/50/PN/23

**Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” dla pneumonologii na lata 2023-2024, w ramach programu wieloletniego, pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna” - Zp/50/PN/23**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie nr 1**

Dotyczące zapisów SWZ, umowy, załącznik nr 2 do SWZ – Oferta,  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaproponowania różnego terminu gwarancji dla poszczególnych elementów zamówienia?

**Odp. Zamawiający nie zmienia SWZ w tym zakresie.**

#### **Pytanie nr 2**

Dotyczące zapisów umowy paragraf 8 punkt 4

Wnosimy o zmianę zapisu na następujący:

W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania na własny koszt i ryzyko wszelkich wad dotyczących Przedmiotu Zamówienia lub wymiany wadliwych elementów na wolne od wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia o wadzie

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

#### **Pytanie nr 3**

Dotyczące zapisów umowy paragraf 8 punkt 6

Wnosimy o zmianę zapisu na następujący:

„ W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 72 godziny robocze od daty zgłoszenia awarii i udostępnieniu sprzętu.”

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

#### **Pytanie nr 4**

Dotyczące zapisów umowy paragraf 8 punkt 14

Wnosimy o zmianę zapisu na następujący:

W przypadku czterokrotnej gwarancyjnej awarii Przedmiotu Zamówienia w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy

*Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy, wynikający z nieprawidłowego*

---

*użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy,*  
**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

#### **Pytanie nr 5**

Dotyczące zapisów umowy i swz:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 12 tygodni dni od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do 10.11.2021.

**Odp. Zamawiający wymaga dostawy do 9 tygodni od daty zawarcia umowy.**

#### **Pytanie nr 6**

Dotyczące zapisów umowy paragraf 3 punkt 1 podpunkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin na dostarczenie dokumentów „3 dni” liczony był w dniach roboczych?

**Odp. Tak.**

#### **Pytanie nr 7**

Dotyczące zapisów umowy paragraf 8 punkt 1 podpunkt 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie dostępności części zamiennych, zużywalnych, akcesoriów, osprzętu niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia przez 8 lat od daty jego dostawy?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

#### **Pytanie nr 8**

Dotyczące zapisów umowy paragraf 6 punkt 1 podpunkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 50,00 zł za każdy przypadek

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

#### **Pytanie nr 9**

Dotyczące zapisów umowy paragraf 6 punkt 1 podpunkt 2

Czy w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni to Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych?

**Odp. Paragraf 6 punkt 1 podpunkt 2 umowy dotyczy zwłoki w usunięciu wad, usterek lub awarii Przedmiotu Zamówienia w okresie gwarancji lub rękojmi.**

#### **Pytanie nr 10**

Dotyczące zapisów umowy paragraf 6 punkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej wysokości kar umownych, których może dochodzić Zamawiający do 20 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

### **Pytanie nr 11**

Dotyczące zapisów umowy paragraf 8 punkt 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący zapis paragraf 8 punkt 14

„W przypadku czterokrotnej gwarancyjnej awarii tego samego podzespołu przedmiotu Zamówienia w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymiany podzespołu na nowy”?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

### **Pytanie nr 12**

Dot. Procesor obrazu USG z osprzętem do EBUS i sond radialnych

Dot. pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oddzielnego procesora do sond radialnych?

**Odp. Zamawiający nie dopuści z uwagi na obniżenie funkcjonalności i brak miejsca na dodatkowy komponent.**

### **Pytanie nr 13**

Dot. Procesor obrazu USG z osprzętem do EBUS i sond radialnych

Dot. pkt.5

Czy Zamawiający dopuści zapis: Dostępne tryby obrazowania: B-Mode, ColorFlow, Power Flow, F-Flow?

**Odp. Tak.**

### **Pytanie nr 14**

Dot. Procesor obrazu USG z osprzętem do EBUS i sond radialnych

Dot. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści zapis: Częstotliwość obrazowania 5, 7.5, 10, 12 MHz ?

**Odp. Zamawiający nie dopuści oferowany parametr wpłynie na obniżenie funkcjonalności.**

### **Pytanie nr 15**

Dot. Procesor obrazu USG z osprzętem do EBUS i sond radialnych

Dot. pkt.9

Czy Zamawiający dopuści kompatybilność z oferowanym endoskopem (wideobronchoskopem ultrasonograficznym)?

**Odp. Zamawiający nie dopuści z uwagi na posiadane i oczekiwane wyposażenie.**

### **Pytanie nr 16**

Dot. Procesor obrazu USG z osprzętem do EBUS i sond radialnych

Dot. pkt. 10

---

Czy Zamawiający dopuści kompatybilność z oferowanym procesorem do sond radialnych oraz sondami?

**Odp. Zamawiający nie dopuści z uwagi na posiadane i oczekiwane wyposażenie.**

**Pytanie nr 17**

Wideobronchoskop ultrasonograficzny

Dot. pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści kanał roboczy o średnicy 2,0 mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuści ze względu na obniżenie funkcjonalności.**

**Pytanie nr 18**

Wideobronchoskop ultrasonograficzny

Dot. pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści długość roboczą sondy wziernikowej 610 mm?

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 19**

Wideobronchoskop ultrasonograficzny

Dot. pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści wychylenie końcówki sondy wziernikowej góra 130 stopni/ lewo 90 stopni?

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 20**

Wideobronchoskop ultrasonograficzny

Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości 3-100 mm?

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 21**

Wideobronchoskop ultrasonograficzny

Dot. pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści min. 2 dowolne programowalne przyciski endoskopowe?

**Odp. Zamawiający nie dopuści ze względu na obniżenie funkcjonalności.**

**Pytanie nr 22**

Wideobronchoskop ultrasonograficzny

Dot. pkt. 10

---

Czy Zamawiający dopuści z oferowanym niedołączalnym przewodem?  
**Odp. Zamawiający nie dopuści z uwagi na mniejszą funkcjonalność.**

**Pytanie nr 23**

Wideobronchoskop ultrasonograficzny

Dot. pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści kompatybilność z oferowanym procesorem obrazu USG?

**Odp. Zamawiający nie dopuści z uwagi na posiadane i oczekiwane wyposażenie.**

**Pytanie nr 24**

Wideobronchoskop

Dot. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną sondy 6,3 mm, przy kanale roboczym o średnicy 3,2 mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuści z uwagi na obniżenie funkcjonalności.**

**Pytanie nr 25**

Wideobronchoskop

Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści średnicę kanału roboczego 2,8 mm, przy średnicy zewnętrznej sondy wziernikowej 5,9 mm?

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 26**

Wideobronchoskop

Dot. pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści wideobronchoskop bez funkcji obrotu sondy?

**Odp. Zamawiający nie dopuści z uwagi na obniżenie funkcjonalności.**

**Pytanie nr 27**

Wideobronchoskop

Dot. pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści min. 2 programowalne przyciski endoskopowe?

**Odp. Zamawiający nie dopuści z uwagi na obniżenie funkcjonalności.**

**Pytanie nr 28**

Wideobronchoskop

Dot. pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści kompatybilność z oferowanym procesorem?

**Odp. Zamawiający nie dopuści z uwagi na posiadane i oczekiwane wyposażenie.**

**Pytanie nr 29**

Sonda radialna USG

Dot. pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści średnicę końcówki sondy 1,4 do 1,9 mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuści, sonda radialna musi być z bronchoskopami z kanałem roboczym 1,7 mm.**

**Pytanie nr 30**

Sonda radialna USG

Dot. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści długość roboczą 2150 mm?

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 31**

Sonda radialna USG

Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści kompatybilność z oferowanym procesorem do sond radialnych?

**Odp. Zamawiający nie dopuści z uwagi na posiadane i oczekiwane wyposażenie.**

**Pytanie nr 32**

Pyt. Czy Zamawiający będzie wymagać aby oferowany zestaw do bronchoskopii ultrasonograficznej był ustawiony na wózku endoskopowym, wyposażony w ssak i monitor medyczny?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
Dominik Łoziński**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia*

*Sporządziła: Dorota Piekarz*

*nr tel.: 74/6489700*



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego  
ul. Alfreda Sokółowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowe.walbrzych.pl](http://www.zdrowe.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742