



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 700 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Zakup linii infuzyjnych, sprzętu ochronnego, rękawic, wyrobów medycznych i środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu . – Zp/51/PN-46/17

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ tj. Załącznika nr 1 do SIWZ pakiet nr 13.

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – pakiet nr 13 po zmianie otrzymuje brzmienie:

Pakiet Nr 13.

Rękawice diagnostyczne syntetyczne.

LP	NAZWA TOWARU	NAZWA HANDLOWA	ZAWARTOŚĆ	ILOŚĆ OPAK.	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	% V A T	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitylowe bez pudrowe do kontaktu z cytostatykami o przedłużonym mankiecie. Kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiety rolowane, powierzchnia		Rozmiar XS, L, M, XL a100szt.	24					

zewnątrzna
mikroteksturowana z
dodatkową teksturą na
końcach palców,
powierzchnia wewnętrzna
chlorowana, długość
rękawicy min. 290 mm,
grubość na palcu od 0,10 do
0.12 mm, na dłoni od 0.06
do 0.08 mm, mankiet od
0.03 do 0.05 mm,
posiadające AQL 1.0,
posiadające Certyfikat w
kategorii III Środków
Ochrony Indywidualnej
89/686/EEC, certyfikat
wyrobu medycznego klasy
1 93/42/EEC. Rękawice
przebadane na przenikanie
mikroorganizmów zgodnie
z ASTM F1671, rękawice
odpowiednie do kontaktu z
żywnością zgodnie z
1935/2004/EEC, oraz
spełniające standardy
EN455 1-4, ISO11193-1,
ASTM D6319, EN420,
EN374 1-3, ISO16604,
ASTM F1671, rękawice
przebadane na
przenikalność min.22
cytostatyków wg. ASTM
D6978; rękawice wolne od
akceleratorów
chemicznych: tiuramów,
oznakowany fabrycznie
poziom AQL, oznakowane
datą produkcji i datą
ważności oraz numerem
serii, opakowanie
papierowe z podziałem
kolorystycznym
opakowania ze względu na
poszczególne rozmiary.