

Wałbrzych, dnia 24.08.2023r.

DZPZ-530 - Zp/58/PN/23

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Świadczenie usług serwisowych aparatury i sprzętu medycznego, będących na stanie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na okres 36 miesięcy - Zp/58/PN/23

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Pyt 1. dot. pakietu 1

W przedmiotowym pakiecie znajduje się aparat do znieczulania Atlan, w którym wykonanie pełnej procedury przeglądowej zgodnie z wymaganiami producenta możliwe jest za pomocą oprogramowania serwisowego. Z poziomu oprogramowania oprócz pełnej procedury wykonywana jest kalibracja na każdym poziomie czujników aparatu (spadku ciśnienia w układzie xGM, spadku ciśnienia w pułapce wodnej spadek ciśnienia w obwodzie zerowania xGM ,kalibracja pomiaru stężenia O2 przez xGM w 21 i 100, pomiaru stężenia gazów anestetycznych przez moduł xGM przy użyciu gazu kalibracyjnego i oprogramowania, punktu zerowego czujników ciśnienia i zaworu przełączającego), a także wiele innych. Bez przeprowadzonej kalibracji aparat nie będzie poprawnie funkcjonował. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej i kalibracji aparatu będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie przeglądu?

Odp. Zamawiający wymaga wykonania pełnej procedury przeglądowej zgodnie z wymaganiami producenta.

Pytanie nr 2

Pyt. 2 dot. pakietu 1

W przedmiotowym pakiecie znajdują się aparaty Primus w których podczas procedury przeglądowej należy wykonać kalibrację czujników ciśnienia, poprawności wskazań, szczelności układu miksera i zaworu zwrotnego, sprawdzenie poprawnego podawania przepływu przez zawór bezpieczeństwa. Sprawdzenie i ewentualna kalibracja możliwa jest do wykonania z poziomu oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie kalibracji?

Odp. Zamawiający wymaga wykonania pełnej procedury przeglądowej.

Pytanie nr 3

Pyt. 3 dot. pakietu 1

Zamawiający wymaga:

Wykonywane prace w ramach zamówienia polegają na utrzymaniu w pełnej sprawności techniczno–eksploatacyjnej Aparatury Anestezjologicznej - Aparaty do znieczulenia ogólnego i obejmują:

- okresowe przeglądy techniczne i konserwacje określone przez producenta wraz z wymianą zestawów przeglądowych;
- dojazdy, diagnozy, kalibracje i naprawy wraz z wymianą uszkodzonych części;
- sprawdzenie i kontrola bezpieczeństwa;
- czas naprawy bez użycia części zamiennych – do 3 dni roboczych
- czas naprawy z użyciem części zamiennych – do 5 dni roboczych
- zalecane przez producenta modyfikacje oprogramowania i konstrukcji, poprawiające wydajność pracy i bezpieczeństwo
- wszelkie awarie,
- zdalną diagnostykę,

Celem Zrozumienia wymagań Zamawiającego proszę o potwierdzenie, że w skład opłaty miesięcznej Zamawiający wymaga pełnej opieki nad urządzeniami co oznacza że w kalkulacji ma być zawarta:

usługa przeglądu + części do przeglądu + dojazd do przeglądu+ usługa ewentualnych napraw/nielimitowana diagnostyka + części do napraw + dojazd?

Odp. Zamawiający wymaga, aby w kalkulacji była zawarta usługa przeglądu + części do przeglądu + dojazd do przeglądu + usługa napraw, nielimitowana diagnostyka + części do napraw + dojazd.

Pytanie nr 4

Pyt. 4 dot. pakietu 1

W przedmiotowym pakiecie znajdują się aparaty do znieczulania wyposażone w kardiomonytory i analizatory gazów. Czy Zamawiający będzie wymagał kalkulacji tych urządzeń stanowiących wyposażenie aparatu i będących pełnym stanowiskiem do znieczulania?

Odp. Zamawiający wymaga kalkulacji dla pełnego stanowiska do znieczulania wraz z kardiomonitorami i analizatorami gazów.

Pytanie nr 5

Załącznika nr 3 – wzór umowy

Pakiet nr 1, §5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 6

Załącznika nr 3 – wzór umowy

Pakiet nr 1, §6 ust. 1 pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy do 10%?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 7

Załącznika nr 3 – wzór umowy

Pakiet nr 1, §6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 3, Urządzenia sterylizacyjne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie Sterylizatorów parowych (Poz. 6, 7, 8) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

**Kierownik
Dział Zamówień Publicznych
Małgorzata Słomiana**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Dorota Piekarz
nr tel.: 74/6489700*

