



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 01.07.2016 r.

DZPZ-530-Zp/57/PN-56/16

### **Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy szyn, worków pooperacyjnych, staplerów, kieliszków, introduktorów, zestawów do drenażu worka osierdżiowego, tamponad nosowych, dwuwodowego czystego siarczanu wapnia oraz endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu – Zp/57/PN-56/16*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1, dot. pakietu nr 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 5 zestawów do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych w składzie: introduktor z integralnym ramieniem bocznym z zastawką Touchy – Borst z zaworem hemostatycznym w rozmiarze 6F lub 7F x 10 cm, prowadnik J 0.35' x 45 cm, rozszerzacz naczyniowy 6F lub 7F, igła prosta 17G lub 18G x 7 cm, kranik trójdrożny. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 5 dla „zestawów do wprowadzania i wymiany kateterów” Zamawiający wymaga, aby w skład zaoferowanego zestawu wchodziła foliowa osłonka dekontaminacyjna (zabezpieczająca) o długości ok. 80 cm **Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 5 dla „zestawów do wprowadzania i wymiany kateterów” Zamawiający wymaga, aby zestawy pakowane były w podwójną tackę w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości przełożenia kompletnego zestawu na sterylne pole zabiegowe” **Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

#### **Pytanie 2, dot. projektu umowy**

##### **§2 ust. 2**

Proponujemy modyfikację umowy w następujący sposób: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

##### **§8 ust. 1 pkt. 1)**

Czy Zamawiający w § 8 ustęp 1 pkt 1) zastąpi słowa „wartości niewykonanej dostawy” słowami „wartości netto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

### **Pytanie 3, dot. pakietu nr 7**


Czy Zamawiający w **pakiecie nr 7** wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych o następujących parametrach:

*Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozpuszczalnej gazy hemostatycznej, rozprężalnej gąbki oraz sznurka. Zewnętrzna gazę hemostatyczną zamienia się w żel po nasiąknięciu wodą. Przy kontakcie żelu z powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy. Wewnętrzna gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Ponadto po zżelowaniu gazy hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.*

Cechy:

- wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie
- unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty
- miękka gąbka zapewnia równorzęдне wzmocnienie i ucisk
- utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany
- nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego
- łatwość w posługiwaniu się
- bezbolesna aplikacja i usuwanie
- bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych
- 

Struktura i skład



1—rozpuszczalna gazę hemostatyczna 2—gąbka 3—sznurek

Rozpuszczalna gazę hemostatyczna	poходna sodowa karboksymetylocelulozy
Gąbka	alkohol poliwinylowy
Sznurek	nić jedwabna

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 4, dot. pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków ze średnicą dna 26mm oraz średnicą górnej krawędzi 36mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kieliszków do leków jednorazowego użytku, plastikowych o pojemności 30 l z podziałką, średnica dna 2,5 cm, średnica górnej krawędzi 3,5 cm o stożkowym kształcie.**