

Wałbrzych, dnia 14.09.2023r.

ZO/15/2023

**Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: „Obsługa serwisowa pogwarancyjna aparatu Allura Xper FD 20c wraz z systemem monitoringu INTELLIVUE producenta Philips Medical System”**

**Pytanie nr 1**

Wnosimy o udostępnienie wzoru umowy do zapytania.

**Odpowiedź: Zamawiający udostępni wzór umowy.**

**Pytanie nr 2**

Wnosimy, aby w treści umowy Zamawiający umieścił zapis, mówiący o możliwości rozwiązania umowy w momencie gdy do naprawy urządzenia nie będzie dostępna część zamienna ze względu na fakt zakończenia pełnego wsparcia technicznego urządzenia przez producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów Umowy w myśl w/w pytania.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, dysponowania odpowiednio wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, tj.: posiadaniem przez Wykonawcę minimum 2 lub więcej pracowników, przeszkolonych przez producenta z danego aparatu, co jest udokumentowane aktualnym certyfikatem imiennym wydanym przez producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykwalifikowanej kadry pracowniczej w ilości minimum 2 osób z doświadczeniem oraz przeszkoleniem przez producenta wraz z aktualną certyfikacją imienną wydaną przez producenta.**

---

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który nie będzie autoryzowanym Wykonawcą, posiadania umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania kluczami i/lub kodami serwisowymi w zakresie umożliwiającym pełną realizację przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawcy autoryzowanego serwisu i umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania kluczami licencyjnymi i kodami serwisowymi w celu realizacji Przedmiotu Umowy.**

**Zastępca dyrektora  
ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych**

Dominik Łoziński

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia*

*Sporządził: Adrian Styrkacz*

*nr tel.: 74/6489710*