



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 25.07.2017 r.

DZPZ-530-Zp/54/PN-49/17

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę przewodnic do rurek intubacyjnych, trudnej intubacji, strzykawek, zestawów do przedskórnej endoskopowej gastrokopii oraz systemu do godzinowej zbiórki moczu – Zp/54/PN-49/17

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na złożenie oddzielnej oferty lub wydzieli z pakietu zestawy opisane w pozycji 1 pakietu nr 4? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie zestawów opisanych w pozycji 1. Zamawiającemu zależy na kompatybilności dostępnego w naszym Szpitalu sprzętu.**

Pytanie 2, dot. pakietu nr 3

poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z rozszerzona skala o 20 %, 2-3 ML, 5-6 ML, 10-12 ML, 20 – 24 ML **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki ,której skala wynosi 1 ml. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym. **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycjach strzykawki dwuczęściowej z kontrastującym tłokiem. **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym sztuk na opakowania po 100 szt. **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową w rozmiarze 50/60 ml **Odp. Zamawiający podtrzymuje warunki specyfikacji i dopuszcza, jeżeli będzie kompatybilność z posiadanymi pompami infuzyjnymi.**

poz. 5

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji strzykawki trzyczęściowej do pomp z podwójną skalą pomiarową. **Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga jeżeli spełnia pozostałe warunki specyfikacji.**

poz. 6

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji strzykawki 100 ml z podwójną skalą pomiarową **Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga jeżeli spełnia pozostałe warunki specyfikacji.**

poz. 6

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji strzykawki 100 ml z dwoma reduktorami Luer. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 10-12

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji strzykawek trzyczęściowych luer -lock z rozszerzoną skalą w rozmiarze 5- 6 ml, 10 – 12ml, 20 – 22ml. **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 9-11

Prosimy Zamawiającego o możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym sztuk na opakowania po 100 szt. **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

poz. 12

Prosimy Zamawiającego o możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym sztuk na opakowania po 50 szt. **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane, co 1ml? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu**

poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem, zamawianie ilości? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

poz. 12

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane, co 0,5ml? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz. 1-4

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawka dwuczęściowa ma posiadać skalę nominalną co pozwala na precyzyjne dawkowanie leku. **Odp. Tak.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za opakowanie strzykawek z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym, co pozwoli na uniknięcie zawyżania wartości oferty. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie strzykawek z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.**

Czy Zamawiający oczekuje aby strzykawki były sterylizowane radiacyjnie? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 20 ml skalowanej co 1ml. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych a'80szt. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane a'80szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

poz. 5

Czy zamawiający wymaga by strzykawki były wymienione w instrukcji obsługi w celu zapewnienia pełnej kompatybilność i bezpieczeństwo podaży leków? **Odp. Strzykawki mają spełniać warunki specyfikacji.**

poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp infuzyjnych 50/60ml ogólnie stosowanych w Placówkach Służby Zdrowia **Odp. Jeżeli są kompatybilne z posiadanymi pompami.**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby strzykawka skalowana była co 1ml do 60ml, co zapewnia bardziej precyzyjną podaż leku. **Odp. Zamawiający dopuszcza co 1 ml do 50 ml.**

poz. 5, 9-12

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cylinder i tłok strzykawki ma być wykonany z polipropylenu w celu bezpiecznej podaży leku. **Odp. Tak dla pozycji 9-12.**

Prosimy Zamawiający oczekuje, aby strzykawki były kompatybilne z lekami cytostatycznymi, przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków, co potwierdza oświadczeniem producenta dołączone do oferty? **Odp. Tak dla pozycji 9-12.**

poz. 12

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy strzykawki 20ml luer-lock tak jak strzykawki 50ml mają być dedykowane do pomp Kwapisz? **Odp. Nie**

Czy zamawiający wymaga by strzykawki były wymienione w instrukcji obsługi w celu zapewnienia pełnej kompatybilność i bezpieczeństwa podaży leków? **Odp. Nie**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga aby łącznik do cewnika foley wyposażony był w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki, a cały zestaw miał możliwość podwieszenia na minimum 3 niezależne sposoby? **Odp. Tak, Zamawiający wymaga.**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ze względu na prewencje zakażeń układu moczowego zamawiający wymaga by zestaw do godzinowej diurezy posiadał zastawkę antyzwrotną w łączniku do cewnika foley, oraz dren dwuświatłowy o długości min. 150 cm aktywnie zabezpieczający system. **Odp. Tak, Zamawiający wymaga aby system zabezpieczał przed cofnięciem się moczu do cewnika.**