

Wałbrzych, dnia 20.09.2023r.

DZPZ-530-Zp/64/PN/23

**Wykonawcy – wszyscy**

***Dotyczy: Dostawa stymulatorów i kardiowerterów dla pracowni elektroterapii serca - Zp/64/PN/23***

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1, dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści stymulator z amplitudą impulsu 0,25 – 7,5 V?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2, dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści stymulator z czułością przedsionkową 0,1 – 5,0 mV?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3, dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści stymulator z odstępem AV programowalnym w zakresie 25 – 300 ms?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4, dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści stymulator bez funkcji automatycznego rozpoznawania środowiska MRI?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5, dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści stymulator bez telemetrii bezprzewodowej?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga stymulatora z funkcją bezprzewodowej telemetrii.**

**Pytanie nr 6, dot. pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści stymulator z amplitudą impulsu 0,25 – 7,5 V?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7, dot. pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści elektrody aktywne proste 52 – 58 cm MRI?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8, dot. pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści stymulator bez telemetrii bezprzewodowej?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga stymulatora z funkcją bezprzewodowej telemetrii.**

**Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
Małgorzata Słomiana**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządziła: Agnieszka Dziadkiewicz  
nr tel.: 74/6489700

