

Wałbrzych, dnia 21.09.2023 r.

DZPZ-530- Zp/61/PN/23

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych na Blok Operacyjny i inne Oddziały Szpitalne - Zp/61/PN/23

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1. Dotyczy pakietu nr 15

Pytanie 1 Czy Zamawiający w celu uniknięcia naruszenia art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP, art. 99 ust. 1 do 4 i art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP, dopuści igły o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności:

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną igłę Hubera, niesilikonowaną, zakrzywioną o atraumatycznym szlifie, z karbowanymi, odpinanymi skrzydełkami, z drenem o dł. 18cm, z zaciskiem i złączem luer-lock, z osłoną zabezpieczającą przeciw samozakłuciu, z przezroczystą podstawą i miękką, nienasiąkliwą pianką o grubości 4mm, zapewniającą pacjentowi komfort użytkowania, stosowana do wstrzyknięć ciśnieniowych – maksymalne ciśnienie do 325 Psi (oznaczenie na opakowaniu), do podawania kontrastu, do wlewów, możliwe w środowisku CT, nie zawiera lateksu i DEHP.

Igły w rozmiarach 19G, 20G i 22G o długościach: 15, 20, 25, 32, 38mm



Odp. Zamawiający dopuści igłę Hubera o podanych w opisie parametrach pod warunkiem, że automatycznie wytwarza pozytywne ciśnienie podczas wyciągania igły.

Pytanie nr 2. Dotyczy pakietu nr 15

Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku odpowiedzi odmownej wnosimy o wskazanie granic równoważności w sposób zachowujący zasady uczciwej konkurencji.

Odp. Zamawiający w pytaniu nr 1 dla pakietu nr 15 udzielił odpowiedzi pozytywnej.

Pytanie nr 3. Dotyczy pakietu nr 7

Pytanie dotyczy wyszczególnionych w p. XV SWZ przedmiotowych środków dowodowych składanych wraz z ofertą. Czy Zamawiający wymaga złożenia po jednej próbce do każdej pozycji w zadaniu nr 7, czy jednej, wybranej przez Wykonawcę próbki do zadania?

Odp. Zamawiający dopuści złożenia jednej, wybranej przez Wykonawcę próbki do zadania.

Pytanie nr 4. Dotyczy pakietu nr 15

Czy zamawiający dopuści bezpieczne igły ze szlifem Hubera do długich przetoczeń o następujących parametrach:

- igła z przezroczystym drenem o długości 20,3 cm, bez DEHP i lateksu
 - z mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem w postaci dźwigni, sygnalizującej głośnym „kliknięciem” bezpieczną pozycję igły podczas wyjmowania
 - z zaciskiem do przerw w infuzji
 - z kodowaniem rozmiarów za pomocą koloru zacisku,
 - z wygodnymi, karbowanymi skrzydełkami, które po wprowadzeniu igły do portu mogą zostać zdjęte
 - z korpusem wykonanym z przezroczystego materiału, pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca wkłucia,
 - z miękką poduszką do strony kontaktu ze skórą pacjenta, z medycznej pianki, o grubości min. 4mm, zespolona z korpusem igły
 - przeznaczone do podaży pod standardowym ciśnieniem
 - kompatybilne ze środowiskiem rezonansu magnetycznego (do 3T)
- w rozmiarach: 19G (19mm, 25mm, 32mm), 20G (16mm, 19mm, 25mm, 32mm), 22G (16mm, 19mm, 25mm, 32mm)

Odp. Zamawiający dopuści igłę Hubera o podanych w opisie parametrach pod warunkiem, że automatycznie wytwarza pozytywne ciśnienie podczas wyciągania igły.

Pytanie nr 5. Dotyczy pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści otwory w opasce co 35 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6. Dotyczy pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści wymiary otworu głównego 21mm x 26,5mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga wymiary otworu głównego: 22mmx27mm zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 7. Dotyczy pakietu nr 18

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu się ustnika na uzębieniu pacjenta”?

Odp. Zamawiający nie odstąpi od wymogu „wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu się ustnika na uzębieniu pacjenta”.

Pytanie nr 8. Dotyczy pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści ustnik wykonany z polietylenu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga ustnika wykonanego z polipropylenu zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 9. Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie rękojeści staplerów o długości 160 mm i 260 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 10. Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający w pozycji dopuści zaoferowanie ładunków zamykających na 1,0 mm, 1,7 mm, 1,75 mm i 2,0 mm, ładunki w ruchomym kowadełkiem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, brak długości 1,5 mm.

Pytanie nr 11. Dotyczy projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „... od dnia powiadomienia(...)” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 12. Dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

1) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia - w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki Przedmiotu Zamówienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia**

2) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad - w wysokości 0,3% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia**

3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości **250 zł** (słownie: **dwieście pięćdziesiąt złotych**) za każdy przypadek,

4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości **10%** wartości **niezrealizowanej części** wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 13. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 14. Dotyczy pakietu nr 12 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony na aparaturę medyczną w kształcie kuli (worek szyty na okrągło) o wymiarach 80 cm (szerokość- średnica) x 40 cm (długość), wykonanej z mocnej przezroczystej folii PE, wyposażonej w elastyczną gumkę umożliwiającą umieszczenie osłony na aparaturze. Sterylizowana tlenkiem etylenu (EO). Opakowanie folia -papier. Opakowanie a'50 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza, reszta parametrów musi być zgodna z opisem w SWZ.

Pytanie nr 15. Dotyczy pakietu nr 12 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej jednoczęściowej osłony na aparaturę medyczną typu ramię C o wymiarach 188cm x 104cm wykonanej z przezroczystej folii PE, wyposażonej w 3 wysokiej jakości pasy mocujące. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie folia -papier.

Odp. Zamawiający dopuszcza, reszta parametrów musi być zgodna z opisem w SWZ.

Pytanie nr 16. Dotyczy wzoru umowy załącznik 3a, §3 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.7 §3 na następujący:

„7. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z Umową poszczególnych zamówień w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub nie dokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie od podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z dokonania przez Zamawiającego zakupu Przedmiotu Zamówienia od podmiotu trzeciego. Jednak różnica w cenie nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu z umowy. Dokonanie przez Zamawiającego zakupu od podmiotu trzeciego wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 17. Dotyczy wzoru umowy załącznik 3a, §3 ust. 7

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.7 §3 na następujący:

„7. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z Umową poszczególnych zamówień w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub nie dokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie od podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z dokonania przez Zamawiającego zakupu Przedmiotu Zamówienia od podmiotu trzeciego. Dokonanie przez Zamawiającego zakupu od podmiotu trzeciego wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 18. Dotyczy pakietu nr 8

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 8 nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 8 do 14 dni od złożenia zamówienia?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 19. Dotyczy pakietu nr 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawiania próbek na asortyment w pakiecie nr 8. Prośbę swą motywujemy tym, że produkty są Zamawiającemu dobrze znane, Wykonawca oferuje oryginalne produkty KARL STORZ jak dotychczas stosowane w Państwa placówce.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 20. Dotyczy pakietu nr 8

W związku z tym, że opisane w zadaniu nr 8 w pozycjach 1-10 załącznika nr 1 pętle i elektrody pakowane są przez producenta w opakowania zbiorcze (1 opak=6 sztuk) i nie są sprzedawane na sztuki, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zoferowanie pętli i elektrod w opakowaniach po 6 szt. oraz dokonanie modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania jak również wyrażenie zgody na podanie cen za opakowanie po odpowiednim przeliczeniu sztuk na opakowania (1 opakowanie zawiera 6 sztuk pętli).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 21. Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w punkcie nr 1 dopuści do zaoferowania 8 opakowań (48 sztuk) pętli, ponieważ pętle pakowane są w opakowaniu zbiorczym po 6 sztuk i nie ma możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk pętli?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 22. Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w punkcie nr 2 dopuści do zaoferowania 1 opakowanie (6 sztuk) pętli, ponieważ pętle pakowane są w opakowaniu zbiorczym po 6 sztuk i nie ma możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk pętli?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga 1 szt pętli.

Pytanie nr 23. Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w punkcie nr 3 dopuści do zaoferowania 1 opakowanie (6 sztuk) elektrod, ponieważ elektrody pakowane są w opakowaniu zbiorczym po 6 sztuk i nie ma możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk elektrod?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 24. Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w punkcie nr 4 dopuści do zaoferowania 1 opakowanie (6 sztuk) elektrod, ponieważ elektrody pakowane są w opakowaniu zbiorczym po 6 sztuk i nie ma możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk elektrod?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga 3 szt pętli.

Pytanie nr 25. Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w punkcie nr 5 dopuści do zaoferowania 3 opakowania (18 sztuk) elektrod, ponieważ elektrody pakowane są w opakowaniu zbiorczym po 6 sztuk i nie ma możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk elektrod?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 26. Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w punkcie nr 6 dopuści do zaoferowania 1 opakowanie (6 sztuk) elektrod, ponieważ elektrody pakowane są w opakowaniu zbiorczym po 6 sztuk i nie ma możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk elektrod?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga 1 szt elektrod.

Pytanie nr 27. Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w punkcie nr 7 dopuści do zaoferowania 1 opakowanie (6 sztuk) elektrod, ponieważ elektrody pakowane są w opakowaniu zbiorczym po 6 sztuk i nie ma możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk elektrod?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga 1 szt elektrod.

Pytanie nr 28. Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w punkcie nr 8 dopuści do zaoferowania 2 opakowania (12 sztuk) pętli, ponieważ pętle pakowane są w opakowaniu zbiorczym po 6 sztuk i nie ma możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk pętli?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 29. Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w punkcie nr 9 dopuści do zaoferowania 1 opakowanie (6 sztuk) elektrod, ponieważ elektrody pakowane są w opakowaniu zbiorczym po 6 sztuk i nie ma możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk elektrod?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga 2 szt elektrod.

Pytanie nr 30. Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w punkcie nr 10 dopuści do zaoferowania 1 opakowanie (6 sztuk) elektrod, ponieważ elektrody pakowane są w opakowaniu zbiorczym po 6 sztuk i nie ma możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk elektrod?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 31. Dotyczy pakietu nr 8

Czy w związku z tym, że oferowane w pakiecie nr 8 pętle i elektrody pakowane są przez producenta w opakowania zbiorcze po 6 szt. i nie są sprzedawane na sztuki, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że będzie składał zamówienia częściowe na pełne (wielokrotność 6 sztuk) pętli i elektrod?

Odp. Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 32. Dotyczy wzoru umowy &2 ust. 5 ppkt. 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu podania terminu ważności w przypadku oferowania wyrobów wielorazowych, niesterylnych?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 33. Dotyczy wzoru umowy &6 ust. 1 pkt. 3

W celu miarkowania kar umownych, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na obniżenie wysokości kary z tytułu nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w §2 ust. 5 pkt. 1) do 100zł za każdy przypadek?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 34. Dotyczy wzoru umowy & 6 ust. 1 pkt. 4

W celu miarkowania kar umownych, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na obniżenie wysokości kary z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy do 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto umowy?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 35. Dotyczy wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający obniży wysokość łącznych maksymalnych kar umownych o których mowa we wzorze umowy §6 ust. 2 do 20% maksymalnego wynagrodzenia netto? Obecna wysokość kary umownej jest wygórowana i znacząco odbiega od praktyki powszechnie stosowanych kar w branży medycznej na rynku polskim?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 36. Dotyczy pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 60 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu okrągłego w przekroju na całej długości dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 37. Dotyczy pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki tnąco-szyjące 60mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu okrągłego w przekroju na całej długości dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 38. Dotyczy pakiet nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 80 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu okrągłego w przekroju na całej długości dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 39. Dotyczy pakiet nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki tnąco-szyjące 80mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu okrągłego w przekroju na całej długości dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 40. Dotyczy pakiet nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 100 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu okrągłego w przekroju na całej długości dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 41. Dotyczy pakiet nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki tnąco-szyjące 100mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu okrągłego w przekroju na całej długości dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 42. Dotyczy pakiet nr 5 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,8 mm przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza z dwoma podwójnymi rzędami, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 43. Dotyczy pakiet nr 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,8 mm przed zamknięciem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek , Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 44. Dotyczy pakiet nr 5 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco-otnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek , Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 45. Dotyczy pakiet nr 5 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek , Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 46. Dotyczy pakiet nr 5 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco-otnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,8 mm przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek , Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 47. Dotyczy pakiet nr 5 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,8 mm przed zamknięciem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek , Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 48. Dotyczy pakiet nr 5 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco-otnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek , Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 49. Dotyczy pakiet nr 5 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie nr 50. Dotyczy pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,4 - 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21. Bez powłoki antyrefleksyjnej. Wysokość otwartej zszywki dla rozmiaru 21 - 4,5 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,0 mm.

Pytanie nr 51. Dotyczy pakiet nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, uniwersalną jednorazową rękojeść staplera endoskopowego o długości 160 mm i 260 mm przeznaczoną do ładunków z artykulacją, wykonujących zespolenie o długości 30, 45 i 60 mm. Stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową. Aby oddać strzał należy wcisnąć zielony przycisk znajdujący się na bocznej stronie rękojeści. Konstrukcja staplera umożliwiająca jego wielokrotne zamykanie i otwieranie bez konieczności każdorazowego odblokowywania zamkniętego staplera. Ramię staplera obrotowe 360 stopni. Zamawiający każdorazowo określi długość staplera przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52. Dotyczy pakiet nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek z artykulacją do 45 stopni non-stop w obie strony, do staplera endoskopowego. Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 60 mm, 45 mm, zamykający na 1.0 mm, 1.5mm, 1.8mm i 2.0mm. Ładunek posiadający ruchomą część ze zszywkami i nieruchome kowadełko. Pierwsze trzy ładunki kompatybilne z trokarami 12 mm, ostatni (zamykający na 2.0 mm) kompatybilny z trokarem 15 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga jednorazowy ładunek z wygięciem 60 stopni w obie strony.

Pytanie nr 53. Dotyczy pakiet nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne w kolorze białym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga koloru czerwonego.

Pytanie nr 54. Dotyczy pakiet nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne w rozmiarze 250mm x 25mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55. Dotyczy pakiet nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne z kartonikiem w rozmiarze 87mm x 19mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56. Dotyczy pakiet nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne w rozmiarze 250mm x 25mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57. Dotyczy pakiet nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne z kartonikiem w rozmiarze 87mm x 19mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58. Dotyczy pakiet nr 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne w kolorach różowy / niebieski z możliwością wyboru przez zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59. Dotyczy pakiet nr 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne z kartonikiem w rozmiarze 170mm x 20mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60. Dotyczy pakiet nr 15

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 15 bezpiecznej igły ze skrzydełkami z drenem bez miękkiej podkładki w rozmiarach 19G-22G o dł 19mm-38mm aktywowanej w sposób tradycyjny z możliwym uzyskaniem neutralnego przemieszczania płynów wynikającego ze sposobu rozłączania zestawu z portem lub podaży płynów -zaciśnięcie klemą zestawu w trakcie podaży . do podaży pod wysokim ciśnieniem, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że automatycznie wytwarza pozytywne ciśnienie podczas wyciągania igły.

Pytanie nr 61. Dotyczy pakiet nr 15

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 15 bezpiecznej igły z drenem posiadającej miękką podstawę stabilizującą z ergonomicznym uchwytem igły w romiarach: 19G-22G, 19mm-38mm ,aktywowanej w sposób tradycyjny z możliwym uzyskaniem neutralnego przemieszczania płynów wynikającego ze sposobu rozłączania zestawu z portem lub podaży płynów -zaciśnięcie klemą zestawu w trakcie podaży . do podaży pod wysokim ciśnieniem, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że automatycznie wytwarza pozytywne ciśnienie podczas wyciągania igły.

Pytanie nr 62. Dotyczy pakiet nr 12

Prosimy o dopuszczenie osłony okrągłej nie zawierająca lateksu, wykonana z przezroczystej folii PE o grubości 50 µm i gramaturze 46 g/m2, o wymiarach: średnica otworu po rozciągnięciu min. 80 cm, obszyta bordową lamówką, jałowa, pakowana jednostkowo w rozrywaną torebkę typu peel pouch, na opakowaniu min. 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer

katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga minimum 4 etykiety samoprzylepne wraz z kodem kreskowym, osłona ma być wyposażona w gumkę.

Zatwierdził :
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Małgorzata Słomiana

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Małgorzata Kuczyńska
nr telefonu: 74/6489941

