



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 25.08.2017 r.

DZPZ-530-Zp/54/PN-49/17

Wynik postępowania przetargowego dotyczy pakietu 3

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę przewodnic do rurek intubacyjnych, trudnej intubacji, strzykawek, zestawów do przedskórnej endoskopowej gastrokopii oraz systemu do godzinowej zbiórki moczu – Zp/54/PN-49/17

Zamawiający Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Dla Pakietu nr 3 : SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź za cenę brutto : 125 205,48 zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących do 3 dni. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 60 pkt., kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących – 40 pkt. Razem: 100 pkt.

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem:

Oferta firmy **ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** ul. Pod Borem 18,41-808 Zabrze zostaje odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował w poz. nr 5 strzykawkę 50 ml dicoNEX, która nie spełnia wymogów określonych w SIWZ. Strzykawka nie jest kompatybilna z pompą infuzyjną Duet firmy Kwapisz.

Uzasadnienie

Po podłączeniu strzykawki z 50 ml leku i ustawieniu przepływu 50 ml/h, lek został podany w czasie 51 min – 53 min. Ponadto odczyt na pompie wskazuje, że podano 45 ml – a w rzeczywistości podana została cała ilość leku, czyli 49 ml. Próby wykonano kilkakrotnie przy użyciu w/w pomp. Jednocześnie wykonano próby, przy zastosowaniu strzykawek kompatybilnych z w/w pompami. Próby były wykonywane na tych samych stanowiskach.

Oferta firmy **Bialmed Sp. z o.o.** ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska zostaje odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował w poz. nr 11 strzykawkę ze skalą co 0,5 ml, zamiast 0,2 ml.

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik:
- rozdzielnik

ROZDZIELNIK

Wykonawcy w postępowaniu:

- 1) SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa** ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
- 2) ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze:
- 3) Bialmed Sp. z o.o.** ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska: