



ISO 9001

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 23.08.2017 r.

DZPZ-530-Zp/50/PN-45/17

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu do zabiegów kardiologii inwazyjnej w pracowni hemodynamiki – Zp/50/PN-45/17

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 21

Czy Zamawiający dopuści w zakresie zadania nr 21 cewnik balonowy do PTCA, uwalniający Paclitaxel o parametrach:

- Długość od 10 mm – 250 mm
- Średnica od 1,5 mm – 6.0 mm
- 3-gr cewnika balonowego z lekiem Paclitaxel 2,2ug/mm²
- Crossing profile dla wszystkich rozmiarów mniej niż 1.0 mm
- Uwalnianie leku Paclitaxel przy 6 atm, RBP 14atm (dla RX), RBP 10-14atm (dla OTW)
- Specjalny elastyczny Tip do krętych naczyń
- Wersja RX współpraca z przewodnikiem 0,014”
- Ciśnienie nominalne 6 atm
- Utrata leku przy wprowadzeniu jedynie 5%
- Lek utrzymuje się 60 dni po zabiegu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.