

DZPZ-530- Zp/66/TP/23

Wałbrzych, dnia 24.10.2023 r.

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa sprzętów medycznych dla Oddziału Neurologicznego - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej - Zp/66/TP/23.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 1, Pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skaner (iluminator) żył o długości fali światła podczerwonego: 760-940nm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 1, Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skaner (iluminator) żył zasilany markowym akumulatorem SAMSUNG o pojemności 5000mAh, zapewniającym nieprzerwaną pracę do 5godz.?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 1, Pkt. 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skaner (iluminator) żył, którego odległość ogniskowa (odległość urządzenia od ciała pacjenta) wynosi: 18-30cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 1, Pkt. 18.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skaner (iluminator) żył będący urządzeniem medycznym, w pełni zgodnym z Dyrektywą Europejską 2017/745?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5, dotyczy Pakietu nr 1

L.P. 4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy skaner żył krwionośnych z emisją promieniowania podczerwonego z dwóch niezależnych źródeł o długości fali 850mm każdy (2x850mm)?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6, dotyczy Pakietu nr 1

L.P. 6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy skaner żył z wbudowaną baterią litową: 7.3V, 2750 mAh?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7, dotyczy Pakietu nr 1

L.P. 7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy skaner żył, którego czas pracy ciągłej przy w pełni naładowanej baterii wynosi 2,5 h?

Odp. Nie zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czasu pracy przy pełnym naładowaniu z włączonym światłem do podświetlania żył: do 5 godzin

Pytanie nr 8, dotyczy Pakietu nr 1

L.P. 8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy skaner żył z baterią, której czas potrzebny do pełnego naładowania wynosi 4 godziny?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9, dotyczy Pakietu nr 1

L.P. 9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy skaner żył bez wbudowanego trybu czuwania?

Odp. Nie zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga trybu czuwania.

Pytanie nr 10, dotyczy Pakietu nr 1

L.P. 10. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy skaner żył bez alarmu niskiego poziomu baterii?

Odp. Nie zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga alarmu niskiego poziomu baterii.

Pytanie nr 11

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od wszystkich wykonawców/dostawców działań zgodnych z przepisami prawa i nie zaakceptuje ich łamania. Czyli, że Zamawiający zobowiązuje wykonawców/dostawców do stosowania się do przepisów: USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w tym do Art. 63.

Podmiot, o którym mowa w art. 57 ust. 1 [m in: wprowadzający sprzęt], jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy [tzw. numer BDO] na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. I w związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał podania numeru BDO, o którym mowa powyżej na umowie.

Odp. Zamawiający określił swoje wymagania względem Wykonawców w SWZ. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 12 dot zapisów SWZ oraz umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zawartego w SWZ VI oraz Zał. Nr 3 § 4 ust. 1 dot. wymaganego terminu dostawy na: Dostawa w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy oraz 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy i dostarczenia Przedmiotu Zamówienia w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Uzasadnienie: Wykonanie dostawy może okazać się niemożliwe ze względu na czas trwania procedur tranzytowych i celnych: transport sprzętu z zagranicy, konieczność przeprowadzenia odprawy celnej dla dopuszczenia towaru do obrotu w Polsce.

Ponadto opóźnienia w dostawie obwarowane są bardzo wysokimi karami umownymi w wysokości 0,3 % wartości netto Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki,

W przypadku niemożności wydłużenia terminu dostawy wnioskujemy o zmniejszenie kar umownych do 0,1 % wartości netto Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ oraz wzoru umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 13 dot Pakietu nr.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zawartego w SWZ VI oraz Zał. Nr 3 § 4 ust. 1 dot. wymaganego terminu dostawy na: Dostawa w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy oraz 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy i dostarczenia Przedmiotu Zamówienia w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Uzasadnienie: Wykonanie dostawy może okazać się niemożliwe ze względu na czas trwania procedur tranzytowych i celnych: transport sprzętu z zagranicy, konieczność przeprowadzenia odprawy celnej dla dopuszczenia towaru do obrotu.

Ponadto opóźnienia w dostawie obwarowane są bardzo wysokimi karami umownymi w wysokości 0,3 % wartości netto Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki,

W przypadku niemożności wydłużenia terminu dostawy wnioskujemy o zmniejszenie kar umownych do 0,1 % wartości netto Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ oraz wzoru umowy w w/w zakresie.

Zatwierdził:

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Andrzej Nowiński
nr telefonu: 74/6489941



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742