



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokolowskiego
ul. A. Sokolowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 16.08.2017 r.

DZPZ-530-Zp/56/PN-51/17

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę rurek intubacyjnych, tracheostomijnych, zestawów do odsysania zamkniętego oraz filtrów antybakteryjnych, antywirusowych, obwodów oddechowych, łączników oraz cewników Foleya – Zp/56/PN-51/17

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz 3 i 4 dopuści filtr o skuteczności filtracji 99,9999%? **Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia pozostałe warunki SIWZ.**

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do ŻADNEJ grupy kapitałowej przedstawi stosowne zaświadczenie wraz z ofertą. **Odp. Zamawiający przyjmie oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 1

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną do długotrwałej intubacji z mankietem w kształcie walca, posiadającą wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmnieszający jej wewnętrznego światła z przymocowanym kapturkiem, z dodatkowym łącznikiem do podłączenia do urządzeń ssących, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrzchawicznych, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankieta (płaski przed wypełnieniem) z samoczynnie zamykającym się otworem z oznaczeniem średnicy rurki, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu oraz na łączniku 15mm, linia rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 5,0 do 10,0 mm co 0,5 mm. **Odp. Zamawiający wymaga mankieta w kształcie stożka.**

poz. 4

Czy Zamawiający wymaga, aby linia rtg była na całej długości rurki? **Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Czy Zamawiający wymaga znaczników rtg pod mankietem tchawicznym i pod mankietem oskrzelowym? **Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Czy Zamawiający wymaga łączników z zaciskami na obydwu ramionach? **Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

poz. 5

Czy Zamawiający wymaga rurki silikonowanej? **Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Czy Zamawiający wymaga rurki bezftalanowej? **Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

poz.7

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania dla dzieci z nietraumatyzującym cewnikiem, elastycznym, z otworem centralnym oraz dwoma bocznymi? **Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełnia pozostałe warunki SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania dla dzieci z mechaniczną zastawką dostępu do cennika pacjenta? **Odp. Zamawiający dopuszcza z obrotową, mechaniczną zastawką dostępu do cewnika pacjenta, jeżeli spełnia pozostałe warunki SIWZ.**

poz. 8.

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z podwójnie obrotowym łącznikiem o innym, wygodnym i bezpiecznym kącie? **Odp. Zamawiający wymaga kąta 120°.**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z mechaniczną zastawką dostępu do cennika pacjenta? **Odp. Zamawiający dopuszcza z obrotową, mechaniczną zastawką dostępu do cewnika pacjenta, jeżeli spełnia pozostałe warunki SIWZ.**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 2

poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania filtrów o wydajności nawilżania po 24 godzinach wynoszącą 30.11 mgH₂O/L przy V_t= 250ml. Pozostałe parametry zgodne z siwz. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania filtrów najwyższej jakości z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13 o skuteczności filtracji 99,99999%. Pozostałe parametry zgodne z siwz. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania filtrów najwyższej jakości z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13 o skuteczności filtracji 99,99999%. Pozostałe parametry zgodne z siwz. **Odp. Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu parametrów wydajności nawilżenia min. 34mg H₂O/litr i spełnieniu pozostałych warunków SIWZ.**

poz.6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania łączników o długości przestrzeni martwej regulowanej w zakresie 9-15cm. Pozostałe parametry zgodne z siwz. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

poz.11-12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania obwodów o długości rur 180cm i nieobrotowym trójnikiem. Pozostałe parametry zgodne z siwz. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga dla poz. 11 obwodów o długości min. 200 cm z trójnikiem obrotowym oraz dla poz. 12 obwodów o długości min. 300 cm z trójnikiem obrotowym.**