



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 14.12.2023r.

DZPZ-530-Zp/87/PN/23

**Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: Serwis pogwarancyjny tomografu komputerowego do wirtualnej symulacji GE Optima CT580 RTI BJ o numerze seryjnym 372122HM2 (nr systemu PL1082CT01) wraz z wyposażeniem - Zp/87/PN/23**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

### **Pytanie nr 1**

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem Modernizacja stacji opisowej AW (OPZ, Serwis pogwarancyjny, pkt 6, ppkt 2). Istnieje możliwość modernizacji stacji opisowej do najnowszej wersji, co wiąże się z zamianą posiadanej stacji na nową oraz z dodatkowym kosztem. Można ten zapis również zinterpretować jako: Wgrywanie najnowszych aktualizacji systemu, w ramach ich dostępności. Te wykonywane są przez inżynierów serwisu w ramach swoich czynności.

**Odp. Modernizacja stacji opisowej AW - wgrywanie najnowszych aktualizacji systemu w ramach ich dostępności.**

### **Pytanie nr 2**

Pytanie dot. warunków udziału w postępowaniu

W pkt. VII.4) d) SWZ – Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w realizacji co najmniej 2 usług polegających na usługach serwisu tomografu do wirtualnej symulacji.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawców posiadających min. 10-letnie doświadczenie w realizacji co najmniej 2 usług polegających na świadczeniu usług serwisu tomografów komputerowych GE Optima.

Pozytywna odpowiedź Zamawiającego zwiększy krąg wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, a tym samym przełoży się na korzystną cenę jaką Zamawiający uzyska w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 3**

Pytanie dot. warunków udziału w postępowaniu. W pkt. VII.4) d) SWZ – Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby wykazał, że dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi odpowiednie



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dr. Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



kwalifikacje i co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług serwisu tomografów do wirtualnej symulacji.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawców dysponujących co najmniej 2 osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, tj. legitymującymi się imiennymi certyfikatami ze szkoleń serwisowych dla tomografów komputerowych GE Optima oraz co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w świadczeniu usług serwisu tomografów komputerowych GE Optima.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 4**

Pytanie do SWZ, pkt. II, str. 3, OPZ, projekt umowy – nowe części

W SWZ, w § 2 ust. 1 pkt.3 Zamawiający wymaga aby części zamienne były fabrycznie nowe, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją przez Zamawiającego urządzenia lub oprogramowania.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia nowych części zamiennych do przedmiotowego tomografu komputerowego, natomiast w przypadku wydłużonego terminu ich dostawy – w celu skrócenia czasu ewentualnego przestoju aparatu, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę, w celu wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia, części regenerowanych/używanych, jednakże nieodbiegających parametrami od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta. Nadmieniamy, iż części regenerowane/używane posiadają gwarancję na taki sam okres, jaki oferuje producent na części nowe. Powyższe rozwiązanie przełoży się na ponoszenie znacznie niższych wydatków przez Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu sprawności aparatu, jak podczas instalacji części nowych, co z kolei ma swoje odzwierciedlenie w racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych, których Zamawiający jest dysponentem.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

#### **Pytanie nr 5**

Pytanie do SWZ, pkt. II, str. 3, OPZ – części równoważne do oryginalnych

W SWZ Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował oryginalnymi częściami zamiennymi i częściami zużywalnymi.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w ramach brzmienia w/w zapisu dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę lampy RTG równoważnej do lampy RTG GE MX240 VCT (Hercules) model 2291563-3 SN 224516G15 - kompatybilnej z tomografem komputerowym GE Optima CT580 RTI BJ, posiadającej certyfikat zgodności CE – zgodnie z art. 99 ust. 4-5 ustawy PZP:



Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



„4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów”.

„5. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny”.

Jak bowiem wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 153/11, z przepisów ustawy o wyrobach medycznych nie wynika utrata certyfikatu zgodności CE dla całego produktu w wypadku użycia części zamiennej innej niż producenta, zwłaszcza jeśli niniejsza część ma także certyfikat zgodności CE, do tego jest dedykowana dla tomografu komputerowego danego producenta.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

#### **Pytanie nr 6**

Pytanie do SWZ, pkt. II, str. 3 – OPZ – modernizacja tomografu Discovery RT

W opisie przedmiotu zamówienia, pkt. II, str. 3 SWZ, w ramach świadczenia usług serwisowych, Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania:

- modernizacji tomografu Discovery RT wraz z rozszerzeniem dotychczasowych funkcjonalności obejmującej:
  - wymianę stacji roboczej wraz z oprogramowaniem celem zwiększenia szybkości rekonstrukcji,
  - modernizację stacji opisowej AW,
  - zwiększenie maksymalnej wartości DFOV z 50 cm do 80 cm,
  - GSCB,
  - płytę TGPG-2 PWA i płytę ORPG-3 PWA zastępująca płytkę drukowanej poprzedniej wersji w suwnic,
- szkolenia wewnętrzne dla personelu Centrum Radioterapii, prowadzone przez aplikanta GE, min. 1x w roku, mające na celu udoskonalenie protokołów wykonywanych badań oraz doszkolenie personelu,

Prosimy o usunięcie w/w zakresu z SWZ oraz załącznika nr 1, 2 oraz nr 3, gdyż dotyczy on modernizacji tomografu Discovery RT, podczas gdy przedmiotem niniejszego zamówienia jest serwis pogwarancyjny tomografu komputerowego do wirtualnej symulacji GE Optima CT580 RTI BJ

Ponadto, modernizacja tomografu powinna być objęta odrębnym postępowaniem w trybie z wolnej ręki dla GE.

**Odp. Zamawiający nie zmienia SWZ.**



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



### **Pytanie nr 7**

Pytanie do SWZ – dot. kryteria oceny ofert

W rozdziale XXVIII SWZ, Zamawiający podaje, że kryterium oceny ofert jest: „Czas przystąpienia do naprawy”.

Prosimy o wyjaśnienie, czy czas ten liczony będzie w dni robocze w godzinach pracy serwisu, tj. od 8.00 do 16.00 czy godzinach wskazanych przez Zamawiającego od 7.00 do 14.35?

**Odp. Czas przystąpienia do naprawy dotyczy dni roboczych od 8:00 -16:00.**

### **Pytanie nr 8**

Pytanie do SWZ – dot. kryteria oceny ofert

W rozdziale XXVIII SWZ, Zamawiający podaje, że kryterium oceny ofert jest: „Czas przystąpienia do naprawy”.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zgłoszenie awarii aparatu np. w piątek o godz. 16.00, co przy czasie reakcji serwisu do 3 godzin oznacza, że przystąpienie do naprawy nastąpi w najbliższy dzień roboczy, tj. poniedziałek do godz. 11.00.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

### **Pytanie nr 9**

Pytanie do SWZ

W celu prawidłowej kalkulacji ceny oferty, prosimy o podanie:

- daty ostatniej wymiany lampy RTG,
- daty zakończenia gwarancji na lampę RTG,
- ilości badań/ przebiegu lampy RTG,  
w tomografie GE Optima CT580 RTI BJ.

**Odp. Zamawiający podaje dane dot. tomografu GE Optima CT580 RTI BJ:**

- data ostatniej wymiany lampy RTG - 13.08.2019r.,
- data zakończenia gwarancji na lampę RTG - lampa była wymieniana na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą Affidea i GE więc nie wiadomo jaki był okres gwarancji ustalony między stronami. Nie posiadamy takiej informacji.
- ilość badań/ przebiegu lampy RTG - 10186 badań.

### **Pytanie nr 10**

Pytanie do SWZ – OPZ – modernizacja tomografu Discovery RT

W opisie przedmiotu zamówienia, pkt. II, str. 3 SWZ, w ramach świadczenia usług serwisowych, Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania:



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



- modernizacji tomografu Discovery RT wraz z rozszerzeniem dotychczasowych funkcjonalności obejmującej:
  - wymianę stacji roboczej wraz z oprogramowaniem celem zwiększenia szybkości rekonstrukcji,
  - modernizację stacji opisowej AW,
  - zwiększenie maksymalnej wartości DFOV z 50 cm do 80 cm,
  - GSCB,
  - płytę TGPG-2 PWA i płytę ORPG-3 PWA zastępująca płytkę drukowaną poprzedniej wersji w suwnic,

Jeśli nastąpiła omyłka w nazwie aparatu i modernizacja dotyczy tomografu GE Optima CT580 RTI BJ, prosimy o podanie pełnego zakresu wymaganej modernizacji.

Gdyby Wykonawca niezależny od producenta znał konkrety tej modernizacji, to mógłby wystąpić do GE o ofertę na pakiet oprogramowania i go wykonać.

**Odp. Dotyczy tomografu GE Optima CT580 RTI BJ (Discovery RT nazwa stosowana zamiennie). Zakres modernizacji taki jak wymieniono w podpunktach.**

#### **Pytanie nr 11**

Pytanie do SWZ – OPZ – szkolenia wewnętrzne

W opisie przedmiotu zamówienia, pkt. II, str. 3 SWZ, w ramach świadczenia usług serwisowych, Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania:

- szkolenia wewnętrzne dla personelu Centrum Radioterapii, prowadzone przez aplikanta GE, min. 1x w roku, mające na celu udoskonalenie protokołów wykonywanych badań oraz doszkolenie personelu,

Prosimy o dopuszczenie do prowadzenia szkolenia niezależnego od producenta aplikanta.

Zgoda na powyższe zapisy nie wyklucza z udziału w postępowaniu producenta w/w aparatu, a dopuszcza podmioty niezależne od producenta, tym samym zwiększając krąg wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza niezależnego aplikanta.**

**Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
Dominik Łoziński**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządziła: Dorota Piekarczyk  
nr tel.: 74/6489700*



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742