



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 700 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 05.09.2017 r.

DZPZ-530- Zp/59/PN-54/17

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Wyposażenie stałe i wyposażenie do pracowni cytostatycznej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu .” - Zp/59/PN-54/17

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu:

1. Dotyczy pakietu nr 8, poz. 1 - Pojemnik przeznaczony na odpady niebezpieczne.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne jak poniżej:
Pojemnik (kształt wiaderka) przeznaczony na odpady niebezpieczne o pojemności 10l w kolorze żółtym i wieczkiem w kolorze czerwonym. Opatrzony w napis odpady niebezpieczne lub cytostatyczne. Górne wieczko pojemnika średnicy 24-32 cm, w którym znajduje się otwór z osobnym wieczkiem o średnicy 10-13cm. Pojemnik o sztywnej konstrukcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ponieważ wysokość wiaderka utrudni prace pod łożą cytostatyczną.

2. Dotyczy pakietu nr 13, poz. 1 - Mata absorpcyjna, Komplet zabiegowy zwykły.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 13 w pozycji nr 1 podkład chłonący 2 warstwowy (PE + PP) o gramaturze min 62 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

3. Dotyczy pakietu nr 3 (chłodziarka do przechowywania leków – 10 szuflad)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie większe o 1 cm w każdym z wymiarów, tj. 630 x 725 x 199 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

4. Dotyczy pakietu nr 4 (chłodziarka do przechowywania leków – 7-10 półek typu ruszt)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie większe o 1 cm w każdym z wymiarów, tj. 630 x 725 x 199 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.