



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dr. Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 03.01.2024r.

DZPZ-530-Zp/78/PN/23

**Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: Dostawa jednorazowego wyposażenia pracowni cytostatycznej - Zp/78/PN/23**

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

### **Pytanie nr 1**

Pakiet 1, poz. 4

Proszę o dopuszczenie zaworu bezigłowego o parametrach:

- Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje minimalizację przestrzeni martwej pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu
- Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ grawitacyjny na poziomie min. 320 ml/min
- Przepływ uzyskany w mankiecie ciśnieniowym wynosi 645 ml/min
- Objętość wypełnienia 0,085 ml/
- Kompatybilny z MRI, brak metalowych części
- Wysokiej jakości membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku
- Idealne dopasowane obudowy z membrana silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu
- Mały rozmiar, przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu
- Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew
- Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami.
- Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa
- Możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść
- Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję ze stosowanymi lekami
- Zgodny min. z normą PN-EN ISO 10555-5
- Możliwość podawania krwi, tłuszczów, chemioterapeutyków, stosowania do hemodializy

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ wymagana objętość martwa ma wynosić nie więcej niż 0,04 ml.**



Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



### **Pytanie nr 2**

Pakiet 5, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowego o parametrach:

- uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem
- Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrzniki z filtrem
- Wyposażony w skrzydelka ułatwiające wbicie
- Komora kropłowa o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu (część przezroczysta 55 mm)
- Kropłomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml)
- 15 µm filtr płynu
- Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu
- Logo umożliwiający identyfikację wyrobu na zaciskaczu
- Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną
- Dren długości 150 cm
- Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku
- Opakowanie typu blister
- Wolny od ftalanów
- Opakowanie zbiorcze 200

**Odp. Zmawiający nie dopuszcza, Zmawiający wymaga linii posiadających dokumentację zgodności z lekami cytostatycznymi.**

### **Pytanie nr 3**

Pakiet 11, poz. 1-6

Proszę o dopuszczenie strzykawek o parametrach:

- Przezroczysty cylinder pozwala na doskonałą wizualizację zawartości
- Posiadają pierścień (kryzę) zabezpieczający tłok przed wypadaniem
- Czarne oznaczenie skali: dokładność stopniowania objętości
- Tłok z gumową końcówką bez lateksu
- Podwójne uszczelnienie tłoka
- Końcówka Luer – Lock umieszczona centralnie
- Przeznaczone do iniekcji
- Jałowa niepirogenna
- Cylinder: polipropylen
- Tłok: polipropylen
- Indywidualnie pakowane: papier / folia



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



- Metoda sterylizacji: Tlenek etylenu
- Asortyment wolny od ftalanów, PVC, lateksu
- Rozszerzona skala: 1ml; 2-2,5ml; 3 ml; 5-6ml; 10-12ml; 20-22ml; 30-33ml

Opis	Zakończenie	Skala	Opakowanie
1 ml Luer – Lock	Centryczne	0, 01 ml	100 szt.
2 ml Luer – Lock	Centryczne	0, 1 ml	100 szt.
3 ml Luer - Lock	Centryczne	0, 1 ml	100 szt.
5 ml Luer – Lock	Centryczne	0, 2 ml	100 szt.
10 ml Luer – Lock	Centryczne	0, 2 ml	100 szt.
20 ml Luer - Lock	Centryczne	1 ml	50 szt.
30 ml Luer - Lock	Centryczne	1 ml	50 szt.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga w pozycji 5 strzykawki zakończonej stożkowo. Wysokość samego stożka w gumowym elemencie tłoka od postawy min 3mm. W pozycji 6 strzykawki zakończonej stożkowo. Wysokość samego stożka w gumowym elemencie tłoka od postawy min 4mm. W pozycji 7 strzykawki zakończonej stożkowo. Wysokość samego stożka w gumowym elemencie tłoka od postawy min 5mm.**

#### **Pytanie nr 4**

Pakiet 4, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę koreczków w pakowanych a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę koreczków pakowanych a`100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.**

#### **Pytanie nr 5**

Pakiet 4, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści koreczek z trzpieniem powyżej zewnętrznej krawędzi?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi**



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



#### **Pytanie nr 6**

Pakiet 4, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę koreczków pakowanych a`250 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody maksymalna ilość wsadu wynosi 100 szt.**

#### **Pytanie nr 7**

Pakiet 7, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o odporności na przenikanie cieczy 132 cm H<sub>2</sub>O, pylenie 2,20 log<sub>10</sub>, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 73/73 kPa, chłonność 500%?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.**

#### **Pytanie nr 8**

Pakiet 7, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet sterylizowanych radiacyjnie?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.**

#### **Pytanie nr 9**

Pakiet 7, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75 cm, o gramaturze laminatu 60g/m<sup>2</sup> +/- 2g/m<sup>2</sup>, o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H<sub>2</sub>O, pylenie 1,85 log<sub>10</sub>, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 109/99,4 kPa, chłonność 600%?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga wymiarów 45x75cm.**

#### **Pytanie nr 10**

Pakiet 11, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę posiadającą cylinder z poliwęglanu i tłokiem z polipropylenu?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.**

#### **Pytanie nr 11**

Pakiet 11, poz. 2-4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawek pakowanych a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości? Jakiej ilości opakowań oczekuje Zamawiający przy wycenie a`100?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę strzykawek pakowanych a`100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.**





SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



### **Pytanie nr 12**

Pakiet 11, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml ze stopniowaniem co 0,5 ml?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.**

### **Pytanie nr 13**

Pakiet 11, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml z stożkiem gumowym który ma ok 2mm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga stożka 3 mm.**

### **Pytanie nr 14**

Pakiet 11, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawkę 20 ml pakowanych a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę strzykawkę pakowanych a`50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.**

### **Pytanie nr 15**

Pakiet 11, poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawkę 30 ml pakowanych a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę strzykawkę pakowanych a`50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.**

### **Pytanie nr 16**

Pakiet 11, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 30 ml z stożkiem gumowym który ma ok 2mm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody wymaga stożka 4 mm.**

### **Pytanie nr 17**

Pakiet 11, poz.7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę strzykawkę 50 ml pakowanych a`25 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę strzykawkę pakowanych a`25 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość**





SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.

#### **Pytanie nr 18**

Pakiet 11, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 50 ml z stożkiem gumowym który ma ok 3mm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga strzykawki trzyczęściowej 20 ml.**

#### **Pytanie nr 19**

pakiet 4, poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę koreczków pakowanych po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.**

#### **Pytanie nr 20**

Pakiet 4, poz. 1,3 Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp. Zamawiający nie wydzieli poz. 1 - 3 do osobnego pakietu.**

#### **Pytanie nr 21**

Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm<sup>3</sup> (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)? Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC. Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość drenu 180 cm.**



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dr. Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



### **Pytanie nr 22**

Pakiet 11, poz.2-7 Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg też znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.**

### **Pytanie nr 23**

Pakiet 11, poz.2 czy zamawiający dopuści strzykawki ze skalą, o pojemności 2 ml?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga strzykawki ze skalą, o pojemności 3 ml.**

### **Pytanie nr 24**

Pakiet 11, poz.6 czy zamawiający dopuści strzykawki ze skalą, o pojemności 20 ml?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga strzykawki ze skalą o pojemności 30 ml.**

### **Pytanie nr 25**

Pakiet 11, poz. 1-7 Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), nie zawierają lateksu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.**

### **Pytanie nr 26**

Dot. § 6 ust.1. 3) wzoru umowy Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1) z 500 zł na 200 zł za każdy przypadek.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

### **Pytanie nr 27**

dot. § 6 ust.1.4 wzoru umowy Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych, z 20% na 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**



Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



### **Pytanie nr 28**

Dot. Pakietu 2 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego przyrządu z Luer lock o objętości wypełnienia całego systemu 0,10 ml ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 29**

Dot. Pakietu 2 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie alternatywnego zamkniętego systemu do pobierania z pojemników zbiorczych, z odpowietrzeniem - filtrem hydrofobowym wlotu powietrza (na boku przyrządu okrągły filtr zabezpieczony klapką), możliwość użycia 7 dni lub 200 aktywacji, wyposażony w zawór bezigłowy z płaską powierzchnią do dezynfekcji, umożliwiającą bezigłowe dostrzyknięcie i pobieranie płynu, kolec standardowy, bez ścięcia i rygienki, z filtrem bakteryjnym, objętość wypełnienia 0,5ml. Bez zawartości DEHP, lateksu, PCV, Bisfenola, pakowany pojedynczo, jałowy, sterylizowany EO.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kolca mikro z rygienką i ścięciem.**

### **Pytanie nr 30**

Dot. Pakietu 2 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie alternatywnego zamkniętego adaptera luer męski tworzącego po połączeniu ze strzykawką luer-lock zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych, z osłonką końcówki luer-lock. Posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu z dostępem naczyniowym, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce. Objętość wypełnienia 0,12 ml, długość 2,19cm. Do wielokrotnego użycia 50 podań lub 72h potwierdzone w instrukcji obsługi. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogeny, sterylizowany radiacyjnie

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga możliwości podłączenia standardowego zestawu infuzyjnego.**

### **Pytanie nr 31**

Dot. Pakietu 4 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie koreczka z trzpieniem powyżej zewnętrznej krawędzi , w opakowaniu typu blister, na pasku po 4 szt?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej zewnętrznej krawędzi**







SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



### **Pytanie nr 32**

Dot. Pakietu 5 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie alternatywnego zestawu grawitacyjnego bursztynowego, precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu oraz miejscem na zabezpieczenie igły po użyciu (podwieszenie kolca), wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny, Spike ABS, igła ścięta czterostronnie /stożek. Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, długość min. 60mm bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A łącznik luer lock rotacyjny (obrotowy) na końcu drenu do łatwego wpięcia do wkłucia, długość drenu 150 cm, objętość wypełnienia drenu 12 ml, złącze luer lock obrotowe, dren z zatyczką z filtrem hydrofobowym priming cap, sterylny - EO, na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość drenu 180 cm.**

### **Pytanie nr 33**

Dot. Pakietu 11 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie alternatywnej strzykawki 3 częściowej 1 ml, skala co 0,01 ml, tyłu Luer Lock. Wykonana z poliwęglanu, specjalna powłoka silinowa zapewniająca płynny ruch tłoka, bez oringu na cylindrze nie pozwalającego na wypadanie tłoka. Średnica cylindra taka sama, jak w strzykawkach 3 ml (mniejsze ciśnienie podaży), skalowana co 0,01 ml. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie 100 szt ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga oringu zabezpieczającego.**

### **Pytanie nr 34**

Dot. Pakietu 11 poz. 6 Prosimy o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 60 szt.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę strzykawek pakowanych po 60 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.**

### **Pytanie nr 35**

Pakiet nr 5, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści aparat do infuzji bursztynowy o opisie:

- W całości bursztynowy
- Ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- Odpowietrznik z filtrem hydrofobowym przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską klapką
- Elastyczna komora kroplowa
- Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
- Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm
- Uniwersalne zakończenie drenu luer-lock
- Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



- Miękki elastyczny dren wykonany z materiałów wolnych od DEHP
- Długość drenu 150 cm
- Łącznik do dodatkowych iniekcji typu Y
- Pozbawiony w całości DEHP(ftalanów) oraz lateksu
- Sterylny, jednorazowego użytku
- Opakowanie foliowe

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długość drenu 180 cm.**

**Z up. Dyrektora Szpitala  
Dominik Łoziński  
Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządziła: Dorota Piekarz  
nr tel.: 74/6489700*



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat 74 64 89 600  
faks 74 64 89 746  
centrala 74 64 89 742