



*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746  
www.zdrowie.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl*

DZPZ-530-Zp/52/ PN-51/16

Wałbrzych, 05.07.2016r.

**Wykonawcy-wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawy błon RTG do mammografii, układów oddechowych, strzygarek chirurgicznych i ostrzy, aparatu do krioterapii oraz stolików zabiegowo-dializacyjnych ”.*

*Zp/52/PN-51/16*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pyt. 1 dot. pakiet nr 6 – aparat do krioterapii**

Czy Zamawiający dopuści aparat do krioterapii o poniższych parametrach:

Aparat do krioterapii zasilany ciekłym azotem

Duży dotykowy ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz

Specjalna „tuba” do odkładania grzałki podczas wymiany butli lub uzupełniania azotu.

Zbiornik o pojemności 30 litrów

Gotowe programy terapeutyczne

Czynnik roboczy – ciekły azot

Temperatura strumienia gazu : -160 stopni

Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: 5

Zużycie ciekłego azotu : maksymalnie od 3 do 10kg/h (praca ciągła ) - w zależności o intensywności nadmuchu

Liczba zabiegów przy użyciu jednego zbiornika ciekłego azotu (ok. 65 dla średniego czasu zabiegu = 3min)

Sygnal dźwiękowy emitowany co 30 sekund

Zabezpieczenie przed zniszczeniem grzałki poprzez ostrzeżenie przy pomocy sygnalizacji diodowej o niskim poziomie azotu w butli lub braku informacji z czujników temperatury

Zasilanie: 230 V

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 90 x 50 x 110 cm

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, za duże wymiary i tylko 1 zbiornik.**

**Pyt. 2 dot. pakietu nr 6**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do krioterapii sterowane za pomocą przycisków oraz wyświetlaczem cyfrowym LED?

**Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie do krioterapii sterowane za pomocą przycisków oraz wyświetlaczem cyfrowym LED

**Pyt. 3 dot. pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o niżej podanych parametrach technicznych:

Układ niepodgrzewany

Długość układu 1,5, z dwoma pułapkami wodnymi, drenami ciśnieniowymi

Mikrobiologicznie czysty.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

*Dyrektor Szpitala  
Mariola Dudziak*