

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 10.01.2024r.

DZPZ-530-Zp/86/PN/23

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych dla Neonatologii, Pediatrii i innych oddziałów szpitalnych - Zp/86PN/23

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dot. pakietu nr 11

1. Czy Zamawiający dopuści kołdry jednorazowe w kolorze białym, wymiary: 128 x 220 cm? Wypełnienie poliestrowo-wiskozowe (min. 230 g/m kw.), zewnętrzne warstwy wykonane z włókniny SMS o gramaturze min. 30 g/m kw., reszta wymogów spełniona.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 2, dot. pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowych bezklejowych czujników SpO2 stosowany w przedziale wagowym <3 kg > 40 kg. Taki przedział wagowy występuje w oryginalnych czujnikach. Reszta bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3, dot. pakietu nr 5 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika bez elektrostratycznej osłony. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności. Reszta bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga elektrostatyczną osłonę, chroniącą detektor przed interferencjami zewnętrznymi.

Pytanie nr 4, dot. pakietu nr 12 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru do EKG Ascend 612 o rozmiarze 210mm 25m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 8 sztuk.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ponieważ nie będzie kompatybilny z innym aparatem EKG posiadanym przez Szpital. Zamawiający wymaga:



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Papier do EKG o wymiarach 210mm x 20m /rolka/ Papier kompatybilny z urządzeniem Bionet Cardio7, Ascard 612.

Pytanie nr 5, dot. pakietu nr 12 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru do Fukuda FX-7202 o rozmiarze 110mm x 140mm x 143 kartki z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 14 sztuk.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6, dot. pakietu nr 13 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Obecny zapis daje możliwość zaoferowania 3 różnych papierów. Zgodnie z informacją na stronie producenta: https://pro.sony/pl_PL/products/medical-printers/up-d897



UPP-110HD

Papier do wykonywania czarno-białych wydruków o wysokiej gęstości w formacie A6 (typ II) przeznaczony do drukarek UP-X898MD / D898MD / D898DC / 897MD / D897MD / D897 / 895 / D895 / 890 / D890 / 860 / D860

UPP-110HG

Papier do wykonywania czarno-białych wydruków o wysokim połysku w formacie A6 (typ V) przeznaczony do drukarek UP-X898MD / D898MD / D898DC / 897MD / D897MD / D897 / 895 / D895 / 890 / D890 / 860 / D860.

UPP-110S

Papier do wykonywania czarno-białych wydruków o wysokiej jakości w formacie A6 (typ I) przeznaczony do drukarek UP-X898MD / D898MD / D898DC / 897MD / D897 / 895 / D895 / 890 / D890 / 860 / D860

Wszystkie 3 typy papierów mogą być stosowane w drukarkach D897 i D898MD

Zatem czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papiery do USG Sony o czułości :

- S(tonacja matowa), rozmiar 110mm x 20m
- HD(tonacja z połyskiem, wysoki kontrast) , rozmiar 110mm x 20m
- HG(tonacja z połyskiem, bardzo wysoki kontrast) , rozmiar 110mm x 18m

Odp. Zamawiający dopuści papier do drukarek D897 i D898D pod warunkiem, że będzie kompatybilny również z drukarką MitsubishiElectric P95.




**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Zamawiający wymaga papieru zarówno do drukarek Sony jak i MitsubishiiElektric P95 w tonacji połysk o wysokim kontraście oraz dopuszcza papier o bardzo wysokim kontraście o wymiarach 110mm x 20m oraz 110mm x 18m.

Pytanie nr 7, dot. pakietu nr 14 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być gładki czy w kratkę?

Odp. Zamawiający dopuszcza papier w kratkę zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 8, dot. SWZ pkt XV 8.4 przedmiotowe środki dowodowe

Prosimy o odstąpienie od wymogu składania próbek w miejsce katalogu/ karty technicznej , na podstawie której bez problemu można stwierdzić zgodność asortymentu z wymogami.

Dodatkowo nie ma nigdzie informacji dla jakich pakietów i pozycji są wymagane próbki i w jakich ilościach.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia próbek do wszystkich pakietów zgodnie z SWZ, po jednej sztuce do każdej pozycji.

Pytanie nr 9, dot. projektu umowy §6 pkt. 1.4

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 1.4) projektu umowy zamiast zwrotu „wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w par 5 ust. 2” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 20.% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 10, dot. pakietu nr 9

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a`300 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 84 op., co daje 25200 sztuk lub 83 op. Co daje 24900 sztuk?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie handlowe a`300 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 11, dot. pakietu nr 9

Czy zamawiający dla pakietu nr 9 wymaga próbek?

Odp. Tak. Zamawiający wymaga próbek po jednej sztuce do każdej pozycji.

Pytanie nr 12, dot. pakietu nr 1 poz.1

Czy zamawiający dopuści podkład składający się z warstwy papieru o gramaturze 23gr oraz folii 10gr z perforacją co 38cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych


www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600

faks 74 64 89 746

centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Podkłady medyczne jednorazowe w rolkach.

Podkłady jednorazowe o wymiarach: 50 cm x 50 cm, dwie warstwy bibuły(może być papier) i jedna warstwa folii z perforacją co 50 cm.

Pytanie nr 13, dot. pakietu nr 4 poz.1

Czy zamawiający dopuści czujnik do pulsoksymetru do pomiaru SpO₂ wykonany z miękkiej samoprzylepnej włókniny, przeznaczony dla Noworodka/dorosłego poniżej 3kg lub powyżej 40kg lub Pediatryczny 15-40 kg, niesterylny?

Odp. Zamawiający dopuszcza czujnik do pulsoksymetru do pomiaru SpO₂ wykonany z miękkiej samoprzylepnej włókniny, przeznaczony dla noworodka. Nie dopuszcza czujnika dla wagi 15-40 kg . Większość pacjentów jest w przedziale wagi poniżej 15 kg.

Pytanie nr 14, dot. pakietu nr 5 poz.1-2

Czy zamawiający dopuści czujnik niesterylny, z czujnikiem dodatkowo osłoniętym przylepną warstwą ochronną?

Odp. Zamawiający wymaga czujnika mikrobiologicznie czystego, nie sterylne, dopuszcza czujnik niesterylny, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15, dot. pakietu nr 5 poz.1-2

Czy zamawiający dopuści czujnik o dokładności pomiaru 70-100% +/- 2 cyfry i 60%-80% +/- 3 cyfry?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16, dot. pakietu nr 5 poz.2

Czy zamawiający dopuści czujnik pediatryczny dla wagi 15-40kg?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Większość pacjentów jest w przedziale wagi poniżej 15 kg. Zamawiający wymaga czujnika jednorazowego użytku do pomiaru saturacji dla noworodków, niemowląt od 3-20 kg.

Pytanie nr 17, dot. pakietu nr 16 poz.1

Czy zamawiający dopuści jednowarstwową chustę włókninową o gramaturze 30 g/m² w jednym kolorze o wymiarach 96x96x136cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 18, dot. pakietu nr 10

Proszę o dopuszczenie masek zawierających śladowe ilości ftalanów.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 19, dot. pakietu nr 5

Prosimy o dopuszczenie czujników kompatybilnych z technologią Nellcor Oximax, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO₂ +/-2% w zakresie 70-100% (<70% nieokreślona), w przypadku spełniania pozostałych wymagań.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych


www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600

faks 74 64 89 746

centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20, dot. pakietu nr 5 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze poniżej 3 kg i powyżej 3 kg.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21, dot. pakietu nr 5 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujników kompatybilnych przeznaczonych dla pacjentów o wadze 1-20 kg.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22, dot. pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wyceny za op. a`300 szt. z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę, tj. 84 opakowań?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie handlowe a`300 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 23, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40m?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści podkład 1 warstwa bibuły + 1 warstwa folii szerokość 50 cm, perforacja 50 cm, długość 50m?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga dwie warstwy bibuły(może być papier).

Pytanie nr 25, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający oczekuje rolki 2 warstwy bibuły + 1 warstwa folii szerokość 50 cm, perforacja 50 cm, długość 40m?

Odp. Tak.

Pytanie nr 26, dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2m?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 27, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający ma na myśli podkład o długości 50m?

Odp. Tak.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych


www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600

faks 74 64 89 746

centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie nr 28, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 38cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga perforacji co 50 cm.

Pytanie nr 29, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość rolek była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość rolek należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 30, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki z zamkniętą końcówką i dwoma otworami naprzemiennymi, wyłącznie o długości 500mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Dobór długości cewnika uzależniona jest od m.in. wieku pacjenta. Zamawiający wymaga cewników w rozmiarach 400 mm długości : CH04, CH06, CH08, 800 mm: długości CH10.

Pytanie nr 31, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a`300 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie handlowe a`300 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 32, dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z wysokiej jakości medycznego pcv zawierające śladowe ilości ftalanów?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 33, dot. pakietu nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maski z podawania tlenu z workiem w rozmiarze M przeznaczone dla dzieci?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści termiczne okrycie pacjenta w rozmiarze 110x210cm, wykonane z włókniny polipropylenowej 25g/m2 z poliestrowym wypełnieniem 80g/m2, gramaturze 300g, kolor niebieski, pakowane termicznie?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 35, dot. pakietu nr 12 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści papier 114mm x150mm x 75 arkuszy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zbyt duża ilość arkuszy spowoduje, że papier nie będzie kompatybilny z urządzeniem podanym w opisie SWZ.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych


www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600

faks 74 64 89 746

centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Zamawiający wymaga:

Papier do EKG o wymiarach 114mmx150mmx64, składany, kompatybilny z urządzeniem Schiller Cardiovit FT-1.

Pytanie nr 36, dot. pakietu nr 12 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści papier 110mm x140mm x 140 arkuszy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37, dot. pakietu nr 13 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania papierów oryginalnych zapewniających wysoką jakość i trwałość wydruku?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 38, dot. pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści chustę na temblak wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 36g/m², w rozmiarze 96x96x136cm, w kolorze białym?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 39, dot. pakietu nr 5 poz.1

Mając na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz zapisy SWZ i ustawy PZP, czy Zamawiający dopuści czujniki wyprodukowane w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, jednopacjentowe, sterylne do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, kalibrowane analogowo, wyposażone w moduł pamięci cyfrowej, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, w zestawie z minimum 6 sztukami sterylnych krążków klejowych służących do przeklejania czujnika w celu przedłużenia jego żywotności w jednym integralnym opakowaniu z czujnikiem, współpracujące ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o przedziale wagowym <3 kg i >40 kg, pakowane pojedynczo, sterylne, bez zawartości lateksu, bez zawartości ftalanów. Dodatkowo chcielibyśmy podkreślić, że powyższe czujniki były już przedmiotem umowy przetargowej zawartej z Zamawiającym.

W przeciwnym wypadku wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż obecna konstrukcja SIWZ stoi stoją w sprzeczności z zasadami wolnej konkurencji, które są podstawą i celem organizowania przetargu publicznego, a możliwość złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu ogranicza się do jednego wykonawcy, określonego już na etapie tworzenia SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40, dot. pakietu nr 5 poz.2

Mając na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz zapisy SWZ i ustawy PZP, czy Zamawiający dopuści czujniki wyprodukowane w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, jednopacjentowe, sterylne do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, kalibrowane analogowo, wyposażone w moduł pamięci cyfrowej, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, w zestawie z minimum 6 sztukami sterylnych krążków klejowych służących do przeklejania czujnika w celu przedłużenia jego żywotności w jednym integralnym opakowaniu z czujnikiem, współpracujące ze wszystkimi urządzeniami



Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych


www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600

faks 74 64 89 746

centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o przedziale wagowym 3 - 20 kg, pakowane pojedynczo, sterylne, bez zawartości lateksu, bez zawartości ftalanów. Dodatkowo chcielibyśmy podkreślić, że powyższe czujniki były już przedmiotem umowy przetargowej zawartej z Zamawiającym.

W przeciwnym wypadku wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż obecna konstrukcja SIWZ stoi stoją w sprzeczności z zasadami wolnej konkurencji, które są podstawą i celem organizowania przetargu publicznego, a możliwość złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu ogranicza się do jednego wykonawcy, określonego już na etapie tworzenia SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści produkty, które nie są klasyfikowane jako wyroby medyczne i ze względu na to, że nie podlegają dyrektywom dotyczącym urządzeń medycznych, produkty nie mogą być oznaczone znakiem CE? Oferowane butelki posiadają deklarację zgodności z normą BS EN 14350:2020.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Z uwagi na dedykowany produkt dla oddziałów pediatrii i neonatologii, noworodków z zaburzeniami odporności butelki muszą być przebadane przez producenta i uznane za bezpieczne dla zdrowia i życia wraz z posiadanym oznakowaniem CE.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Agnieszka Dziadkiewicz
nr tel.: 74/6489700



Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742