

Wałbrzych, dnia 01.02.2024r.

DZPZ-530-Zp/6/PN/24

**Wykonawcy – wszyscy**

***Dotyczy: Dostawa jednorazowego wyposażenia pracowni cytostatycznej - Zp/6/PN/24***

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1**

Pakiet 1, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 łącznika bezigłowego o długości całkowitej 3,3 cm zamiast 3 cm. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu ratunkowego do zabezpieczenia miejsca rozlania cytostatyku, posiadającego w składzie:

- 1 szt. kombinezon ochronny rozm.L,
- 1 para rękawiczki ochronne rozmiar 9,
- 1szt. Maska ochronna FFP3,
- 1szt. Okulary ochronne rozmiar 9,
- 1 para rękawice ochronne od cytostatyków,
- 1 para ochraniacz na buty,
- 1szt. znak ostrzegawczy,
- 1szt. specjalny worek na odpady biały,
- 6szt. ściereczki ISYSOFT,
- 1szt. pudełko kartonowe,
- 1szt. worek na śmieci przezroczysty,
- 2szt.opaki,
- 1szt. zmiotka,
- 1szt. podkładka sorbcyjna Chemosorb,
- 1szt. szczypce,
- 1szt. szufelka,
- 1szt.marker,
- 1szt. butelka wody destylowanej 500ml,
- 1szt. Informacja dla użytkownika.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 3**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od próbek w powyższym pakiecie z uwagi na koszt próbek oraz fakt, że jedna szt. próbki to połowa zapotrzebowania na ten produkt.

**Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek.**

### **Pytanie nr 4**

Dot. § 6 ust.1. 3) wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1) z 500 zł na 200 zł za każdy przypadek.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

### **Pytanie nr 5**

dot. § 6 ust.1.4 wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych, z 20% na 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

### **Pytanie nr 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 1 bezigłowego przyrządu z Luer lock o objętości wypełnienia całego systemu 0,10 ml? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 7**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 2 alternatywnego zamkniętego systemu do pobierania z pojemników zbiorczych, z odpowietrzeniem - filtrem hydrofobowym wlotu powietrza (na boku przyrządu okrągły filtr zabezpieczony klapką), możliwość użycia 7 dni lub 200 aktywacji, wyposażony w zawór bezigłowy z płaską powierzchnią do dezynfekcji, umożliwiającą bezigłowe dostrzyknięcie i pobieranie płynu, kołec standardowy, bez ścięcia i rynienki, z filtrem bakteryjnym, objętość wypełnienia 0,5ml. Bez zawartości DEHP, lateksu, PCV, Bisfenola, pakowany pojedynczo, jałowy, sterylizowany EO.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kolca mikro posiadającego ścięcie ścianki i rynienki.**

### **Pytanie nr 8**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 3 alternatywnego zamkniętego adaptera luer męski tworzącego po połączeniu ze strzykawką luer-lock zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych, z osłonką końcówki luer-lock. Posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu z dostępem naczyniowym, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



strzykawce. Objętość wypełnienia 0,12 ml, długość 2,19cm. Do wielokrotnego użycia 50 podań lub 72h potwierdzone w instrukcji obsługi. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogeny, sterylizowany radiacyjnie ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga urządzenia umożliwiającego dodanie roztworu leku do worka/ butelki z płynem infuzyjnym poprzez zawór bezigłowy boczny w systemie zamkniętym i możliwością podłączenia lini infuzyjnej.**

**Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
Dominik Łoziński**

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządziła: Dorota Piekarz  
nr telefonu: 74/6489700*



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Alfreda Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742