



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 19.09.2017 r.

DZPZ-530-Zp/63/PN-58/17

### **Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę elektrod noworodkowych, łyżek do laryngoskopu oraz jednorazowych zestawów do odciążania pokarmu – Zp/63/PN-58/17*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1, dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania specjalistyczne elektrody noworodkowe przeziernie w promieniach RTG których powierzchnia adhezyjna do skóry noworodka ( wcześniaka) składa się z powierzchni hydrożelowej oraz hydrokoloidowej gwarantująca utrzymanie się na skórze przez min. 96 godzin, umożliwiającą pełną pielęgnację bez pianki polietylenowej, bez lateksu w rozmiarach dopasowanych do wyboru przez zamawiającego tzn. o średnicy 19mm lub podłużnych o wymiarach 25mmx9,5mm dodatkowo kabelki o długości około 60 cm? **Odp. Nie Zamawiający nie dopuszcza elektrod bez pianki polietylenowej, zgodnie ze specyfikacją Zamawiający wymaga elektrod z mikroporowatego materiału z miękkiej pianki polietylenowej.**

#### **Pytanie 2, dot. pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści metalowe łyżki jednorazowe, pakowane w opakowanie folia papier, spełniające wszystkie pozostałe parametry? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łyżki metalowe jednorazowe pakowane folia-papier, pozostałe parametry zgodnie ze specyfikacją.**