

Załącznik nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia.

Gastroskop HDTV - diagnostyczny			
1	nazwa produktu	podać	
2	produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2023	TAK	
3	Obrazowanie w standardzie HDTV	TAK	
4	Średnica sondy endoskopowej – max 5,9 mm	TAK, podać	
5	Kanał roboczy – min 2,1 mm	TAK, podać	
6	Głębokość ostrości min 3- 100 mm	TAK, podać	
7	Minimalne zginanie końcówki endoskopu: min. G-210° / D-90°, P/L -100°	TAK, podać	
8	Pole widzenia – min 140°	TAK, podać	
9	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy	TAK	
10	Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora – min 4	TAK, podać	
11	Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających – potwierdzone w materiałach producenta	TAK	
12	Długość sondy roboczej 1070 -1100 mm	TAK, podać	
13	Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie, wraz z dodatkowym kolorowym kodem ułatwiającym identyfikację średnicy kanału i doboru narzędzi	TAK	
14	Współpraca z posiadanymi procesorami serii Evis Exera III	TAK	
15	Współpraca z posiadanym programem do archiwizacji badań endoskopowych z możliwością wyzwalania zdjęć z przycisku na głowicy endoskopu	TAK	
16	Współpraca z posiadanymi myjniemi serii ETD z identyfikacją typu i numeru endoskopu	TAK	
17	Długość udzielanej gwarancji – min 24 miesięcy	podać	