

ZO /06/2024

Wałbrzych, 06.03.2024 r.

Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych

## ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na:

**Dostawa- Mikroskop laboratoryjny- 1 sztuka- zakup w ramach  
projektu AVO-CLL finansowanego przez ABM.**

### 1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

Zapytanie ofertowe jest prowadzone w formie elektronicznej. Link do zapytania dostępny jest na Profilu Nabywcy Zamawiającego: [https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie\\_walbrzych](https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych) oraz na stronie internetowej Zamawiającego: [bip.zdrowie.walbrzych.pl](http://bip.zdrowie.walbrzych.pl)

Ofertę wraz z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 3 prosimy kierować na:  
[platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl)

### 2. Opis przedmiotu zamówienia :

**Mikroskop laboratoryjny**

**Wymagania dla Wykonawcy zamówienia – wszystkie muszą zostać spełnione:**

Lp.	Parametr	Spełnia Tak/nie
1.	Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętkami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, współosiową śrubą mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany	

	pierścień blokady położenia stolika (wysokości). Działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. Statyw mikroskopu z możliwością zamontowania nasadki okularowej o polu widzenia 26.5mm.	
2.	Oświetlacz ledowy o mocy odpowiadającej żarówce 100W wg systemu Koehlera. Żywotność 50 000 h.	
3.	Wbudowany regulator siły światła z przełącznikiem stałej mocy oświetlenia do zastosowania w mikrofotografii.	
4.	Kondensator o aperturze 1.40	
5.	Wymienny uchwyt rewolwerowy na 6 obiektywów ze szczeliną na analizator.	
6.	Stolik mechaniczny, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie 250 stopni, prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu 76x52mm.	
7.	Uchwyt na dwa preparaty z lewostronnym elementem dociskowym	
8.	Nasadka okularowa z wyjściem na kamerę. Rozstaw okularów w zakresie 50mm-76mm. Regulacja dioptryjna +/- 5 dioptrii. Podział światła okulary/kamera 100%-0%, 20%-80%, 0%-100%	
9.	Okulary z ostionkami gumowymi powiększenie 10x, numer pola 22.	
10.	Obiektywy o długości optycznej 45mm o parametrach: Plan fluorytowy o powiększeniu 10x, apertura numeryczna 0.3 odległość robocza 10mm, Plan fluorytowy o powiększeniu 40x, apertura numeryczna 0.75 odległość robocza 0.51mm, Plan fluorytowy o powiększeniu 60x, apertura numeryczna 0.9, korekcja na grubość szkiełka w zakresie 0.11mm - 0.23mm Plan fluorytowy o powiększeniu 100x, apertura numeryczna 1.30, odległość robocza 0.2mm	
11.	Przystawka dla konsultanta siedzącego po prawej stronie. Ledowa strzałka do wskazywania, widzialna w torze optycznym w kolorze zielonym i czerwonym. Regulacja natężenia świecenia strzałki. Nasadka okularowa o nachyleniu okularów 30 stopni. Regulacja rozstawu okularów w zakresie 50mm – 76mm.	
12.	Pokrowiec, ergonomiczne nakładki na pokrętła stolikiem, kabel zasilający	

### 3. Kryterium oceny ofert: cena 100%

Prosimy o podanie ceny netto oraz brutto.

### 4. Termin i miejsce złożenia ofert:

15.03.2024 r. do godziny 12:00 na: platformazakupowa.pl

Oferta winna być złożona w formie załączonego pliku (preferowany plik PDF).  
Oferta przedłożona jedynie w tabelach na Platformie Zakupowej będzie podlegała odrzuceniu.

## 5. Pytania

Wykonawca ma możliwość zadawania pytań do 11.03.2024 r. Po 11.03.2024 Zamawiający nie ma obowiązku udzielić odpowiedzi na pytania.

## 6. Warunki płatności

– przelew w ciągu 60 dni.

## 7. Termin realizacji zamówienia.

Do 2 tygodni od złożenia zamówienia.

## 8. Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniodawcami jest :

Referent administracyjny – Agnieszka Piasecka , tel. 74/64-89-744

## 9. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie sporządzona i podpisana umowa.

Bardzo prosimy o podanie w ofercie:

- numer oferty
- data oferty
- płatność ( forma płatności – preferujemy przelew 60 dni)
- termin realizacji zamówienia
- ważność oferty
- warunki dostawy
- okres gwarancji

**Oferta winna zawierać wszystkie w/w punkty .Ich brak będzie skutkować odrzuceniem oferty.**

**Załączniki:**

Załącznik nr 1- Oświadczenie potwierdzające opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2- Informacja Administratora.

Załącznik nr 3- Oświadczenie związane z agresją Rosji na Ukrainę. Należy dołączyć do oferty.