

Wałbrzych, dnia 03.04.2024r.

DZPZ-530- Zp/19/PN/24

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa materiałów do procesu dekontaminacji i akcesorii pomocniczych niezbędnych do procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji” - Zp/19/PN/24

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1. Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2. Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami..

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar w § 6:

• Odstąpienie od poniższego zapisu gdyż kwota jest rażąca wysoka i niewspółmierna do ewentualnych braków, bądź też niedostarczenia dokumentacji:

3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek.

2.Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 20 % maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2 Umowy.

Uzasadnione jest, aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części

umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyrazi zgodę po wcześniejszej informacji mailowo lub poprzez tradycyjną pocztę na adres korespondencyjny

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 4. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zmieni § 6 ust. 1 nadając mu treść:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

- 1) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia - w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki Przedmiotu Zamówienia,
- 2) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad - w wysokości 0,3% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki,
- 3) w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy przypadek,
- 4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości nie zrealizowanej części przedmiotu umowy.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 30 % maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2 Umowy.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 5. Dotyczy pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści testy mycia niesamoprzylepne?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6. Dotyczy pakietu nr 16

Asortyment ujęty w wymienionym pakiecie nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7. Dotyczy pakietu nr 1 - 16

Prosimy o doprecyzowanie w jakiej ilości próbek Zamawiający wymaga.

Odp. Zamawiający doprecyzowuje. Dla pakietów nr: 2,3,6,15,16 po 3 sztuki próbek. Dla pakietów nr: 4,5,10,11,13 po 4 sztuki próbek. Dla pakietu nr 9 po 1 sztuce próbek.

Pytanie nr 8. Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia oświadczenie w postaci protokołu zgodności z normami i dopuści w to miejsce kartę danych technicznych wystawioną przez producenta, która potwierdza spełnianie wymaganych norm?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w sprawie przedmiotowych środków dowodowych.

Pytanie nr 9. Dotyczy pakietu nr 7 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści włókninę pakowaną a 50 z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10. Dotyczy pakietu nr 7 poz. 13, 14

Czy Zamawiający dopuści włókninę 60 g/m² w kolorze niebieskim o następujących parametrach: zgodność z normą EN ISO 11607 i EN 868-2, wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho 2,30 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie CD na sucho 1,00 kN/m, ciśnienie rozrywające na mokro 200 kPa, rozmiar dla poz. 13 - 130 cm x 150 cm, op. a 50, dla poz. 14 - 90 x 90 cm, op. a100 z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11. Dotyczy pakietu nr 7 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści włókninę o następujących parametrach: włóknina celulozowa w kolorze zielonym, zgodna z normą ISO 11607. Gramatura 57g/m², wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho 2,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie MD na mokro 0,90 kN/m, ciśnienie rozrywające na sucho 210 kPa, ciśnienie rozrywające na mokro 180 kPa. rozmiar 90 cm x 90 cm, op.a100 z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12. Dotyczy pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści rękawy do sterylizacji o długości 100 m z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 6 w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

- 1) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia - w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej, a niedostarczonej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki,
- 2) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad - w wysokości 0,3% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki,
- 3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 i 5), w wysokości 50 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek,
- 4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto pozostałej do realizacji wartości umowy?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

**Zatwierdził :
Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**