



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 700 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 23.10.2017 r.

DZPZ-530- Zp/65/PN-60/17

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawa diagnostycznej i leczniczej aparatury medycznej wraz ze sprzętem komputerowym i licencjami do archiwizacji badań dla poprawy dostępności i skuteczności leczenia onkologicznego na terenie województwa dolnośląskiego na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. dra. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.”- Zp/65/PN-60/17

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Dot. § 6 ust. 2 - zał. nr 3 oraz 3a do SIWZ – Umowa.

Ze względu na specyfikę obsługi sprzętu medycznego - i konieczność przeprowadzenia specjalistycznych badań, przy pomocy dedykowanych urządzeń diagnostycznych, przegląd i naprawa są możliwe jedynie w serwisie firmy Olympus. Każdorazowa naprawa urządzenia, musi, doprowadzić do przywrócenia stanu urządzenia zgodnego z deklaracją zgodności.

Dlatego w ramach standardu obsługi serwisowej oferujemy bezpłatny transport kurierem urządzenia do i z serwisu; dostarczamy również wypełnione listy przewozowe. W związku z tym wizyta serwisanta byłaby bezcelowa.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 2

Dot. § 6 ust. 3 - zał. nr 3 do SIWZ – Umowa.

Wnosimy o zmianę zapisu na następujący:

„W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od daty zgłoszenia awarii i dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy, w okresie gwarancji na jego koszt.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 3

Dot. § 6 ust. 6 - zał. nr 3 do SIWZ – Umowa.

Wnosimy o zmianę zapisu na następujący:

Po trzykrotnej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego wymienić go na nowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 4

Dot. § 6 ust. 7 - zał. nr 3 do SIWZ – Umowa.

Wnosimy o zmianę zapisu na następujący:

W przypadku 4-krotnej awarii gwarancyjnej przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 5

dot. załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 3, Zestaw do badań pozycja 2 i 3

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej przy określaniu konieczności współpracy z posiadanymi przez pracownię endoskopami? Według naszej wiedzy nie istnieje aparat oznaczony symbolem PCF 185 – istnieje model PCF serii 190.

Odpowiedź: Tak, jest to omyłka pisarska, pracownia posiada endoskop PCF 190, nie ma to jednak znaczenia gdyż chodzi o typ złącza aparatu z procesorem.

Pytanie nr 6

dot. załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 3

Czy zamawiający w punkcie III. „ZESTAW KOMPUTEROWY DEDYKOWANY DO SYSTEMU ARCHIWIZACJI” dopuszcza zastosowanie systemu MS Windows 10 z downgrade do Windows7?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu MS Windows 10 z downgrade do Windows7.

Pytanie nr 7

dot. załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 7 pkt. VI. Serwer macierzowy.

Czy zamawiający dopuści system operacyjny Microsoft Windows Server 2012 w dostarczonym serwerze?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza system operacyjny Microsoft Windows Server 2012 w dostarczonym serwerze.

Pytanie nr 8

dot. załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 3

Czy zamawiający w punkcie III. „ZESTAW KOMPUTEROWY DEDYKOWANY DO SYSTEMU ARCHIWIZACJI” dotyczącym drukarki zakłada, że realizacja funkcji „drukarka sieciowa” będzie przez interface WIFI czy przez łącze kablowe?

Odpowiedź: Realizacja funkcji „drukarka sieciowa” będzie przez łącze kablowe.

Pytanie nr 9

dot. §7 ust. 1 b) - zał. nr 3 oraz 3a do SIWZ – Umowa.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„0,5% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 10

dot. załącznik nr 3 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o obniżenie kar umownych za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii do powszechnie stosowanego w tego typu zamówieniach Publicznych tj. do poziomu 0,2% za każdy dzień.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 11

dot. Załącznik nr 1 do SIWZ pakiet nr 6 Możliwość rozbudowy aparatu na dzień składania ofert punkt 70.

Czy ze względu na specyfikę pracy oddziału, zamawiający będzie wymagał jako standardowego wyposażenia "Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min.: DICOM store DICOM print DICOM modalityworklist management (MWL) DICOM modalityperformedproceduresteps (MPPS) Wraz z podłączeniem do systemu RIS-Pacsowego"?

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie co dokładnie zamawiający rozumie pod pojęciem " Wraz z podłączeniem do systemu RIS-Pacsowego". Czy chodzi tylko o fizyczne podłączenie aparatu do sieci LAN , czy także obciążenie wykonawcy dodatkowymi kosztami związanymi z wykupieniem licencji na podłączenie aparatu do systemu szpitalnego RIS-Pacs i skonfigurowania z tym systemem, co znacznie podwyższy koszt zakupu oferowanego urządzenia.

Jeżeli Wykonawca ma być obciążony kosztami związanymi z wykupieniem licencji i konfiguracją, prosimy o podanie danych kontaktowych firmy dostarczającej licencje, celem doprecyzowania wymagań systemu

Odpowiedź: Zamawiający posiada licencję do podłączenia tego aparatu. Producentem systemu RIS/PACS obecnie używanego w naszej jednostce jest firma Pixel Technology, ul. Piękna 1, 93-558 Łódź. Wymagamy podłączenia i skonfigurowania urządzenia z systemem RIS/PACS.

Pytanie nr 12

Dotyczy zapisów umowy zał. nr 3 §3 ust.4 oraz zał. nr 3a §3 ust.5:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu rozpatrywania ewentualnych reklamacji do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia wady. Wyjaśniamy, że Kodeks Cywilny gwarantuje wykonanie reklamacji do 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 13

Dotyczy zapisów umowy zał. nr 3 §5 ust.4 oraz zał. nr 3a §3 ust.4:

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 14

Dotyczy zapisów umowy zał. nr 3 §6 ust.4 oraz zał. nr 3a §6 ust.4:

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w powyższym punkcie czasu naprawy bez wymiany części zamiennych i z wymianą części zamiennych. Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i do 7 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy, że czas naprawy, zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-10 dni roboczych.

W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na tak niewielką modyfikację w/w punktu poprzez zaakceptowanie poniższego zapisu.

„Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia

- w okresie gwarancji

do 5 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki (bez wymiany części), oraz do 7 dni roboczych (gdzie zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych)”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 15

Dotyczy zapisów umowy zał. nr 3 §6 ust.5 oraz zał. nr 3a §6 ust.5:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatację zastępczego aparatu.

Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem, jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatację zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 16

Dotyczy zapisów umowy zał. nr 3 §6 ust.5 oraz zał. nr 3a §6 ust.5:

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/podzespołów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego elementu/podzespołu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Czy w związku z tym zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku trzykrotnego wystąpienia usterki tego samego elementu/podzespołu Zamawiającemu przysługiwać będzie uprawnienie do wymiany danego elementu lub podzespołu na nowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 17

Dotyczy zapisów umowy zał. nr 3 §7 ust.1 ppkt a) oraz zał. nr 3a §7 ust.1ppkt.a):

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy i Zamawiającego do 5% wartości brutto umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 18

Dotyczy zapisów umowy zał. nr 3 §7 ust.1 ppkt b) oraz zał. nr 3a §7 ust.1ppkt.b):

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii do 0,5% wartości brutto umowy.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego w przypadkach jw. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,5% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dostawy w terminie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 19

Dotyczy zapisów umowy zał. nr 3 §7 oraz zał. nr 3a § 7:

Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 20

Dotyczy zał. nr 3 i 3a:

Prosimy zamawiającego o jednoznaczne wskazanie, który zał. umowy dot. przedmiotu zamówienia dla części nr 1.

Odpowiedź: Załącznik nr 3 dotyczy Pakietów nr 1, 5 i 6. natomiast Załącznik nr 3a dotyczy Pakietów nr 2, 3, 4 i 7.

Pytanie 21

Pytanie dotyczy punktu 1 części I Ramię C przewoźne:

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z głębokością ramienia C 68 cm. Różnica zaledwie 4 cm zupełnie nie ma przełożenia na wartość diagnostyczną jak i ergonomię pracy. Taka odległość w pełni wystarczy do pracy z każdym stołem przy zachowaniu komfortu pracy dla operatora.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z głębokością ramienia C minimum 72 cm. Im większa głębokość ramienia C, tym mniejsze ryzyko kolizji przy pozycjonowaniu ramienia C względem stołu operacyjnego (różne szerokości blatów stołu), przekłada się to jednoznacznie na bezpieczeństwo pacjenta i personelu oraz ergonomię pracy.

Pytanie 22

Pytanie dotyczy punktu 11 części I Ramię C przewoźne:

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z monitorem dotykowym na wózku z ramieniem C o przekątnej 10 cali. Pozostałe wymogi tego punktu zostają spełnione.

Odpowiedź: Nie. Im większy monitor, tym większy komfort i bezpieczeństwo pracy personelu obsługującego aparat. Monitor o przekątnej 10 cali jest zbyt mały.

Pytanie 23

Pytanie dotyczy punktu 2 części II Generator:

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z generatorem w technice HF o wartości 40 kHz. Dzięki najnowszym technologiom zawartym w oferowanym aparacie zupełnie nie ma potrzeby używania tak dużych generatorów i narażanie się na duże promieniowanie rtg.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 24

Pytanie dotyczy punktu 2 części II Generator:

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z nowszym trybem niż fluoroskopia ciągła czyli z fluoroskopią wysokoimpulową. Nowoczesne aparaty nie posiadają

już przestarzałego trybu fluoroskopii ciągłej i w zamian oferują fluoroskopię wysokoimpulsową z częstotliwością 25 klatek na sekundę co daje obraz ruchomy jak we fluoroskopii ciągłej ale ze znacznie niższą dawką.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 25

Pytanie dotyczy punktu 4 części V Cyfrowy Detektor Obrazu:

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z rozdzielczością detektora 1536x1536 pixeli. Różnica zaledwie kilkunastu pikseli zupełnie nie ma wpływu na jakość uzyskiwanego obrazu

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z detektorem o rozdzielczości 1536 x 1536 pixeli.

Pytanie 26

Pytanie dotyczy punktu 5 części V Cyfrowy Detektor Obrazu:

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z matrycą przetwarzania obrazów 1024 x 1024 pikseli. W dalszej części specyfikacji Zamawiający również pisze o matrycy przetwarzania obrazów i tam jest wymóg 1024x1024 pikseli (punkt 4 część VII System Cyfrowy).

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 27

Pytanie dotyczy punktu 7 części V Cyfrowy Detektor Obrazu:

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C z dynamiką detektora 94 dB. Różnica zaledwie 2 dB zupełnie nie ma wpływu na jakość uzyskiwanego obrazu.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 28

Pytanie dotyczy punktu 6 i 7 części VI Monitory:

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C bez regulacji wysokości i obrotu monitorów. Monitory są umieszczone na wózku który bardzo łatwo się manewruje i ustawia i nie ma potrzeby dodatkowej regulacji położenia monitorów.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z regulacją wysokości i obrotu monitorów, gdyż taka funkcjonalność ma wpływ na ergonomię i wygodę pracy

oraz nie ogranicza możliwości dowolnego zorientowania stacji monitorów względem operatora w zależności od sytuacji na Sali zabiegowej.

Pytanie 29

Pytanie dotyczy punktu 5 części VIII Pozostałe wyposażenie:

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu RTG z ramieniem C bez pilota na podczerwień do zdalnego sterowania funkcjami aparatu. Jest to funkcja już od dawna nie oferowana w najnowszych aparatach wysokiej klasy ponieważ była awaryjna i zupełnie nie przydatna.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu bez pilota na podczerwień.

Pytanie 30

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, I. Ramię C przewoźne, pkt. 11

Wymóg sformułowany przez Zamawiającego w pkt. 11 jest charakterystyczny dla aparatu Philips i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego poprzez zmianę zapisu na: "Monitor dotykowy kolorowy min. 12", znajdujący się na wózku ramienia C z możliwością obrotu, do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu oraz prezentacją obrazu klinicznego."

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z monitorem dotykowym LCD min. 12 cali na wózku z ramieniem C, z możliwością jego obrotu, do sterowania funkcjami systemu oraz prezentację obrazu klinicznego.

Pytanie 31

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Generator, pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści aparat z mocą generatora 12 kW mierzoną zgodnie z normą IEC60613?

Zamawiający nie wymaga podania mocy zgodnie z normą co może prowadzić do sytuacji, gdzie generator w którym podana moc maksymalna 15kW będzie generatorem słabszym niż ten, w którym moc podawana zgodnie z normą IEC60613 będzie wynosiła 12 kW. Tym bardziej, że generator 12 kW spełnia wymagania Zamawiającego co do prądów fluoroskopii ≥ 10 mA oraz radiografii cyfrowej ≥ 20 mA. Tym samym nie ma uzasadnienia, żeby ograniczać sztucznie konkurencję.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu o mocy generatora minimum 15 kW. Pragniemy zauważyć, że nie wyklucza to możliwości zaoferowania aparatu o większej mocy generatora. Moc generatora 15 kW uważamy za minimalną do zapewnienia dobrej jakości obrazowania, również otyłych pacjentów.

Pytanie 32

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Generator, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści aparat o częstotliwości wysokiego napięcia regulowanego automatycznie w zakresie 18 do 50 kHz?

Ponieważ pracą generatora steruje elektroniczny układ kontrolujący to dla użytkownika nie ma to żadnego znaczenia jaka jest częstotliwość pracy generatora. Aparat który chcemy zaproponować charakteryzuje się bardzo dobrą jakością obrazu, na którą nie ma wpływu częstotliwość tętnienia wysokiego napięcia w zakresie 18 do 50 kHz.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 33

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Generator, punkty 3 i 5

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg, w którym tryb fluoroskopii ciągłej jest realizowany przez fluoroskopię wysokoimpulsową z 30 p/s?

Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 34

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, II. Generator, pkt. 6

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej przy określaniu wymogu dla wartości prądu fluoroskopii pulsacyjnej tj. zamiast min. 10 mA powinno być min. 100 mA?

Pragniemy zwrócić uwagę, iż tak niska wartość prądu nie pozwoli na uzyskanie dobrych obrazów np. w przypadku użycia aparatu do zabiegów z zakresu gastrokopii. Powyższe czynniki negatywnie wpłyną na uzyskany obraz, a więc możliwości diagnostyczne, jak i komfort pracy lekarzy.

Odpowiedź: Nie, nie doszło do omyłki pisarskiej.

Pytanie 35

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, IV. Cechy kolimatora, pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający przesłone prostokątną do kolimacji koncentrycznej?

Wymóg przesłony typu Irys, która służy do kolimacji koncentrycznej w kształcie koła, w przypadku aparatu wyposażonego w detektor prostokątny jest nieuzasadniony. Jest to starsze rozwiązanie niekorzystne dla operatora, ponieważ powoduje znaczącą utratę informacji na obrazie.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Nadmieniamy, że w opisie poza kolimatorem typu IRIS jest wymieniony również kolimator szczelinowy.

Pytanie 36

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, V. Cyfrowy detektor obrazu, punkty 4 i 5

Czy Zamawiający dopuści aparat z detektorem, którego rozdzielczość i matryca przetwarzania obrazu wynosi 1536 x 1536 pikseli?

Jest to wielkość nieznacznie różniąca się od wymaganej przez Zamawiającego i nie będzie miała praktycznego znaczenia dla użytkowania aparatu i otrzymywanych obrazów. Natomiast wymóg rozdzielczości i matrycy przetwarzania obrazu min. 1560 x 1420 jest charakterystyczny dla aparatu Philips i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Należy przy tym podkreślić, że nasze rozwiązanie w sumie ma większą matrycę obrazującą niż ta której wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 37

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, VII. , pkt 10

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w kolimator prostokątny i szczelinowy, w celu ochrony przed promieniowaniem pacjenta i osób uczestniczących w badaniu?

Jest to rozwiązanie stosowane powszechnie w aparatach rtg w celu zmniejszenia promieniowanie rozproszonego. Natomiast wymóg oprogramowania do rozpoznawania anatomii to system pozycjonowania blend stosowany wyłącznie w aparacie Philips.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 38

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, VIII. Pozostałe wyposażenie, pkt 2

Czy Zamawiający dopuści aparat, który umożliwia operatorowi wybór odpowiedniego programu dobranego do typu zabiegu w celu zapewnienia możliwie najmniejszej dawki.

Wymóg dedykowanego przycisku wyzwalania skopii o niskiej dawce promieniowania na sterowniku ręcznym i nożnym jest charakterystyczny dla aparatu Philips i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 39

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, VIII. Pozostałe wyposażenie, pkt 5

Prosimy o usunięcie wymogu lub punktowanie zaoferowania pilota na podczerwień ponieważ jest stosowany wyłącznie w aparacie Philips. Zgodnie z wymogami SIWZ do sterowania głównymi funkcjami obrazowymi w aparacie jest wymagany monitor dotykowy na wózku z ramieniem C.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści aparat bez pilota na podczerwień.

Pytanie 40

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, VIII. Pozostałe wyposażenie, pkt 6

Czy Zamawiający dopuści aparat, który umożliwia zdefiniowanie hasła blokady włączenia promieniowania?

Gwarantuje to, że tylko osoby upoważnione będą mogły ustawiać parametry ekspozycji i włączać promieniowanie. Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego, eliminujące możliwość zagubienia kluczyka.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 41

Dotyczy załącznika nr 3 oraz załącznika nr 3a do SIWZ, §3 ust. 3

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania, wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na: „*W przypadku dostawy przedmiotu umowy posiadającego wady Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, a ten dokona jego wymiany na pełnowartościowy albo usunie wady przedmiotu umowy, w tym jego braki, lub przedmiot umowy zostanie zwrócony Wykonawcy.*”?

W celu doprecyzowania – wady przedmiotu umowy mogą polegać na brakach w jego wyposażeniu. W takim przypadku wystarczy dostarczyć brakujące elementy przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 42

Dotyczy załącznika nr 3 oraz załącznika nr 3a do SIWZ, §6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę: „*Czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 3 dni robocze liczone od momentu podjęcia naprawy, jeżeli naprawa nie wymaga zakupu części zamiennych za granicą oraz 5 dni roboczych liczonych od momentu podjęcia naprawy, jeżeli konieczny jest zakup części zamiennych za granicą. Dni robocze są rozumiane jako pon. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy*”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 43

Dotyczy załącznika nr 3 oraz załącznika nr 3a do SIWZ, §6 ust. 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego?

Urządzenie zastępcze, aparat RTG, żeby mógł być użytkowany w Państwa placówce musi uzyskać zezwolenia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej na użytkowanie. Zezwolenie takie wydawane jest w trybie administracyjnym tj. min 30 dni. Montaż, uruchomienie i uzyskanie zezwoleń trwałoby dłużej niż czas naprawy urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 44

Dotyczy załącznika nr 3 oraz załącznika nr 3a do SIWZ, §6 ust. 7

Prosimy o zmianę, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 45

Dotyczy załącznika nr 3 oraz załącznika nr 3a do SIWZ, §6 ust. 8

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków gwarancji, wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na: „*Wykonawca zapewnia przedłużenie gwarancji o czas przerwy w eksploatacji (czas naprawy gwarancyjnej) niezależnie od rodzaju wady i sposobu jej usunięcia (naprawa / wymiana).*”?

W celu doprecyzowania – wady przedmiotu umowy mogą polegać na brakach w jego wyposażeniu. W takim przypadku wystarczy dostarczyć brakujące elementy przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 46

Dotyczy załącznika nr 3 oraz załącznika nr 3a do SIWZ, §6 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w punktów zastrzeżenia o treści: „[...] powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu IT, dla którego okres dostępności wynosi 5 lat.”?

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamyh z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 47

Dotyczy załącznika nr 3 oraz załącznika nr 3a do SIWZ, §6

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków rękojmi, wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu o treści: „Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 48

Dotyczy załącznika nr 3 oraz załącznika nr 3a do SIWZ, §7 ust. 1.a)

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków rękojmi, wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu o treści: „10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – w przypadku, ~~bądź odstąpienia Wykonawcy od umowy~~ ~~bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.~~”?

Wykonawca ma prawo, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, odstąpić od umowy jedynie z przyczyn wskazanych w umowie lub przepisach Kodeksu cywilnego. A skoro jest to jego ustawowe prawo, to nie można go karać za skorzystanie z niego.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 49

Dotyczy załącznika nr 3 oraz załącznika nr 3a do SIWZ, §7 ust. 1.a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na: „10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – w przypadku, ~~bądź odstąpienia Wykonawcy od umowy~~ ~~bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.~~”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 50

Dotyczy załącznika nr 3 oraz załącznika nr 3a do SIWZ, §7 ust. 1.b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na: „0,1% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii,”?

Prosimy o zmniejszenie kary tak, by odpowiadała ona praktyce stosowanej zarówno w zamówieniach publicznych, jak i prywatnych. Tym bardziej, że Zamawiający zastrzegł jednocześnie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne, więc jego interesy w tym zakresie są w pełni chronione.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 51

Dotyczy załącznika nr 3 oraz załącznika nr 3a do SIWZ, §8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „[...]pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym i odpowiednim terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu.”?

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejszą (nadmierzającą) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca, nawet z powodów przez siebie zawinionych, nie wykonuje umowy w sposób w pełni należyty, jeśli takie uchybienia byłyby stosunkowo niewielkie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 52

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2 - Endoultrasonograf z dwoma
fiberoskopami wraz ze
sprzętem komputerowym drukarką i licencją do archiwizacji badań

Zamawiający w pkt.1 tabeli (Procesor ultrasonograficzny współpracujący z wideogastroskopami ultrasonograficznymi) nie określił, czy aparat ma być wyposażony w głowice ultrasonograficzne. Jeśli aparat ma być wyposażony w głowice ultrasonograficzne, prosimy o określenie jakie głowice należy dostarczyć. Czy np. Zamawiający będzie wymagał głowicy Convex o parametrach: zakres częstotliwości min. 1-6 MHz, ilość elementów min. 500 elementów, obrazowanie harmoniczne, kąt obrazowania min. 70 stopni?

Odpowiedź: Jeśli zaoferowany zostanie procesor ultrasonograficzny dedykowany wyłącznie wideogastroskopom urządzenie nie musi być wyposażone w głowice ultrasonograficzne. Jeśli zaoferowany zostanie aparat ultrasonograficzny obsługujący również wideogastroskopy urządzenie powinno być wyposażone w głowice.