

Wałbrzych, dnia 09.04.2024r.

DZPZ-530- Zp/29/TP/24

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa sprzętu do wstrzykiwacza w pracowni tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego- Zp/29/TP/24

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie dotyczy Pakietu nr 1

Zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 sprzętu do wstrzykiwacza wielokrotnego użytku 12H. Sprzęt jest produkowany w Niemczech o bardzo wysokiej jakości.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga sprzętu na 24 H, zgodnie z SWZ.

Zatwierdził:
Z up. Dyrektora Szpitala
Dominik Łoziński
Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Małgorzata Słomiana
nr telefonu: 74/6489700