



*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746  
www.zdrowie.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl*

DZPZ-530-Zp/56/ PN-55/16

Wałbrzych, 01.07.2016r.

**Wykonawcy-wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawę kardiowerterów- defibrylatorów jednojamowych z elektrodą przystosowanych do pracy w środowisku MRI ”.*

*Zp/56/PN-55/16*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pyt. 1** Czy Zamawiający dopuści urządzenia o masie 67 g i grubości 12 mm tylko nieznacznie różniącej się od wymaganej. Urządzenie o takich wymiarach jest używane aktualnie przez Zamawiającego?

**Odp.** Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Urządzenia grubsze i o większej masie zwiększają ryzyko powikłań miejscowych.

**Pyt. 2** Czy Zamawiający dopuści urządzenia ze zmagazynowaną energią defibrylacji 39 J tylko nieznacznie różniącą się od wymaganej. Urządzenie o takich parametrach jest używane aktualnie przez Zamawiającego?

**Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pyt. 3** Czy Zamawiający dopuści sygnalizację wibracjami, korzystniejszej w przypadku pacjentów z zaburzeniami słuchu?

**Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pyt. 4** Czy Zamawiający dopuści urządzenie dostarczające 6 szoków w interwencji, ale z możliwością szerokiego programowania obu faz impulsu dwufazowego (tilt – nachylenie oraz pulse width – szerokość impulsu)?

**Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pyt. 5** Czy Zamawiający dopuści urządzenia z manualną zmianą polarności szoków?

**Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza.

*Dyrektor Szpitala  
Mariola Dudziak*