

Wałbrzych, dnia 16.04.2024r.

DZPZ-530- Zp/33/TP/24

Wykonawcy – wszyscy

***Dotyczy: Dostawa cewek do badań diagnostycznych obrazowania w rezonansie magnetycznym-
Zp/33/TP/24***

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy Zapisów VII rozdziału SWZ p. 3 d)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej gdy Wykonawca wykaże się zrealizowaniem co najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu dostawy rezonansu magnetycznego wraz z zestawem cewek, w którym to wartość dostarczonych cewek wynosi co najmniej 250 000,00 zł brutto.

Odp. Zamawiający uzna.

Pytanie 2. Dotyczy Zapisów VII rozdziału SWZ p. 3 d)

Czy poprzez dostawę w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegającą na dostawie urządzeń medycznych na kwotę minimum: 250 000,00 zł każda z dostaw Zamawiający rozumie również dostawę Rezonansu Magnetycznego?

Odp. Tak.

Pytanie 3. Dotyczy Zapisów VIII rozdziału SWZ Przedmiotowe środki dowodowe p. 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia odrębnego Certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności na cewki będące przedmiotem dostawy. Cewki stanowią oryginalny komponent systemu rezonansu magnetycznego, nie są przeznaczone do samodzielnego użytku i pod względem technicznym nie mogą być używane jako niezależne urządzenia. W związku z tym, iż nie ma konieczności, aby cewki poddawane były osobnej procedurze oceny oraz oznaczeniu CE dla wyrobów medycznych zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186) Wytwórca nie klasyfikował cewek jako oddzielnych wyrobów medycznych, nie oznakował ich znakiem CE, gdyż uwzględnił je w ocenie zgodności całego wyrobu tj. aparatu MAGNETOM Altea.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie 4. Dotyczy Zapisów VIII rozdziału SWZ Przedmiotowe środki dowodowe p. 3

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej Zamawiający zaakceptuje jako przedmiotowy środek dowodowy deklarację zgodności i Certyfikat CE, obejmujące cały aparat MAGNETOM Altea łącznie z jego elementami składowymi – w tym również cewkami, potwierdzające zakwalifikowanie oferowanych produktów jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 974) potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych, o których mowa w teście ustawie, lub w zakresie, w jakim stwierdzono

ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?

Odp. Zamawiający zaakceptuje.

Pytanie 5. Dotyczy Załącznika nr 3 – Wzór umowy § 6 ust. 1. 1)

Prosimy o zmniejszenie stawki kary umownej do 0,2 % tj. do stawki powszechnie przyjmowanej w umowach zawieranych zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecnictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi do ich unieważnienia.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 6. Dotyczy Załącznika nr 3 – Wzór umowy § 6 ust. 1. 2)

Prosimy o zmniejszenie stawki kary umownej do 0,1 % tj. do stawki powszechnie przyjmowanej w umowach zawieranych zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Uzasadnienie jak w pytaniu powyżej.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 7. Dotyczy Załącznika nr 3 – Wzór umowy § 6 ust. 4

Prosimy o dodanie celem doprecyzowania: „z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Zatwierdził:
Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Małgorzata Słomiana
nr telefonu: 74/6489700



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742