



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 700 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 08.11.2017 r.

DZPZ-530- Zp/68/PN-63/17

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu w sprzęt medyczny.” - Zp/68/PN-63/17

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika nr 1 ppkt. nr 7.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kapnografu o zakresie wyświetlania:
- Częstość tętna: 25-240 skurczów na minutę (bpm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podane zakresy parametrów.

Pytanie 2

Dotyczy Załącznika nr 1 ppkt. nr 10.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kapnografu o zakresie pomiarowym:
- Częstość tętna: 25-240 skurczów na minutę (bpm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podane zakresy parametrów.

Pytanie 3

Dotyczy Załącznika nr 1 ppkt. nr 1.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kapnografu z ustawieniem temperatury w °C 37,0 – 44,0 °C, skokowo co 0,5 °C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podane zakresy parametrów.

Pytanie 4

Dotyczy § 6 ust. 2:

Ze względu na specyfikę obsługi serwisowej sprzętu i konieczność przeprowadzenia specjalistycznych badań, przy pomocy dedykowanych urządzeń diagnostycznych, naprawa jest możliwa jedynie w autoryzowanym serwisie producenta reprezentowanym na terenie Polski przez Wykonawcę.

W ramach standardu obsługi serwisowej oferujemy bezpłatny transport kurierem urządzenia do i z serwisu.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o zmianę treści na następującą:

„Wykonawca zapewnia :

*- bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie autoryzowanego serwisu,
- w trakcie okresu gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, konserwacje zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotu umowy*

- bezpłatny przegląd w miesiącu przed zakończeniem gwarancji.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści projektu umowy.

Pytanie 5

Dotyczy § 6 ust. 3:

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na następujący:

„W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od daty dostarczenia aparatu do wskazanego serwisu Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści projektu umowy.

Pytanie 6

Dotyczy § 6 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści projektu umowy.

Pytanie 7

Dotyczy § 6 ust. 4:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na następujący:

„Czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 5 dni roboczych w przypadku drobnych napraw lub 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, liczony od momentu podjęcia naprawy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści projektu umowy.

Pytanie 8

Dotyczy § 6 ust. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin określony w ww. paragrafie liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści projektu umowy.

Pytanie 9

Dotyczy § 6 ust. 6:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. punktu na:

„Po trzykrotnej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego wymienić go na nowy.”

Nie każda naprawa w okresie gwarancji jest naprawą gwarancyjną (może być wynikiem niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania lub celowego uszkodzenia).

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści projektu umowy.

Pytanie 10

Dotyczy § 6 ust. 7:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę ww. zapisu na następujący:

„W przypadku 4-krotnej awarii przedmiotu umowy objętej gwarancją, w okresie jej trwania, Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści projektu umowy.