



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl*

DZPZ-530-Zp/56/ PN-55/16

Wałbrzych, 05.07.2016r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawę kardiowerterów- defibrylatorów jednojamowych z elektrodą przystosowanych do pracy w środowisku MRI ”.

Zp/56/PN-55/16

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia o grubości 11 mm i wadze $\leq 82g$ oraz objętości $\leq 33 \text{ cm}^3$ tylko nieznacznie różniącej się od wymaganej.

Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza. Urządzenia grubsze i o większej masie zwiększają ryzyko powikłań miejscowych. Różnica między wymaganą masą w SIWZ ($\leq 65g$) a masą urządzenia w/w jest znaczna ($\leq 82g$).

Pyt.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kardiowerter-defibrylator z awaryjnym systemem bezpieczeństwa polegającym na okresowym pomiarze istotnych dla działania urządzenia parametrów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie z sygnalizacją ERI oraz sygnalizacją uszkodzenia elektrody w postaci komunikatu o ww. wydarzeniu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie w którym możliwa jest zmiana polaryzacji szoku w każdej strefie arytmii?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie z elektrodą defibrylującą wykonaną w technologii zapobiegającym obrastaniu tkanką, izodiametrycznej na całej długości, z wygładzonymi koilami wysokoenergetycznymi?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 6. Czy zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie z 2 typami terapii antyarytmicznej (Burst, Ramp)?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

*Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak*