



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 25.10.2017 r.

DZPZ-530-Zp/70/PN-65/17

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych tj. pojemników, ustników, zestawów do drenażu, pomp, elektrod, strzykawk, worków, kaniul, protez, cewników, czepków, kieszeni do przechwytywania płynów oraz zamkniętego aspiracyjno – próżniowego systemu do pobierania krwi-Zp/70/PN-65/17

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje zaoferowania strzykawki Janpoldla pompy Kwapisz zgodnie z jej instrukcją użytkowania? **Odp. Zamawiający dopuszcza strzykawkę kompatybilną z pompą infuzyjną Kwapisz Duet 20/50 oraz firmy Ascor.**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga by strzykawki były wymienione w instrukcji obsługi w celu zapewnienia pełnej kompatybilności i bezpieczeństwa podaży leków? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cylinder i tłok strzykawki dedykowanej do pompy Ascor ma być wykonany z polipropylenu w celu bezpiecznej podaży leku. **Odp. Zamawiający dopuszcza strzykawkę z cylindrem do podawania leków światłoczułych.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk o pojemności 50(60)ml. **Odp. Zamawiający dopuszcza strzykawkę o pojemności 50 ml.**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby strzykawka dedykowana do pompy Ascorskalowana była co 1ml do 60ml, co zapewni bardziej precyzyjną podaż leku. **Odp. Zamawiający dopuszcza strzykawkę z podziałką co 1 ml o pojemności 50ml.**

Pytanie 1, dot. pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy elastomerowej zgodnej z opisem poniżej:
Jednorazowa pompa silikonowa, pozbawiona elementów zawierających lateks i DEHP, niepirogenna, o pojemności maksymalnej 335ml, przepływ 5ml/godz. (całkowity czas podaży 48 godz.), nieprzepuszczalna dla promieni UV, zaopatrzona w system odpowietrzania, wskazane umieszczenie portu do napełnienia portu w miejscu łatwo dostępnym, pozwalającym na wygodne operowanie sprzętem, konieczne filtr cząsteczkowy 5 mikronów. Dodatkowo filtropowietrzający 2mikrona. Każda pompa musi posiadać indywidualny system transportu (jednorazowego użytku). Pakowane pojedynczo z metryczką identyfikującą w języku polskim.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Parametry proponowanej pompy znacznie odbiegają od wymagań Zamawiającego zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 12

poz. 1,2

Czy Zamawiający oczekuje, aby sondy posiadały mandryn nylonowy lub metalowy do wyboru przez Zamawiającego? **Odp. Zamawiający dopuszcza sondy mandryn nylonowy lub metalowy, do wyboru przez Zamawiającego.**

Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki wykonane były z wysokiej jakości materiału termoplastycznego Neoplex, skalowane co 1cm? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga cewników wykonanych z wysokiej jakości materiału termoplastycznego Neoplex. Zamawiający oczekuje cewniki skalowane co 1 cm.**

Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki z metalowym mandrynem były innego koloru niż cewniki z nylonowym mandrynem (żółty , szary), dla odróżnienia przy wykonywaniu zabiegów w dwóch nerkach jednocześnie? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania cewników Pezzer o zaoblonych krawędziach? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Czy Zamawiający oczekuje, aby średnica otworu bocznego nie przekraczała 5mm. **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**