

ZO /17/2024

Wałbrzych, 05.06.2024 r.

Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych

## ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na:

**Dostawa- Zestaw napędów ortopedycznych do zabiegów na małych i średnich kościach- 3 komplety.**

### 1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

Zapytanie ofertowe jest prowadzone w formie elektronicznej. Link do zapytania dostępny jest na Profilu Nabywcy Zamawiającego: [https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie\\_walbrzych](https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych) oraz na stronie internetowej Zamawiającego: [bip.zdrowie.walbrzych.pl](http://bip.zdrowie.walbrzych.pl)

Ofertę (w osobnym pliku) wraz z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 3 prosimy kierować na: [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl)

### 2. Opis przedmiotu zamówienia :

**Zestaw napędów ortopedycznych do zabiegów na małych i średnich kościach**

LP	Nazwa produktu	Komplet	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT



<p>Kompletny zestaw napędowy do zabiegów ortopedycznych na 3 małych i średnich kościach składający się z:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wiertarka dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji- metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych, zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie), wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski), obroty wiercenia w lewo/ w prawo/ oscylacja, funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie, płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego, moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek, zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi min.: 0 - 1500 obr/min, zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi) min.: 0 - 300 obr/min, maksymalny moment obrotowy z nasadkami wiertarskimi min. 3.6 Nm, maksymalny moment obrotowy z nasadkami do rozwiercania min. 18.0 Nm, napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy, napęd niewymagający konserwacji i smarowania, zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem, kaniulacja wzdłuż osi napędu min.: 4.2 mm, metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtleniem wodoru w postaci gazowej Steris, maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta &lt;51°C, waga nieprzekraczająca 580 g</li><li>2. Nasadka piły oscylacyjnej domikroostrzy- płynna regulacja ruchu oscylacyjnego, zakres częstotliwości cykli 0-25 000 cykli/min, skok ostrza /wychylenie kątowe/- 5 st., możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach /cztery płaszczyzny/ co 45 st. /0-360st./</li><li>3. Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic min.: 0.7-3.2 mm</li><li>4. Nasadka wiertarska typu Jacobs z kluczykiem 4.0 mm</li><li>5. Nasadka wiertarska z gniazdem zatraskowym typu małe AO</li><li>6. Akumulator niesterylny z ogniwem Li-Ion , pojemność 10.9 Wh/1.1 Ah, napięcie wyjściowe 9.9 V</li><li>7. Dedykowana obudowa sterylna do akumulatora</li><li>8. Dedykowany pojemnik sterylizacyjny z wyjmowaną tacą do napędu wiertarskiego wraz z akcesoriami</li><li>9. Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego</li></ol>						
--	--	--	--	--	--	--





umieszczenia każdego z elementów zestawu- wszystkie narożniki tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK							
---	--	--	--	--	--	--	--

warunki ogólne:

- realizacja zamówienia do 2 m-cy od podpisania umowy
- gwarancja 24 m-ce z możliwością przedłużenia
- realizacja przeglądów i napraw w systemie door-to-door po telefonicznym uzgodnieniu terminu
- w trakcie przeglądu/naprawy w okresie gwarancyjnym oferent zapewnia sprzęt zastępczy o parametrach zbliżonych w opisie Przedmiotu zamówienia

### 3. Kryterium oceny ofert: cena 100%

Prosimy o podanie ceny netto oraz brutto.

### 4. Termin i miejsce złożenia ofert:

17.06.2024 r. do godziny 12:00 na: [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl)

Oferta winna być złożona w formie załączonego pliku (preferowany plik PDF).

Oferta przedłożona jedynie w tabelach na Platformie Zakupowej będzie podlegała odrzuceniu.



## 5. Pytania

Wykonawca ma możliwość zadawania pytań do 11.06.2024 r. Po 11.06.2024 Zamawiający nie ma obowiązku udzielić odpowiedzi na pytania.

## 6. Warunki płatności

– przelew w ciągu 60 dni.

## 7. Termin realizacji zamówienia.

Do 2 miesięcy od złożenia zamówienia.

## 8. Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniodawcami jest :

Referent administracyjny– Agnieszka Piasecka , tel. 74/64-89-744

## 9. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie sporządzona i podpisana umowa.

Bardzo prosimy o podanie w ofercie:

- numer oferty
- data oferty
- płatność ( forma płatności – preferujemy przelew 60 dni)
- ważność oferty
- termin przydatności
- przeglądy
- naprawy

**Oferta winna zawierać wszystkie w/w punkty .**

## Załączniki:

Załącznik nr 1- Oświadczenie potwierdzające opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2- Informacja Administratora.

Załącznik nr 3- Oświadczenie związane z agresją Rosji na Ukrainę. Należy dołączyć do oferty.