

Wałbrzych, dnia 12.07.2024 r.

DZPZ-530-Zp/50/PN/24

### ZMIANA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych dla OAiT i innych oddziałów szpitalnych Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu – Zp/50/PN/24**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ tj. zmienia: Formularz asortymentowo- cenowy (załącznik nr 1 do SWZ) dot. pakietu nr 20.

**Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy po zmianie otrzymuje brzmienie:**

#### Pakiet nr 20

Zestaw cementowy do stabilizacji kręgosłupa

L.P	Asortyment Szczegółowy	Jedn. miary	Ilość 24 m-ce	Cena netto	Cena brutto	% Vat	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Cement do wertebroplastyki PMMA o czasie zastygania - 8 min. pojemność 11 cm <sup>3</sup> . Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu - konsystencja plasteliny. Cement nieprzezierny dla promieni RTG- środek kontrastujący siarczan baru. Cement dwuskładnikowy: część proszkowa siarczan baru 29,9%, polimer metakrylanu metylu 18,5%, metakrylan metylu 51%; część płynna: metakrylan metylu 97,5%. W zestawie z cementem młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik z pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360°). Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej wstępnie napełniona sterylną wodą .Wszystkie elementy zestawu sterylne, jednorazowe.	szt.	<u>120</u>						
2.	Igła do podawania cementu i biopsji kompatybilna z zestawem cementu. Strzałki na uchwycie igły wskazujące orientacje końcówki. Rozmiary 10G-15G, długość 4"-6"	szt.	<u>1250</u>						

<b>Razem :</b>			
----------------	--	--	--

**Zatwierdził**

**Z up. Dyrektora Szpitala  
Maria Czapla – Polmańska  
Z – ca Dyrektora  
ds. Organizacji i Zarządzania**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządziła: Agnieszka Dziadkiewicz  
nr tel.: 74/64897