



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 22.11.2017 r.

DZPZ-530-Zp/73/PN-68/17

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego oraz mebli medycznych –Zp/73/PN-68/17

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni o wysokości 1240mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody ze względów architektonicznych oraz ze względu na aranżację wnętrza.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni o długości 1600mm? Długość podyktowana jest ergonomią pracy użytkownika (minimum 750mm na stanowisko), chyba, że wielkość pomieszczenia uniemożliwia wykonanie dłuższej myjni. **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody ze względów architektonicznych oraz ze względu na aranżację wnętrza.**

Prosimy o określenie z czego wykonana jest ściana, na której ma zostać zamontowana myjnia oraz czym jest pokryta zewnątrz? **Odp. Ściana murowana jest z cegły, pokryta wykładziną homogeniczną typu Tarkett.**

Pytanie 2, dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki o wymiarach (dłxszxwys) w mm: 800x370x600? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Wymiar wymagany przez Zamawiającego dobrany został do istniejącej zabudowy.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki z półkami wykonanymi ze stali nierdzewnej niemalowanej proszkowo? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga szafkę szklaną.**

Czy Zamawiający wymaga jednej półki a dwóch przestrzeni, czy dwóch półek a trzech przestrzeni wewnątrz szafki? Sugerujemy jedną półkę z uwagi na odpowiednią wielkość przestrzeni do zagospodarowania. **Odp. Zamawiający wymaga półek a trzech przestrzeni wewnątrz szafki.**

Czy Zamawiający wymaga szafki wykonanej ze stali nierdzewnej:

- w całości malowanej proszkowo
- tylko z frontem malowanym proszkowo

Odp. Zamawiający dopuszcza szafkę w całości malowaną proszkowo, natomiast fronty winny być ze szkła.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie stolika na narzędzia wg poniższego opisu:

Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat podnoszony ręcznie. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi stabilnymi kółkami fi 50 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360° z podniesionym obrzeżem. Wymiary blatu: 615x405 mm, dopuszczalne obciążenie 5 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 640x450x920/1370 **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga aby podstawa stolika wyposażona była w cztery kółka, w tym dwa z blokadą.**

Pytanie 4, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szafy z półkami wykonanymi ze stali nierdzewnej niemalowanej proszkowo? **Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szafy o głębokości 470mm? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pisząc o konstrukcji z metalu, Zamawiający ma na myśli stal ocynkowaną malowaną proszkowo czy stal nierdzewną malowaną proszkowo? **Odp. Zamawiający miała na myśli konstrukcję z metalu pomalowaną proszkowo.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szafy wykonanej ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304), z frontem malowanym w kolorze szarym? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza ze względu na używanie środków dezynfekcyjnych.**

Pytanie 5, dot. pakietu nr 10 ad. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szafy o głębokości 470mm? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Czy Zamawiający wymaga zaferowania szafy niemalowanej czy z frontem malowanym czy w całości malowanej? **Odp. Zamawiający wymaga zaferowania szafy niemalowanej.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szafy wyposażonej w jedną półkę w dolnej części szafy oraz w 4 półki regulowane w górnej części szafy? Jeżeli nie to prosimy o potwierdzenie, że w górnej części szafy 2 półki (a trzy przestrzenie) a w dolnej części – 1 półka (a dwie przestrzenie) **Odp. Zamawiający wymaga zaferowania szafy w górnej części szafy 3 półki (a cztery przestrzenie) a w dolnej części – 1 półka (a dwie przestrzenie).**

Czy Zamawiający wymaga przeszklenia tylko w górnej części – front czy również po bokach szafy? **Odp. Zamawiający wymaga przeszklenia w górnej części – front, również po bokach szafy.**

Czy Zamawiający wymaga szafy z drzwiami otwieranymi uchylnie czy przesuwnie? **Odp. Zamawiający wymaga zaferowania szafy z drzwiami otwieranymi uchylnie.**

Czy Zamawiający wymaga szafy wyposażonej w zamek? **Odp. Tak, Zamawiający wymaga szafy wyposażonej w zamek.**

Pytanie 6, dot. pakietu nr 10 ad. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szafy o głębokości 470mm? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Czy Zamawiający wymaga zaferowania szafy niemalowanej czy z frontem malowanym czy w całości malowanej? **Odp. Zamawiający wymaga zaferowania szafy niemalowanej.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w 5 półek (a 6 przestrzeni) regulowanych? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**


Czy Zamawiający wymaga szafy wyposażonej w zamek? **Odp. Tak, Zamawiający wymaga szafy wyposażonej w zamek.**

Pytanie 7, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający wymaga, aby stół był wyposażony dodatkowo w rączkę do prowadzenia przy krótszym boku? **Odp. Tak, Zamawiający wymaga aby stół był wyposażony dodatkowo w rączkę do prowadzenia przy krótszym boku**

Czy podane przez Zamawiającego wymiary 1400x600mm to wymiary samego blatu czy wymiary zewnętrzne wyrobu (np. z uchwytem do prowadzenia, odbojnikami nad kołami)? **Odp. Podane przez Zamawiającego wymiary to wymiary zewnętrzne wyrobu.**

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie: blat położony poniżej **rantów** stoika? Czy chodzi o to, że stół ma być wyposażony w blat, powyżej którego umieszczone są relingi zabezpieczające (jak poniżej) przewożone materiały przez spadaniem a jednocześnie ułatwiające manewrowaniem wózka?



Odp. Stół ma być wyposażony w blat, powyżej którego umieszczone są relingi zabezpieczające (jak powyżej) przewożone materiały przez spadaniem a jednocześnie ułatwiające manewrowaniem wózka.

Pytanie 8, dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy o głębokości 470mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga szafy o głębokości max 40 cm.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy o wysokości 1800? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, jest zbyt niska. Wymiar wymagany przez Zamawiającego dobrany został do istniejącej zabudowy.**