

**Pakiet nr 1**

**Zestawy kompletne obłożeń jednorazowych /pack/**

lp.	ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY	PARAMETRY	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ 24 m-ce	CENA NETTO	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	<p><b>Zestaw do zabiegów laparotomii</b>                      Minimalny skład i wymiary:                      1) serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm – 2szt.                      2) serweta operacyjna 240x150cm z taśmą – 1szt.                      3) serweta operacyjna 175x175cm z taśmą – 1szt.                      4) taśma lepna 9x49cm – 1szt.                      5) serweta 150x190cm – 1szt.                      6) miska z polipropylenu 500ml z podziałką – 2szt.                      7) kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z gazy wstępnie pranej 4W20N z tasiemką i znacznikiem rtg – 5szt.                      8) organizator przewodów velcro 2,5x30cm – 1szt.                      9) kompres gazowy 10x10cm 17N 12W z nitką RTG – 20szt.                      10) tufier okrągły gazowy 20x20cm 20N z nitką RTG – 10szt.                      11) celulozowy ręcznik chłonny 30x40cm – 2szt.                      12) samoprzylepna kieszeń foliowa 40x35cm dwukomorowa – 1szt.                      13) samoprzylepna kieszeń foliowa 40x35cm jednokomorowa – 1szt.                      14) osłona na stolik Mayo 79x145cm – 1szt.                      15) serweta chirurgiczna 90x75cm – szt.1                      16) miska nerkowata plastikowa 700 ml – 1 szt.                      17) opatrunek chłonny przylepny 20 x 10 cm – 1 szt.                      18) opatrunek chłonny przylepny 10 x 8 cm – 1 szt.                      19) dren silikonowy 26 CH 100 cm z workiem 350 ml z odpływem i uchwytami do mocowania – 1 szt.</p>	<p><b>Minimalne wymagania materiałowe:</b>                      - Serwety 2 lub 3-warstwowe na całej powierzchni PP+PE min. 55g/m2 i chłonności min. 450%. W miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110g/m2 i chłonność min. 900%. Klasa palności I.                      - taśma lepna z pozycji 4 , laminat włóknina poliestrowa 40g/m2 / folia PE 27,5 μ                      -osłona z pozycji 14 składana teleskopowo wykonana z folii PE o grubości 60 μ wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 27g/m2                      - oznaczenie kolorystyczne – kolor żółty                      - oznaczenie słowne-„laparotomia”</p>	zestaw	3800				

2.	<p><b>Zestaw do zabiegów laparoskopii</b>  Minimalny skład i wymiary:  1) opatrunek przyklejany z centralnym umieszczoną warstwą chłonną 10x8 cm – 2szt.  2) osłona foliowa na kamerę 14x254cm z perforowaną końcówką – 1szt.  3) taśma lepna 9x49cm – 1szt.  4) serweta chirurgiczna do laparoskopii w ułożeniu litotomijnym o wymiarach 250/175/270x260 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie – 1szt.  5) osłona na stolik Mayo 79x145cm – 1szt.  6) dren Redona 14cCh 50 cm perforacja 15 cm znacznik rtg wykonany z pvc – 1szt.  7) miska z polipropylenu 500ml z podziałką – 1szt.  8) butelka do drenażu 200ml – 1szt.  9) ostrze chirurgiczne nr 11(ss) z rączką – 1szt.  10) miska nerkowa 800 ml – 1szt.  11) kompres gazowy 10x10cm 17N 12W z nitką RTG – 20szt.  12) serweta na stolik 150x190cm – 1szt.  13) samoprzylepna kieszeń foliowa 40x35cm jednokomorowa PE  14) miska nerkowata 500 ml – 1 szt.  15) tufier miękki z gazy 7 x 7 cm, 20 nitek – 2 szt.  16) opatrunek przyklejany z centralnym umieszczoną warstwą chłonną 7,2 x 5 cm – 3szt.</p>	<p><b>Minimalne wymagania materiałowe:</b>  - Serwety 2 lub 3-warstwowe na całej powierzchni PP+PE min. 55g/m2 i chłonności min. 450%. W miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110g/m2 i chłonność min. 900%. Klasa palności I.  -poz. 3 taśma lepna nieprzemakalna laminat włóknina poliestrowa 40g/m2 / folia PE 27,5 μ  -poz. 5 osłona na stolik Mayo składana teleskopowo laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włóknina wiskozowa 27g/m2  -poz.8 butelka wyposażona w zacisk ślizgowy do zatrzymania drenażu /wyłączenia podciśnienia/ łatwy w obsłudze pasek mocujący o regulowanej długości, dren łączący z zaciskiem ślizgowym zakończony łącznikiem do drenów Redona Ch 6-18  - oznaczenie kolorystyczne- kolor brązowy  -oznaczenie słowne- „laparoscopia”</p>	zestaw	380				
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--	--	--

3.	<p><b>Zestaw do zabiegów alloplastyki stawu biodrowego</b>  Minimalny skład i wymiary:  1)serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów – 2szt.  2)serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem “U” o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej – 1szt.  3) serweta z laminatu trójwarstwowego taśmą samoprzylepną 175x175cm – 2szt.  4) serweta na stolik instrumentalny wzmocniona 150x200cm – 1 szt  5) wzmocniona osłona na stolik Mayo – 2szt.  6) osłona na kończynę wykonana z laminatu nieprzemakalnego 32x120cm – 1 szt  7) taśma lepna 9x49cm – 4szt  8) serweta z laminatu dwuwarstwowego 75x90cm – 3szt.  9) folia chirurgiczna 60x80cm – 1szt.  10)kieszka foliowa samoprzylepna jednokomorowa z usztywnionym brzegiem 40x35cm – 1szt.  11) gaziki z nitką RTG wym. 7,5X7,5cm 17N16W – 20szt.  12) Serweta gazowa 45x45cm 20N 4W z nitką RTG i tasiemka – 10szt.  13) miseczka okrągła plastikowa transparentna poj. 500ml – 1 szt.  14) miska nerkowata o pojemność 800ml – 2szt.  15) Ssak ortopedyczny z filtrem – 1szt.  16) Dren Redona 16 – 2szt.  17) Skalpel numer 23 z rączką i zabezpieczonym ostrzem – 1szt.  18) Przylepiec z centralnie umieszczonym opatrunkiem 9x20cm – 1szt  19) Przylepiec z centralnie umieszczonym opatrunkiem 9x15cm – 1szt  20) Kieszka foliowa samoprzylepna dwukomorowa z usztywnionym brzegiem 40x35cm- 1 szt.</p>	<p><b>Minimalne wymagania materiałowe:</b>  - Serwety 2 lub 3-warstwowe na całej powierzchni PP+PE min. 55g/m2 i chłonności min. 450%. W miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110g/m2 i chłonność min. 900%. Klasa palności I  -osłona z pozycji 5 składana teleskopowo, wykonana folii o grubości 80 mikronów wzmocniona w strefie blatu stolika laminatem folia 50 mikronów / włóknina 40g/m2  -Serwety z pozycji 4 laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2  -Serweta z poz. 3 laminat trójwarstwowy włóknina 23g/m2 / folia PE 40 mikronów /włóknina 20g/m2  -Serweta z pozycji 8 laminat dwuwarstwowy włóknina 27g/2m / folia PE 27,5 mikrona  • -ssak ortopedyczny poz.15 ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort i kontrolę użytkowania, krzyżowa perforacja filtra zatrzymująca fragmenty kości, cement, skrzepy krwi, dodatkowy wymienny filtr, 2 kaniule zakrzywione i 1 prosta z zaokrągloną atraumatyczną końcówką z otworami bocznymi  • -oznaczenie kolorystyczne- kolor czerwony  • -oznaczenie słowne-„biodro”</p>	zestaw	400				
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--	--	--

4.	<p><b>Zestaw do zabiegów alloplastyki stawu kolanowego</b>  Minimalny skład i wymiary:  1) serweta trójwarstwowa wzmocniona w strefie krytycznej z samouszczelniającym się elastycznym otworem o średnicy 7cm, wym. 230x320cm oraz organizatorami przewodów umieszczonymi na każdym brzegu wzmocnienia – 1 szt.  2) serweta z laminatu trójwarstwowego taśmą samoprzylepną 175x175cm – 1 szt.  3) serweta na stolik instrumentalny wzmocniona 150x200cm – 1 szt.  4) wzmocniona osłona na stolik Mayo – 2szt.  5) osłona na kończynę wykonana z laminatu nieprzemakalnego 22x75cm – 1 szt.  6) serweta z laminatu dwuwarstwowego 75x90cm – 2szt.  7) taśma lepna 9x49cm – 4szt.  8) folia chirurgiczna 60x80cm – 1 szt.  9) kieszeń foliowa samoprzylepna dwukomorowa z usztywnionym brzegiem 40x35cm- 2 szt. - 2szt.  10) gaziki z nitką RTG wym. 7,5X7,5cm 17N16W – 20szt.  11) Serweta gazowa 45x45cm 20N 4W z nitką RTG i tasiemka – 10szt.  12) miseczka okrągła plastikowa transparentna poj. 500ml – 1 szt.  13) miska nerkowata o pojemność 800ml – 2szt.  14) Dren Redona 16 – 2szt.  15) Skalpel numer 23 z rączką i zabezpieczonym ostrzem zasuwany – 1 szt.  16) Przylepiec z centralnie umieszczonym opatrunkiem 9x20cm – 2szt.  17) Przylepiec z centralnie umieszczonym opatrunkiem 9x15cm – 1 szt.  18) Bandaż elastyczny 15cm 5m -1szt.  19) zapinki do bandaża elastycznego – 2szt.  20) dren łączący do ssaka 25Ch/16Ch 2,5m F/F  21) serweta 2-warstwowa przylepna 170 x 300 cm z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 50 x 75 cm – 1 szt.  22) serweta 2-warstwowa nieprzylepna 200 x 150 cm – 1 szt.  23) zestaw do odsysania ortopedyczny z dwoma filtrami, trzema końcówkami - 2 x zagięta, 1 x prosta, dren 300 cm - 1 szt.</p>	<p><b>Minimalne wymagania materiałowe:</b></p> <p>- Serwety 2 lub 3-warstwowe na całej powierzchni PP+PE min. 55g/m2 i chłonności min. 450%. W miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110g/m2 i chłonność min. 900%.  Klasa palności I.  -osłona z pozycji 4 składana teleskopowo wykonana folii o grubości 80 mikronów wzmocniona w strefie blatu stolika laminatem folia 50 mikronów / włóknina 40g/m2  poz. 7 taśma lepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa  - oznaczenie kolorystyczne kolor zielony  -oznaczenie słowne-„kolano”</p>	zestaw	380				
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--	--	--

5.	<p><b>Zestaw do zabiegów artroskopii</b>  Minimalny skład i wymiary:  1) serweta trójwarstwowa wzmocniona w strefie krytycznej z samouszczelniającym się elastycznym otworem o średnicy 7cm, wym. 230x320cm oraz organizatorami przewodów umieszczonymi na każdym brzegu wzmocnienia – 1 szt.  2) serweta z laminatu trójwarstwowego taśmą samoprzylepną 150x175cm – 1 szt.  3) serweta na stół instrumentalny wzmocniona 150x200cm – 1 szt.  4) serweta z laminatu dwuwarstwowego 75x90cm – 1 szt.  5) osłona na stół Mayo – 1 szt.  6) osłona na kończynę wykonana z laminatu nieprzemakalnego 22x75cm – 1 szt.  7) taśma lepna 9x49cm – 2 szt.  8) gaziki z nitką RTG wym. 7,5X7,5cm 17N16W – 20szt.  9) miseczka okrągła plastikowa transparentna poj. 500ml – 1 szt.  10) kleszczyki z zamkiem 24 cm plastikowe do mycia pola operacyjnego – 1 szt.  11) Bandaż elastyczny 15cm 5m -1szt.  12) zapinki do bandaża elastycznego – 2szt.  13) foliowa osłona na kamerę, perforowana końcówka wym. 14x250cm – 1 szt.  14) Skalpel numer 11 z rączką i zabezpieczonym ostrzem – 1 szt.  15) Dren Redona 12 – 1 szt.  16) Butelka Redona – 1 szt.  17) Przylepiec z centralnie umieszczonym opatrunkiem 9x15cm – 1 szt.</p>	<p><b>Minimalne wymagania materiałowe:</b>  - Serwety 2 lub 3-warstwowe na całej powierzchni PP+PE min. 55g/m2 i chłonności min. 450%. W miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110g/m2 i chłonność min. 900%. Klasa palności I.  -poz. 5 osłona na stół Mayo składana teleskopowo, laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włóknina wiskozowa 27g/m2  -poz. 7 taśma lepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa  - poz. 16 butelka wyposażona w zacisk ślizgowy dla zatrzymania drenażu (wyłączenia podciśnienia) łatwy w obsłudze pasek mocujący o regulowanej długości, dren łączący z zaciskiem ślizgowym zakończony łącznikiem do drenów Redona Ch 6-18  - oznaczenie kolorystyczne kolor niebieski  -oznaczenie słowne "artroskopia"</p>	zestaw	350				
6.	<p><b>Zestaw dyżurowy</b>  Minimalny skład i wymiary:  1) serweta trójwarstwowa wzmocniona w strefie krytycznej z samouszczelniającym się elastycznym otworem o średnicy 7cm, wym. 230x320cm oraz organizatorami przewodów umieszczonymi na każdym brzegu wzmocnienia – 1 szt.  2) serweta z laminatu trójwarstwowego taśmą samoprzylepną 150x175cm – 1 szt.  3) serweta na stół instrumentalny wzmocniona 150x200cm – 2 szt.  4) serweta z taśmą lepna z laminatu trójwarstwowego 75x75cm – 2 szt.  5) osłona na stół Mayo – 1 szt.  6) osłona na kończynę wykonana z laminatu nieprzemakalnego 22x75cm – 1 szt.  7) taśma lepna 9x49cm – 2 szt.  8) gaziki z nitką RTG wym. 7,5X7,5cm 17N16W – 20szt.  9) Serweta gazowa 45x45cm 20N 4W z nitką RTG i tasiemka – 5 szt.  10) miseczka okrągła plastikowa transparentna poj. 500ml – 1 szt.  11) miska nerkowata o pojemność 800ml – 1 szt.  12) kieszeń foliowa samoprzylepna jednokomorowa z usztywnionym brzegiem 40x35cm- 2 szt.</p>	<p><b>Minimalne wymagania materiałowe:</b>  - Serwety 2 lub 3-warstwowe na całej powierzchni PP+PE min. 55g/m2 i chłonności min. 450%. W miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110g/m2 i chłonność min. 900%. Klasa palności I.  -poz. 5 osłona składana teleskopowo, wykonana z folii o grubości 80 mikronów wzmocniona w strefie blatu stołka laminatem folia 50 mikronów / włóknina 40g/m2  -poz.7 taśma lepna nieprzemakalna laminat włóknina poliestrowa 40g/m2 / folia PE 27,5 μ  - oznaczenie kolorystyczne kolor szary  -oznaczenie słowne- „dyżurowy”</p>	zestaw	1500				

7.	<b>Zestaw do zabiegu artroskopii barku lub zespolenie kości ramiennej na gwóźdź lub endoprotezy barku</b> Minimalny skład i wymiary: 1) serweta chirurgiczna 230x295cm z wycięciem u 10x70cm – 1szt. 2) serweta chirurgiczna 150 x 240 cm – 2szt. 3) taśma lepna 9x49cm – 4szt. 4) osłona na kończynę typu stokineta 22x75cm – 1szt. 5) serweta operacyjna chirurgiczna 240x150cm z taśmą lepnią – 1szt. 6) serweta z taśmą lepnią 175x175cm – 1szt. 7) samoprzylepna kieszeń foliowa 40x35cm dwukomorowa z usztywnionym brzegiem – 3szt. 8) samoprzylepna kieszeń foliowa 40x35cm jednokomorowa – 2szt. 9) osłona na stół Mayo 79x145cm – 1szt. 10) miska z polipropylenu 500ml z podziałką – 1szt. 11) kompres gazowy 10x10cm 17N 12W z nitką RTG - 20szt. 12) kompres gazowy laparotomijny 45x45cm RTG – 5szt. 13) serweta wzmocniona na stół 150x190cm – 1szt. 14) serwety chirurgiczne 90x75cm -2szt.	<b>Minimalne wymagania materiałowe:</b> - Serwety 2 lub 3-warstwowe na całej powierzchni PP+PE min. 55g/m2 i chłonności min. 450%. W miejscu dodatkowych padów chłonnych min. 110g/m2 i chłonność min. 900%. Klasa palności I. - poz. 9 osłona na stół Mayo składana teleskopowo, laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włóknina wiskozowa 27g/m2 -poz. 3 taśma lepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa -oznaczenie kolorystyczne kolor pomarańczowy -oznaczenie słowne- „bark”	zestaw	100					
		<b>RAZEM</b>							

**PARAMETRY GRANICZNE DLA WSZYSTKICH ZESTAWÓW:**

Zestaw podwójnie pakowany, opakowanie transportowe oraz opakowanie wewnętrzne na blok operacyjny. Wszystkie zestawy na opakowaniu jednostkowym winny posiadać minimum trzy samoetykiety dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę zestawu i producenta w języku polskim. Ponadto opakowania zestawów oznakowane kolorami oraz słownym celem łatwej identyfikacji produktu w magazynie podręcznym – wybór kolorów i oznaczeń słownych wg specyfikacji. Sterylizacja EO.

**PRODUCENT**

--










--	--



przylepne  
z opisem