

Pakiet nr 4**Zestawy obłożenia jednorazowych /standardowe**

lp.	ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY	PARAMETRY	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ 24 m-ce	CENA NETTO	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Zestaw do operacji na stole wyciągowym Minimalne parametry, skład i wymiary: 1) serweta główna do zespołu śródo szpikowych o wymiarach 240 x 290cm zintegrowana z nogawicami wyposażona w dwa symetrycznie usytuowane prostokątne otwory 15 x 45 cm wypełnione folią chirurgiczną oraz wyposażona w dodatkową warstwę chłonną wokół otworów 75x210cm – 1 szt. 2) jednokomorowa, foliowa kieszeń samoprzylepna ze sztywnikiem o wym. 30 x 50 cm - 1 szt. 3) osłona na stół Mayo 79 x 145 cm – 1 szt. 4) włókninowa nieprzemakalna taśma samoprzylepna 9 x49 cm - 1 szt. 5) ręczniki chłonne 18x25cm - 2 szt. 6) całość owinięta w serwetę na stół instrumentalny 150 x 200 cm – 1 szt. 7) kompres gazowy 10 X20 cm 17 N 12W - 20 szt.	Minimalne wymagania materiałowe: poz. 1,6 – serweta wykonane z min. 2 warstwowego, chłonnego, nieprzemakalnego laminatu folia PE/Polipropylen o gramaturze min. 63g/m2, dodatkowe warstwy chłonne jeśli występują z włókniny typu spunlanced o gramaturze min. 80g/m2 poz. 3 osłona na stół Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włóknina wiskozowa 27g/m2 -poz. 4 taśma lepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa	zestaw	250					
		RAZEM							

PARAMETRY GRANICZNE DLA WSZYSTKICH ZESTAWÓW

Zestaw podwójnie pakowany, opakowanie transportowe oraz opakowanie wewnętrzne na blok operacyjny. Wszystkie zestawy na opakowaniu jednostkowym winny posiadać minimum trzy samoprzylepne etykiety dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę zestawu i producenta w języku polskim. Ponadto opakowania zestawów oznakowane kolorami oraz opisem słownym celem łatwej identyfikacji produktu w magazynie podręcznym – wybór kolorów i oznaczeń słownych wg specyfikacji. Sterylizacja EO.