




**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Wałbrzych, 18.12.2017 r.

DZPZ-530- Zp/91/PN-75/17

*Wykonawcy – wszyscy*

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawa diagnostycznej i leczniczej aparatury medycznej dla poprawy dostępności i skuteczności leczenia onkologicznego na terenie województwa dolnośląskiego na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. dra. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/91/PN-75/17*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu

Dotyczy pakietu nr 3 stół operacyjny:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie stołu z podstawą w kształcie litery T, wyposażonej w wysokiej jakości układ jezdny składający się z 3 kół: jedno koło obrotowe, pozostałe nieskrętne pełniące rolę wspomagającą do jazdy na wprost? Podstawa przykrywająca w całości koła transportowe. Konstrukcja stołu w kształcie litery T jest bardzo ergonomiczna, pozwala na bardzo dobry dostęp operatora do pacjenta. – dotyczy l.p. 2

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści stołu z podstawą w kształcie litery T. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Określone parametry techniczne opisane w SIWZ dostosowane są do potrzeb zabiegów ortopedycznych i nie podlegają korekcie.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podpórki ręki wyposażonej w poliuretanowy materac o wymiarach 30x125x500 mm? Parametr różni się nieznacznie od wymaganego w SIWZ - dotyczy l.p. 3

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgodę na zaferowanie podpórki ręki wyposażonej w poliuretanowy materac o wymiarach 30x125x500 mm. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Określone parametry techniczne opisane w SIWZ dostosowane są do potrzeb zabiegów ortopedycznych i nie podlegają korekcie.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie oparcia barkowego wyposażonego w poliuretanowy materac o wymiarach 30x93x158 mm? Parametr różni się nieznacznie od wymaganego w SIWZ – dotyczy l.p. 4


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

d  
of



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podpórki do operacji wyposażonej w materac o wymiarach 45x400x800 mm? Parametr różni się nieznacznie od wymaganego w SIWZ – dotyczy l.p. 22

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podglówka, który nie jest wykonany z poliuretanu, ale z materaca miękkiego? – dotyczy l.p. 25

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podpórki kątovej z korpusem zaciskowym o wymiarach 30x125x500mm? Parametr różni się nieznacznie od wymaganego w SIWZ – dotyczy l.p. 28

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie podpórki kątovej z korpusem zaciskowym o wymiarach 30x125x500mm. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Określone parametry techniczne opisane w SIWZ dostosowane są do potrzeb zabiegów ortopedycznych i nie podlegają korekcie.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oparcia łonowego składającego się z materaca o wymiarach 40x160x180mm? Parametr różni się nieznacznie od wymaganego w SIWZ – dotyczy l.p. 29

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przystawki do artroskopii składającej się z materaca o wymiarach fi 95x198mm? Parametr różni się nieznacznie od wymaganego w SIWZ – dotyczy l.p. 33

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Dotyczy Pakietu nr 3**

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści stół oraz akcesoria i przystawki wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej o powierzchniach połyskujących? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od opisanego z uwagi na powierzchnię, która z znaczny sposób ułatwia przeprowadzenie szybkiej i skutecznej dezynfekcji. Powierzchnia matowa posiada mikropory, w których rozwijają się bakterie. Sama dezynfekcja powierzchni matowej, z uwagi na mechaniczne właściwości jest trudniejsza w porównaniu z powierzchniami połyskującymi.


**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Określone parametry techniczne opisane w SIWZ dostosowane są do potrzeb zabiegów ortopedycznych i nie podlegają korekcie.**

d  
h



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Pytanie 10**

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny, w którym nie ma możliwości zamiany podglówka z podnóżkami? Jest to zbędna i niewykorzystywana funkcja.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Określone parametry techniczne opisane w SIWZ dostosowane są do potrzeb zabiegów ortopedycznych i nie podlegają korekcie.**

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający dopuści stół z alternatywnym, mechaniczno - hydraulicznym, służącym do regulacji najważniejszych funkcji stołu (plecy, ławeczka nerkowa, blokada kół, przechyły boczne, przechyły wzdłużne oraz wysokość), funkcje ustawiane są za pomocą pokręteł na kolumnie stołu i regulowane dźwigniami nożnymi, umieszczonymi w podstawie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Określone parametry techniczne opisane w SIWZ dostosowane są do potrzeb zabiegów ortopedycznych i nie podlegają korekcie.**

**Pytanie 12**

Dotyczy pkt 4 i 5. Czy Zamawiający dopuści oparcia boczne z materacem w kształcie owalnym o wymiarach 220 x 110mm, bez możliwości regulacji wysokości i odległości od pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Określone parametry techniczne opisane w SIWZ dostosowane są do potrzeb zabiegów ortopedycznych i nie podlegają korekcie.**

**Pytanie 13**

Dotyczy pkt 6. Czy Zamawiający dopuści oparcie klatki piersiowej w kształcie prostokąta o wymiarach 220mm x 110mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 14**

Dotyczy pkt 7. Czy Zamawiający dopuści podpórkę do operacji ramienia o wymiarach 280mm x 280mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 15**

Dotyczy pkt 8. Czy Zamawiający dopuści materac o walcowatym kształcie o wymiarach fi100mm x 190mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 16**

Dotyczy pkt 13 i 14. Czy Zamawiający dopuści zacisk ze sztycą okrągłą 18mm?


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

*[Handwritten signatures]*



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Pytanie 17**

Dotyczy pkt 15. Czy Zamawiający dopuści uchwyt służący do mocowania akcesoriów w pozycji pionowej ze sztycą kwadratową 20 x 20mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 18**

Dotyczy pkt 22. Czy Zamawiający dopuści podpórkę do operacji kończyn dolnych o wymiarach 645mm x 295mm x 25mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Określone parametry techniczne opisane w SIWZ dostosowane są do potrzeb zabiegów ortopedycznych i nie podlegają korekcie.**

**Pytanie 19**

Dotyczy pkt 24. Czy Zamawiający dopuści materac do kręgosłupa o wymiarach 90mm x 450mm x 820mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

**Pytanie 20**

Dotyczy pkt 29. Czy Zamawiający dopuści oparcie łonowe z materacem o wymiarach 220 x 110mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.**

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Finansowych  
mgr inż. Andrzej Siozka

Handwritten initials or mark.