



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 10.01.2018 r.

DZPZ-530-Zp/2/PN-2/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do procedur endowaskularnych w zakresie naczyń obwodowych i wieńcowych z zapewnieniem składu konsygnacyjnego –Zp/2/PN-2/18

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 niskoprofilowego cewnika balonowego typu Semi – Compliant dostępnego w wersji RX i OTW. Profil wejścia 0,016”, dostępne średnice: 1.0, 1.25, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 mm i długościach : 6, 9, 12, 15, 20, 30 mm. Ciśnienie nominalne – 8 atm, RBP – 12 atm i 14 atm dla balonów o średnicy 2.25, 2.5, 2.75, 3.0 mm. Długość użytkowania 140 cm, kompatybilny z przewodnikiem 0.014””? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza – brak stentów o długości 14 i 17 mm.**