



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 18.07.2016 r.

DZPZ-530-Zp/60/PN-59/16

### **Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku – Zp/60/PN-59/16*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1, dot. pakietu nr 1**

##### **poz. 5 i 6**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców. **Odp. Nie, Zamawiający wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji.**

#### **Pytanie 2, dot. pakietu nr 3**

##### **poz. 1-12**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania ceny za opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym. **Odp. Zamawiającego dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym.**

##### **poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści, żeby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę o 20%: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-24ml. **Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli spełniają pozostałe warunki.**

##### **poz. 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 20 ml pakowanych w opakowania a'80 szt. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym.**

##### **poz. 9-12**

Czy Zamawiający dopuści, żeby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę o: 2-2,5 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-22ml? **Odp. Dla pozycji 9 zamawiający wymaga strzykawki 2-3 ml, dla pozostałych pozycji dopuszcza, jeżeli spełniają pozostałe warunki.**

##### **poz. 12**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 20 ml pakowanych w opakowania a'50 szt. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym.**

### **Pytanie 3, dot. pakietu nr 4**

#### **poz. 1**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki w kolorze bursztynowym. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga żółtej strzykawki w celu odróżnienia wlewu do cewnika zewnątrzoponowego.**

### **Pytanie 4, dot. pakietu nr 4**

#### **poz.1-4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania handlowe max =100 szt. co będzie korzystne dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym? **Odp. W pakiecie nr 4 brak poz. 1-4.**

#### **poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie strzykawek 20ml, skalowane standardowo t.j. co 1ml ? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawek ze skalą co 1 ml, jeżeli spełniają pozostałe warunki.**

#### **poz.7-12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania handlowe max =100 szt. co będzie korzystne dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym? **Odp. W pakiecie nr 4 brak poz. 7-12.**

### **Pytanie 5, dot. projektu umowy**

Dotyczy załącznika nr 3 a i 3 b

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

- a) 0,2% wartości **brutto** niewykonanej w **terminie części** dostawy– za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito” **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie części dostawy.**
- b) 10% wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Załącznik 3b §2 ust. 2**

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Załącznik 3b §4 ust. 3 b).**

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostaw „na cito” na 2 dni robocze. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Załącznik 3b §5 ust. 3**

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w §2 – w okresie obowiązywania umowy.”. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Załącznik 3b §6 ust. 4**

Wnosimy o zmianę na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Załącznik 3b §8 ust. 4. 3).**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „0,2% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru.” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Załącznik 3b §8 ust. 4. 4).**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację kary umownej na: 10% wartości niezrealizowanej części umowy. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Załącznik 3a oraz załącznik 3b §9 ust. 2**

Wnosimy o wykreślenie z §9 ustępu 2 **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Załącznik 3b §8 ust. 6**

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów na: „*Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.*” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Załącznik 3b §9 ust. 3**

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu na „*W przypadku rażącego i uporczywego nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.*” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Załącznik 3b §10 ust. 1**

Prosimy o modyfikację „*Zamawiający dopuszcza zmianę cen o których mowa §2 ust. 1 tylko i wyłącznie w ściśle uzasadnionych przypadkach, tj.: zmiany stawek podatku od towarów i usług*” na „*Zamawiający dopuszcza zmianę cen o których mowa §2 ust. 1 tylko i wyłącznie w ściśle uzasadnionych przypadkach, tj.: zmiany stawek podatku od towarów i usług, wówczas zmianie ulegnie wartość brutto, wartość netto pozostanie bez zmian.*” **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Pytanie 6, dot. pakietu nr 3**

**Poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym.**

**Poz.8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 120 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie 7, dot. pakietu nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki w kolorze bursztynowym. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złotej strzykawki w celu odróżnienia wlewu do cewnika zewnątrzoponowego.**

**Pytanie 8, dot. pakietu nr 5**

**Poz. 1,2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy o długości 250 mm, CH 5 **Odp. Dopuszcza tylko dla pozycji Nr 1, jeżeli spełnia pozostałe warunki. Dla pozycji Nr 2 nie dopuszcza, prowadnica jest za krótka.**

**Poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy o długości 335 mm **Odp. Dopuszcza, jeżeli spełnia pozostałe warunki zamówienia.**

**Poz.4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy o długości 366 mm **Odp. Nie dopuszcza, zamawiający wymaga długiej prowadnicy.**

**Poz. 5,6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy o długości 366 mm **Odp. Dopuszcza tylko dla pozycji Nr 5, jeżeli spełnia pozostałe warunki. Dla pozycji Nr 6 nie dopuszcza, prowadnica jest za krótka.**

**Pytanie 9, dot. pakietu nr 6**

**Poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy o średnicy wewnętrznej 1,4 i zewnętrznej 2,6 mm **Odp.**  
**Nie dopuszcza, jest za cienka.**

**Poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy o średnicy wewnętrznej 3,2 i zewnętrznej 5,0 mm **Odp.**  
**Dopuszcza, jeżeli spełnia pozostałe warunki .**