

Wałbrzych, 21.02.2018 r.

DZPZ-530- Zp/11/PN-6/17

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy materiałów medycznych tj. : Jednorazowy układ oddechowy do wspomagania oddechu u noworodka, współpracujący z respiratorem MAQUET, Gazy, strzałki, pierścienie, barwnik, Porty dożylnie i dootrzewnowe, Pojemniki przeznaczone na odpady niebezpieczne rozmiar 5 i 10 l, Klipsy jednorazowego użytku, Aparat do szybkiego przetaczania krwi, Implanty neurochirurgiczne – minipleyty, Marker sterylny do skóry, Ściereczka jednorazowego użytku do mycia stołów operacyjnych i stolików, Pojemnik do odsysania ran o pojemności 200 ml. sterylny podwójnie pakowany, Cewniki do embolektomii, Jednorazowe worki do żywienia pozajelitowego., Głowice do fakoemulsyfikacji, Pasy mocowania pacjenta bariatrycznego (długie), Urządzenia do suszenia i przechowywania endoskopów elastycznych (2 szt.)” - Zp/11/PN-6/17

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Dotyczy SIWZ oraz Załącznika nr 3a do SIWZ §2 ust. 2:

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie 2

Dotyczy SIWZ oraz Załącznika nr 3a do SIWZ §5 ust. 3:

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w §2 – w okresie obowiązywania umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie 3

Dotyczy SIWZ oraz Załącznika nr 3a do SIWZ §6 ust. 5:

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto tylko i wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie 4

Dotyczy SIWZ oraz Załącznika nr 3a do SIWZ §8 ust. 1. pkt 1)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „0,5 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie 5

Dotyczy SIWZ oraz Załącznika nr 3a do SIWZ §8 ust. 1 pkt 2):

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.”. W ustępie 2 Zamawiający przewiduje dla siebie karę we własnie takiej wysokości w przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego. Dodatkowo naliczanie kary od wartości umowy już należycie wykonanej jest nadużyciem.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie 6

Dotyczy SIWZ oraz Załącznika nr 3a do SIWZ §9 ust. 3:

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 3 na: „W przypadku rażącego i uporczywego nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie 7

do pakietu nr 15 - ad p-t 9

Prosimy o dopuszczenie oświetlenia szafy w postaci jednej lampy energooszczędnej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści oświetlenia szafy w postaci jednej lampy energooszczędnej.

Pytanie 8

do pakietu nr 15 - ad p-t 12

Prosimy o dopuszczenie wieszaków nieskładanych pod kątem 90⁰ umożliwiających ergonomiczny załadunek i rozładunek endoskopów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści wieszaki nieskładane pod kątem 90⁰ umożliwiające ergonomiczny załadunek i rozładunek endoskopów.

Pytanie 9

do pakietu nr 15 - ad p-t 14

Czy Zamawiający dopuści szafę do przechowywania 10 endoskopów w której utrzymywane są takie same warunki ciśnienia, temperatury itd. w dwóch elementach. Powietrze dostarczane jest poprzez system indywidualnych ,niezależnych przyłączy do każdego endoskopu .Nie ma wiec żadnego znaczenia dla prawidłowego procesu przechowywania czy szafa posiada jeden czy dwa elementy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści szafę do przechowywania 10 endoskopów w której utrzymywane są takie same warunki ciśnienia, temperatury itd. w dwóch elementach. Powietrze dostarczane jest poprzez system indywidualnych, niezależnych przyłączy do każdego endoskopu. Nie ma wiec żadnego znaczenia dla prawidłowego procesu przechowywania czy szafa posiada jeden czy dwa elementy.

Pytanie 10

do pakietu nr 15 - ad p-t 18

Prosimy o dopuszczenie szafy z komunikatami wyświetlanymi w języku .angielskim .Wraz z szafą dostarczana jest instrukcja obsługi w języku polskim.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga języka polskiego. Rozwiązanie z koniecznością tłumaczenia przez instrukcję rodzi możliwość pomyłki.

Pytanie 11**do pakietu nr 15 - ad p-t 33**

Czy Zamawiający wymaga aby czas przechowywania endoskopów w czystości mikrobiologicznej wynosił 31 dni zamiast 72 godzin.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 12**do pakietu nr 15 - ad p-t 40**

Prosimy o dopuszczenie szafy , w której koszyk na akcesoria jest montowany w inny sposób niż na ścianie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści szafę w której koszyk na akcesoria jest montowany w inny sposób niż na ścianie.

Pytanie 13**do pakietu nr 15 - ad p-t 29**

Czy Zamawiający wymaga aby czas pełnego wysuszenia (włącznie z kanałami) endoskopu wynosił 3 godziny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga aby czas pełnego wysuszenia (włącznie z kanałami) endoskopu wynosił 3 godziny.

Pytanie 14**do pakietu nr 15 - ad p-t 42**

Prosimy o dopuszczenie szafy o wymiarach 1300x610x2040 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza szafę o wymiarach 1300x610x2040 mm.

Pytanie 15**do pakietu nr 15 - ad p-t 44**

Prosimy o dopuszczenie szafy o wadze 290 (+-10 kg).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza szafę o wadze 290 (+-10 kg).

Pytanie 16**do pakietu nr 15 - ad p-t 48**

Prosimy o dopuszczenie szafy z komunikacją poprzez system włączenia do sieci internetowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza szafę z komunikacją poprzez system włączenia do sieci internetowej.

Pytanie 17**dot. opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 13, poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowych głowic do fakoemulsyfikacji kompatybilnych z aparatem Infiniti Vision System?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowych głowic do fakoemulsyfikacji kompatybilnych z aparatem Infiniti Vision System.

Pytanie 18**dot. zapisów pkt. V, 1. SIWZ dla Pakietu nr 13:**

Czy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz kodem CPV, Zamawiający uzna warunek „potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu” dla Pakietu nr 13 za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży referencję na zrealizowane dostawy okulistycznych wyrobów medycznych?

Bardzo proszę o potwierdzenie powyższego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna warunek „potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu” dla Pakietu nr 13 za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży referencję na zrealizowane dostawy okulistycznych wyrobów medycznych.

Pytanie 19

dot. zapisów pkt. XVI, 2) opis kryteriów oceny dla Pakietów 13-15 (dotyczy Pakietu nr 13):

Zwracam się o wprowadzenie minimalnego 6 - miesięcznego okresu gwarancji podlegającego ocenie wyrobów medycznych w Pakiecie nr 13 i wprowadzenie kryterium w formie:

Gwarancja:

od 37 do 48 miesięcy i powyżej – 20 pkt.

od 25 do 36 miesięcy – 10 pkt.

od 6 do 24 miesięcy – 0 pkt.

Gwarancja producenta fabrycznie nowej głowicy do fakoemulsyfikacji **wynosi maksymalnie 6 miesięcy** a w sytuacji uznania reklamacji zostaje wymieniona na nową ponieważ jest wyrobem nienaprawialnym. Z tego względu, jedynie przy uwzględnieniu powyższego warunku Wykonawca może zaoferować najkorzystniejszą ofertę cenową.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie kryterium w formie:

Gwarancja:

od 37 do 48 miesięcy i powyżej – 20 pkt.

od 25 do 36 miesięcy – 10 pkt.

od 6 do 24 miesięcy – 0 pkt.

dla Pakietu nr 13.

Pytanie 20

dot. zapisów § 4 ust. 2 projektu umowy w zakresie Pakietu nr 13:

Zwracam się o **odstąpienie od wymogu przedłożenia paszportu technicznego oraz karty gwarancyjnej**. Pragnę podkreślić, iż przedmiot zamówienia stanowi akcesorium do wykonywania operacji okulistycznej a nie urządzenie/ aparat do przeprowadzenia zabiegu.

Producent nie wystawia paszportu technicznego ani karty gwarancyjnej zarówno dla głowic do fakoemulsyfikacji jak i końcówek bimanualnych dlatego proszę jak we wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia paszportu technicznego, ale nie zrezygnuje z wymogu przedłożenia karty gwarancyjnej.

Pytanie 21

dot. zapisów § 5 ust. 4 projektu umowy w zakresie Pakietu nr 13:

Zwracam się z prośbą o skrócenie terminu płatności do 45 dni od daty otrzymania faktury.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 22

dot. zapisów § 6 projektu umowy w zakresie Pakietu nr 13:Zwracam się o odstąpienie od zapisów **ww. paragrafu** (ust. 1 druga część zdania oraz od ust. 2 do ust. 10) **z wyłączeniem pierwszej części zdania w ust. 1:**

„Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres miesięcy (pakiet nr ...)* licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego”.

Przedmiot umowy w Pakiecie nr 13 stanowią głowice oraz końcówki bimanualne, które są wyrobami medycznymi nienaprawialnymi. W przypadku uznania reklamacji ww. akcesorium zostanie wymienione na nowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 23

dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 2 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Przedmiotem umowy jest dostawa (pakiet nr) wraz z instalacją, uruchomieniem i **jednorazowym** przeszkoleniem personelu Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy z dniastanowiącą załącznik do niniejszej umowy.”*

Uzasadnienie: Wykonawca może dokonać jednorazowego przeszkolenia personelu Zamawiającego. Ewentualne szkolenie nowych pracowników może zostać przeprowadzone jako osobne zlecenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie 24

dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Termin rozpatrywania przez Wykonawcę ewentualnych reklamacji wynosi:

- a) 4 dni robocze licząc od dnia zawiadomienia o nieprawidłowościach;*
- b) 3 dni robocze licząc od dnia dostarczenia zawiadomienia o wadzie oraz dostarczenia Wykonawcy reklamowanego przedmiotu umowy”*

Uzasadnienie: Przedmiotem umowy jest dostarczenie specjalistycznego urządzenia, czas na rozpatrzenie reklamacji powinien więc być odpowiednio długi, aby umożliwić jego poprawne sprawdzenie. Ponadto Wykonawca może rozpatrzyć reklamację jedynie po otrzymaniu i zbadaniu reklamowanego wyrobu.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie 25

dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 1 i 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:

- a) 10 % wartości **niezrealizowanej części** umowy – w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.*
- b) 0,5 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii, **ale nie więcej niż 10% tej wartości,***

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.”

Uzasadnienie: - Kara umowna na rzecz Zamawiającego za odstąpienie od umowy powinna być naliczana od jej niezrealizowanej części, tak jak kara umowna na rzecz Wykonawcy, zasadnym jest równe potraktowanie obu stron umowy. Co więcej, kara umowna powinna być naliczana tylko od niezrealizowanej części umowy, gdyż w stosunku tylko do tej części Wykonawca uchybił wykonaniu umowy. W przeciwnym wypadku kara miałaby tę samą wielkość niezależnie od liczby i wartości dostarczonych towarów;

- Proszę o obniżenie kary umownej za zwłokę w dostawie lub rozpatrywaniu reklamacji do 0,5%. Kara w wysokości 1% dziennie jest 40 razy wyższa niż odsetki za opóźnienie w płatności przysługujące Wykonawcy, zasadnym jest więc jej obniżenie;

- Brak przyjęcia górnego limitu kar umownych powoduje, że mogą one urastać do poziomu znacznie przekraczającego wartość poniesionej szkody. Należy pamiętać, że kara umowna jest substratem odszkodowania i nie powinna prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy, byłoby to bowiem niesprawiedliwe;

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy.

Pytanie 26

dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 8 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od **niezrealizowanej części umowy** w trybie natychmiastowym w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 – powyżej 14 dni **roboczych**.”*

Uzasadnienie: Z uwagi na to, że umowa dotyczy dostawy kilkunastu sztuk wyrobów, odstąpienie od niej powinno być dopuszczalne tylko w stosunku do niezrealizowanej jeszcze części. W przeciwnym wypadku strony musiałyby zwrócić sobie to, co wzajemnie świadczyły.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy.

Pytanie 27

Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników czerwonych i żółtych do wyboru przez Zamawiającego podczas zamawiania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemników czerwonych lub żółtych.

Pytanie 28

Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania markera w zestawie z linijką?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 29

Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika pakowanego pojedynczo w opakowanie sterylne folia-papier?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga pojemnika pakowanego podwójnie.

Pytanie 30

PAKIET NR 15 - Dot. pkt. 8:

Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony jeśli status przechowywania endoskopu informujący na który uchwyt należy powiesić lub ściągnąć dany endoskop będzie prezentowany na wyświetlaczu LCD?

Odpowiedź: Zamawiający uzna za warunek spełniony jeśli status przechowywania endoskopu informujący na który uchwyt należy powiesić lub ściągnąć dany endoskop będzie prezentowany na wyświetlaczu LCD.

Pytanie 31

PAKIET NR 15 - Dot. pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez oświetlenia wewnątrz komory?

Odpowiedź: Nie oświetlenie jest konieczne ze względu choćby bezpieczeństwa.

Pytanie 32

PAKIET NR 15 - Dot. pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści szafę z możliwością podłączenia 9 endoskopów różnych producentów?

Odpowiedź: Zamawiający potrzebuje 20 stanowisk do powieszenia endoskopów.

Pytanie 33

PAKIET NR 15 - Dot. pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie urządzenia , w którym wieszaki są wysuwane z urządzenia w celu łatwego wyjęcia endoskopu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenia , w którym wieszaki są wysuwane z urządzenia w celu łatwego wyjęcia endoskopu.

Pytanie 34

PAKIET NR 15 - Dot. pkt. 13

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyświetlającego status endoskopu na wbudowanym wyświetlaczu LCD

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenia wyświetlające status endoskopu na wbudowanym wyświetlaczu LCD

Pytanie 35

PAKIET NR 15 - Dot. pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością wprowadzenia do 99 użytkowników?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie z możliwością wprowadzenia do 99 użytkowników.

Pytanie 36

PAKIET NR 15 - Dot. pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w filtr klasy HEPA H14, który w odróżnieniu do wymaganego systemu klasy H13 posiada skuteczność do $\geq 99,995\%$

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w filtr klasy HEPA H14, który w odróżnieniu do wymaganego systemu klasy H13 posiada skuteczność do $\geq 99,995\%$.

Pytanie 37

PAKIET NR 15 - Dot. pkt. 25

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, w którym powietrze filtrowane jest przez jeden filtr powietrza HEPA H14 bez konieczności stosowania oddzielnych filtrów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie, jeśli nie skraca to okresu czystości endoskopu.

Pytanie 38

PAKIET NR 15 - Dot. pkt. 31- Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez pomiaru wilgotności względnej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie bez pomiaru wilgotności względnej.

Pytanie 39

PAKIET NR 15 - Dot. pkt. 34- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga podtrzymania pracy urządzenia w przypadku wystąpienia braku zasilania za pomocą zewnętrznego źródła typu UPS czy wymaga szczelności szafy przez wymagane w SIWZ czasy?

Odpowiedź: Zamawiającemu jest to obojętne.

Pytanie 40

PAKIET NR 15 - Dot. pkt. 42- Prosimy o dopuszczenie szafy o wymiarach 962x785x22170 mm SxGxW

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 962x785x22170 mm SxGxW.

Pytanie 41

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania minimum 1 dostawę na materiały medyczne jednorazowego użytku (m.in. rękawice medyczne jednorazowego użytku, materiały opatrunkowe, wyroby z włókniny) o wartości minimum podanej w rozdziale V, punkcie 1 SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie uzna wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania minimum 1 dostawę na materiały medyczne jednorazowego użytku (m.in. rękawice medyczne jednorazowego użytku, materiały opatrunkowe, wyroby z włókniny) o wartości minimum podanej w rozdziale V, punkcie 1 SIWZ.

Pytanie 42

Pakiet 7 - Poz.1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płytki 1,5 zamiast 1,6?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga płytki 1,6.

Pytanie 43

Pakiet 7 - Poz.2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płytki 1,5 o grubości 0,6mm zamiast płytki 1,6 o grubości 0,5mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga płytki 1,6 o grubości 0,5mm.

Pytanie 44

Pakiet 7 - Poz.3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płytki 1,5 o grubości 0,6mm zamiast płytki 1,6 o grubości 0,5mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga płytki 1,6 o grubości 0,5mm.

Pytanie 45

Pakiet 7 - Poz.4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płytki 1,5 o grubości 0,6mm zamiast płytki 1,6 o grubości 0,5mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga płytki 1,6 o grubości 0,5mm.

Pytanie 46

Pakiet 7 - Poz.5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie śruby tytanowej 1,5mm zamiast śruby tytanowej 1,6mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga śruby tytanowej 1,6mm.

Pytanie 47

Pakiet 7 - Poz.6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie śruby awaryjnej 1,8mm zamiast 1,9mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga śruby awaryjnej 1,9mm.

Pytanie 48

Pakiet 7 - Poz.7 – Czy Zamawiający dopuści siatkę tytanową 1,5 o grubości 0,3mm zamiast siatki tytanowej 1,6 o grubości 0,4mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga siatki tytanowej 1,6 o grubości 0,4mm.

Pytanie 49

dotyczy paragraf V. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu l. p.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie posiadania zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw i ich trwających realizacji w zakresie zbliżonym do wymaganego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający jeśli będą one zbliżone do materiałów medycznych (zgodnie z CPV)

Pytanie 50

Pakiet 4 poz.1

Prosimy o dopuszczenie pojemnika 10 L o wysokości 300 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga max. 24,5 cm.

Pytanie 51

Pakiet 4 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie pojemnika 5 L o wysokości 210 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga max. 19,0 cm.

Pytanie 52

(pakiet nr 15)

Zwracamy się z prośbą o podanie listy producentów, rodzajów, i modeli endoskopów, które będą przechowywane w szafach w celu doboru i wyceny potrzebnych konektorów.

Odpowiedź: Posiadamy następujące endoskopy firmy Olympus:

- GIF Q 165 - 3 szt.
- GIF H 190 - 2 szt.
- CF Q 165 I - 2 szt.
- CF H 185 I - 3 szt.
- CF Q 165 L - 2 szt.
- PCF H 190 I - 1 szt.
- TJF Q 180 W- 2 szt.
- G-2TH 180 - 1 szt.
- GIF-HQ 190 - 2 szt.
- GF UCT 180 - 2 szt.